

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat do wspomagania oddechu.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2016.	podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
5.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
6.	Zasilanie z wbudowanego akumulatora – min. 15 min. pracy.	TAK	
7.	Zasilanie gazowe w tlen i powietrze z instalacji gazowej szpitala poprzez gniazda systemu AGA (zasilanie ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar).	TAK	
8.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.	Parametry:		
1.	Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodą wysokich przepływów przeznaczony do stosowania u wcześniaków i noworodków.	TAK	
2.	Regulacja: <ul style="list-style-type: none"> • przepływu mieszaniny powietrza i tlenu w zakresie 1-8 l/min, skok co 0,5 l/min • stężenia tlenu w zakresie 21-100% • temperatury. 	TAK	
3.	Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów: tlen/powietrze	TAK	
4.	Wyświetlacz parametrów regulowanych oraz alarmów.	TAK	
5.	System alarmów akustycznych i optycznych.	TAK	
6.	Efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej – dwutlenku węgla.	TAK	
7.	Aparat gotowy do pracy (łącznie z osiągnięciem zadanej temperatury) w ciągu 5 minut od chwili włączenia.	TAK	
8.	Aparat zamontowany na statywie z podstawą jezdną.	TAK	
III.	Wyposażenie:		
1.	Statyw jezdny zakończony wieszakiem do zawieszenia wody sterylnej oraz wyposażony w koszyk na akcesoria.	TAK	
2.	Kaniule jednorazowego użytku do stosowania u wcześniaków i noworodków nie wymagające specjalnego podłączenia do pacjenta: <ul style="list-style-type: none"> • z dwoma końcówkami donosowymi zapewniające pracę w systemie otwartym (tj, dużej nieszczelności – wypełnienie około 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy) w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji postępowania – 8 szt. • z jedną końcówką donosową – 2 szt. 	TAK	

3.	Układ pacjenta jednorazowego użytku do stosowania u wcześniaków i noworodków z płaszczem wodnym, zapewniającym stałą poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszaniny gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta – 10 sztuk.	TAK	
IV.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)