



TAM-513/1-PN/31-2016

Rybnik, dnia 10.06.2016 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawę pomp infuzyjnych – 9 sztuk (zamówienie: TAM-513-PN/31-2016)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 06.06.2016 r., pod nr **71541 - 2016**

W związku z wniesionymi przez wykonawcę zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: „Zadanie A pkt 23 – pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 3 sztuki: Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające alarmu linia rozłączona ?”

Pytanie 2: „Zadanie B pkt 23 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 6 sztuk: Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające alarmu linia rozłączona ?”

Odpowiedź 1 - 2: Zamawiający nie zmienia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższych pytaniach.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 15.06.2016 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272