

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ssak – 6 sztuk.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2016.	podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane.	TAK	
5.	Zasilanie 220/230V, 50Hz.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.	Parametry:		
1.	Ssak elektryczny na kolumnowej podstawie jezdnej, wykonanej ze stopów niekorodujących, z czterema kołami w tym min. dwa koła z hamulcami oraz z metalową szyną na akcesoria.	TAK	
2.	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę.	TAK	
3.	Obudowa ssaka odporna na środki dezynfekcyjne.	TAK	
4.	Wskaźnik zasilania LED.	TAK	
5.	Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa.	TAK	
6.	Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny) nie mniejsza niż 30 l/min.	TAK	
7.	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia.	TAK	
8.	Pompa niskoobrotowa (do 100 obr/min), bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.	TAK	
9.	Cicha praca – max do 39 db.	TAK	
10.	Włącznik/wyłącznik nożny wbudowany w podstawę jezdnią.	TAK	
11.	Wielostopniowe zabezpieczenie przed zaciągnięciem odsysanych płynów do wnętrza pompy lub wylaniem się ich poza układ ssący.	TAK	
12.	Zbiorniki, pokrywy, dreny przeznaczone do sterylizacji w autoklawie parowym w 134°C.	TAK	
13.	Zbiornik zabezpieczający o pojemności z zakresu 0,25 – 0,8 litra.	TAK	
14.	Uchwyt na szynę, pozwalający zawiesić kompletny zbiornik wielorazowego użytku do wkładów jednorazowych prod. Serres – 2 sztuki do każdego urządzenia.	TAK	
15.	Uchwyt na dren do zawieszenia na szynie.	TAK	
16.	Dren silikonowy długość min.: 2 m.	TAK	
III.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z każdym urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)