

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA – 11 sztuk

| Lp.         | Wymagane funkcje / parametry  | Wymogi   | Odpowiedź TAK<br>oferowane parametry<br>lub krótki opis (wg<br>kolumny: „Wymogi”) |
|-------------|---|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>INFORMACJE OGÓLNE:</b>   |  |   |
| 1.          | Urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji – 2016.  | TAK  |   |
| 2.          | Producent.  | podać  |   |
| 3.          | Model / typ oferowanego urządzenia.   | podać  |   |
| 4.          | Klasa wyrobu medycznego.  | podać  |   |
| 5.          | Zasilanie 220÷240 V, 50/60 Hz.  | TAK  |   |
| 6.          | Waga max. 8 kg.   | podać  |   |
| <b>II.</b>  | <b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b>  |  |   |
| 1.          | Urządzenie do ogrzewania pacjenta ciepłem suchym, przeznaczone do pracy ciągłej.  | TAK  |   |
| 2.          | Cicha praca urządzenia, poziom hałasu max.: 50 dB.  | TAK, podać parametr punktowany   |   |
| 3.          | Minimum 4 zakresy temperatur, w tym temperatura otoczenia.  | TAK, podać   |   |
| 4.          | Funkcja szybkiego ogrzania pacjenta temperaturą 46°C ±1°C przez min.: 15 minut.   | TAK lub NIE, podać parametr punktowany   |   |
| 5.          | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny i akustyczny wraz z automatycznym wyłączeniem grzałki.  | TAK  |   |
| 6.          | Zabezpieczenie termiczne.   | TAK  |   |
| 7.          | Prezentacja na wyświetlaczu temperatury i alarmów.  | TAK  |   |
| 8.          | Filtr o skuteczności filtracji min.: 0,2 µm.  | TAK  |   |
| 9.          | Licznik lub wskaźnik umieszczony w widocznym miejscu urządzenia, informujący o konieczności wymiany filtra.   | TAK  |   |
| 10.         | Giętki przewód grzewczy o długości min. 1,7 m.  | TAK  |   |
| 11.         | Podstawa jezdna do urządzenia z koszykiem.  | TAK  |   |
| 12.         | Możliwość przewieszenia urządzenia na łóżko pacjenta - wieszak.   | TAK  |   |
| 13.         | Urządzenie posiadające <u>dodatkowe</u> wyposażenie w postaci:<br>- kołdry jednorazowego użytku <u>pod</u> całe ciało dla osoby dorosłej, posiadającej otwory do podłączenia przewodu grzewczego.<br>W przypadku zaoferowania tego rozwiązania - wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami po 2 szt. kołder tego rodzaju do każdego urządzenia. | TAK lub NIE, podać czy wykonawca oferuje <u>dodatkowe</u> wyposażenie urządzenia parametr punktowany |   |
| <b>III.</b> | <b>WYPOSAŻENIE:</b>   |  |   |
| 1.          | Kołdry jednorazowego użytku <u>na</u> całe ciało dla osoby dorosłej, posiadające otwory do podłączenia przewodu grzewczego – 20 sztuk na każde urządzenie.  | TAK  |   |

|            |   |     |  |
|------------|---|-----|--|
| <b>IV.</b> | <b>DOKUMENTACJA:</b>  |     |  |
| 1.         | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z każdym urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)