

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE ZMIENNOCIŚNIENIOWE – 11 sztuk

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”)
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Kompletne materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe z pompą, fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji – 2016.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanych materacy.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Zasilanie 220÷240 V, 50/60 Hz.	TAK	
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej.	TAK	
2.	Materac gwarantujący prawidłową pracę i skuteczność terapeutyczną u pacjentów o wadze min.: 200 kg.	TAK, podać parametr punktowany	
3.	Materac zbudowany z min.: 20 komór.	TAK, podać	
4.	Możliwość wymiany pojedynczych komór. Do każdego materaca dostarczyć dodatkowo min.: 1 komorę zapasową.	TAK, podać	
5.	Wysokość materaca min.: 17 cm.	TAK, podać	
6.	Waga materaca max.: 12 kg.	TAK, podać parametr punktowany	
7.	Rozmiar materaca: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość z zakresu 86 – 90 cm • długość z zakresu 200 – 205 cm 	TAK, podać	
8.	Materac przystosowany do bezpośredniego położenia na ramie łóżka pacjenta, zaopatrzony w mocowania do ramy leża. Nie dopuszcza się, aby pacjent stykał się z podłożem leża (w przypadku awarii materaca, pompy lub zastosowania funkcji tzw. CPR).	TAK	
9.	Zawór natychmiastowego ręcznego spustu powietrza, tzw. CPR.	TAK	
10.	Stabilne zawieszenie pompy na ramie łóżka pacjenta.	TAK	
11.	Pompa materaca pracująca w trybie zmiennym (aktywnym, dynamicznym) i statycznym.	TAK	
12.	Regulowany czas trwania cyklu pracy w trybie aktywnym.	TAK, podać	
13.	Program szybkiego utwardzenia powierzchni materaca celem wykonania czynności pielęgnacyjnych u pacjenta. Utwardzenie materaca utrzymujące się przez okres min. 20 minut oraz automatyczny powrót do trybu wcześniej ustawionego na pompie.	TAK, podać parametr punktowany	
14.	Tryb transportowy - utrzymanie wypełnionych komór do min.: 6 godzin po odłączeniu pompy.	TAK, podać	
15.	Funkcja siedzenia – utwardzenie min. 4, a max. 10 komór materaca umożliwiające prawidłowe siedzenie pacjenta w łóżku na materacu, przy jednoczesnym zachowaniu dalszej prawidłowej pracy materaca.	TAK, podać parametr punktowany	
16.	Statyczna sekcja głowy - 3 lub 4 komory materaca pod głowę pacjenta stale napełnione powietrzem (tzw. poduszka).	TAK, podać ilość komór	

17.	Automatyczna regulacja poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta.	TAK	
18.	Waga pompy max.: 4 kg	TAK, podać	
19.	Cicha praca pompy w trybie dynamicznym – max.: 34 dB.	TAK, podać parametr punktowany	
20.	Alarmy dźwiękowe i wizualne nieprawidłowego ciśnienia, z możliwością czasowego wyciszenia.	TAK	
21.	Alarm dźwiękowy i wizualny zaniku zasilania.	TAK	
22.	Wbudowany filtr powietrza.	TAK	
III.	WYPOSAŻENIE:		
1.	Pokrowce zewnętrzne dedykowane do powyższych materacy, zamykane na suwak (który jest ukryty), przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchniowej środkami ogólnodostępnymi w szpitalu oraz prania automatycznego w temperaturze min.: 95°C – 13 szt. Każdy pokrowiec jest wodoszczelny, odporny na penetrację krwi i płynów ustrojowych, przepuszczający powietrze.	TAK	
IV.	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć do każdego materaca i do każdego ww. wyposażenia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)