

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STETOSKOP LEKARSKI - 12 sztuk.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I	Wymagania ogólne dla 12 sztuk		
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, używany).	TAK	
2.	Klasa wyrobu medycznego.	TAK, podać	
3.	Mycie i dezynfekcja aparatu i jego wyposażenia ogólnodostępnymi środkami.	TAK	
4.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z każdym aparatem.	TAK	
II.A	Wymagania szczegółowe dla 7 sztuk.		
1.	Stetoskop neonatologiczny.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Podwójna obracana głowica – lejek i jednotonowa membrana z tzw.: „ciepłą obwódką”, która zapobiega odczuwaniu dyskomfortu zimna przez noworodka podczas badania. Materiał głowicy – stal nierdzewna.	TAK	
5.	Pojedynczy przewód akustyczny. Długość przewodu 61 cm.	TAK	
6.	Lira zakończona oliwkami. Oliwki miękkie, bakteriostatyczne i samouszczelniające gwarantujące izolację dźwięków zewnętrznych.	TAK	
7.	Sprężyna dociskająca wewnątrz drenu.	TAK	
8.	Do każdego stetoskopu para dodatkowych miękkich i twardych oliwek.	TAK	
II.B	Wymagania szczegółowe dla 5 sztuk.		
1.	Stetoskop do badań internistycznych.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Dwustronna głowica – lejek o średnicy 28 mm i jednotonowa membrana o średnicy 37 mm z tzw.: ciepła obwódką”, która zapobiega odczuwaniu dyskomfortu zimna przez pacjenta podczas badania. Materiał głowicy – stal nierdzewna.	TAK	
5.	Pojedynczy przewód akustyczny. Długość przewodu 71 cm.	TAK	
6.	Lira zakończona oliwkami. Oliwki miękkie, bakteriostatyczne i samouszczelniające gwarantujące izolację dźwięków zewnętrznych.	TAK	
7.	Sprężyna dociskająca wewnątrz drenu.	TAK	
8.	Do każdego stetoskopu para dodatkowych miękkich oliwek.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)