

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
LARYNGOSKOP - 1 komplet**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Wymagania ogólne.</b>		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany).	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
<b>II</b>	<b>Wymagania szczegółowe.</b>		
1.	Rękojeść laryngoskopowa światłowodowa zasilana dwoma bateriami R14, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi w standardzie ISO 7376-3/EN 1819 (zielony standard zamka).	TAK	
2.	Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 2 ( długość całkowita 115 mm, szerokość końca dystalnego 13 mm) typu Macintosh.	TAK	
3.	Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 3 ( długość całkowita 135 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm) typu Macintosh.	TAK	
4.	Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 4 ( długość całkowita 155 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm) typu Macintosh.	TAK	
5.	Łyżki przeznaczone do sterylizacji w temperaturze 134°C lub w płazmie.	TAK	
<b>III</b>	<b>Wyposażenie.</b>		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)