



LAS-85/2-PN/11-2017

Rybnik, dnia 19.04.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**dostawy wyrobów medycznych z włókien medycznych oraz dostawy materiałów opatrunkowych
(zamówienie nr LAS-85-PN/11-2017)**

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 18.03.2017 r., nr 2017/S 055-101452

W związku z wniesionymi dalszymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 5: „PAKIET 5

Czy zamawiający dopuści fartuch niesterylny z włókniny o gramaturze min. 20 g/m², z mankietem bawełnianym ze ściągaczem o długości 5 cm, niepyłący, stanowiące barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, odporny na uszkodzenia mechaniczne, wiązane na troki w pasie i na karku, zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczony znakiem CE, nie zawierający lateksu, w kolorze zielonym, dostępny w rozm. uniwersalny?”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 6: PAKIET 5

„Czy zamawiający wymaga fartuch niesterylny z włókniny o gramaturze min. 20 g/m², z mankietem bawełnianym ze ściągaczem o długości 5 cm, niepyłący, stanowiące barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, odporny na uszkodzenia mechaniczne, wiązane na troki w pasie i na karku, zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczony znakiem CE, nie zawierający lateksu, w kolorze zielonym, dostępny w rozm. uniwersalny?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 7: „Pakiet 24

Czy dopuści gazę opatrunkową sklasyfikowanej w Klasie IIA reg. 7?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 8: „Pakiet 24

Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9: „Pakiet 24

Czy zamawiający wymaga gazę w opakowaniach papier-folia?”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10: „Pakiet 25

poz. 1-3 Czy zamawiający wymaga opaski z włókien poliestrowych i poliamidowych?”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 11: „Pakiet 25

poz. 4-6 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 10 m (w stanie swobodnym) rękawa opatrunkowego z przeliczeniem ilości opakowań?”

Odpowiedź 11: W przedmiotowym pakiecie w pozycjach 4-6 zamawiający dopuszcza, by wykonawca zmodyfikował formularz cenowy wprowadzając jako jednostkę miary opakowanie **–10 m** - dokonując stosownego przeliczenia ilości jednostek miary i zaoferował cenę jednostkową z dokładnością do 0,01 zł za takie opakowanie.

Pytanie 12: „dotyczy pakiet 33 pozycja 1 i 2

*Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, oparty na całkowicie nowej technologii, co wzmacnia jego strukturę, nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą?*

Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi.”

Pytanie 13: „dotyczy pakiet 33 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Link do filmu instruktażowego poniżej: <https://www.youtube.com/watch?v=N8qqokL9bW4>

Prezentacja: <https://www.youtube.com/watch?v=k6WKkpBTioI>

Firma (...) jako wyłączny dystrybutor zapewnia stałość dostaw produktu co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznym.”

Odpowiedź 12-13: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 14: „Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 17 poz. 1, dopuści złożenie oferty z opatrunkami o wymiarach 15x9cm, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?”

Odpowiedź 14: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 15: „Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy z pak. 22 poz. 1 –3 oraz 6-11, tworząc z nich osobny pod pakiet 22a, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym

postępowaniu większej ilości wykonawców?”

Odpowiedź 15: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 16: *„Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 36, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach 40x27cm dla poz. 1 oraz 68x40cm dla poz. 2?”*

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych produkcji hiszpańskiej firmy IHT, której jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem na rynek polski, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.”

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 17: *„Pakiet nr 19 poz. 3*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15 x 20 cm?”

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 18: *„Pakiet nr 19 poz. 4*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 18 x 20,5 cm?”

Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 19: *„Pakiet nr 7, pozycja 1, 2, 3, 4 – Czy Zamawiający pisząc maska medyczna pełnobarierowa ma na myśli maskę chirurgiczną o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99%?”*

Odpowiedź 19: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 20: *„Pakiet nr 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści maskę trzywarstwową, spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?”*

Odpowiedź 20: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 21: *„Pakiet nr 7, pozycja 2– Czy Zamawiający pisząc maska odporna na przesiąkanie ma na myśli maskę typu IIR zgodnie z normą EN14683?”*

Odpowiedź 21: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 22: *„Pakiet nr 7, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne pakowane w foliowe opakowanie?”*

Odpowiedź 22: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 23: „*Pakiet nr 7, pozycja 6– Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje aby czepek posiadał troki do wiązania o długości min. 22 cm?*”

Odpowiedź 23: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pozycji 6 pakietu nr 7 zastępując zapis „*długość taśmy do wiązania min. 220 cm*” zapisem „*długość taśmy do wiązania min. 18 cm*”. Niniejszą zmianą należy nanieść formularzu cenowym pod rygorem odrzucenia oferty.

Pytanie 24: „*Pakiet nr 7, pozycja 6– Czy zamawiający dopuści czepek o długości troków min. 20 cm?*”

Odpowiedź 24: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem.

Pytanie 25: „*Pakiet nr 7, pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny Suplance oraz włókniny polipropylenowej?*”

Odpowiedź 25: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Pytanie 26: „*Pakiet nr 10, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści podkłady wykonane z podfoliowanej bibuły?*”

Odpowiedź 26: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 27: „*Pakiet 34, Pozycja 1*

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji opatrunki wykonane z gąbki hemostatycznej z dodatkiem oksydowanej celulozy w rozmiarach 2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm oraz 5,5 cm zamiast w wymaganych długości 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm; 5,5 cm”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 28: „Dotyczy treści SIWZ:

Rozdział XI SIWZ: prosimy o wyjaśnienie, czy jednym z kryterium oceny ofert jest termin płatności, czy też „szybkość reakcji na reklamację”. W przywołanym rozdziale SIWZ znajdują się sprzeczne informacje-prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.”

Odpowiedź 28: Zamawiający wyjaśniał już tę kwestię odpowiadając na pytanie nr 4 w piśmie z dnia 27.03.2017 r. (wyjaśnienie- modyfikacja 1).

Pytanie 29: „*Pakiet 2, poz. 1:czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS, wewnątrz opakowania dwa włókninowe ręczniczki w rozmiarze 40x20cm, pozostałe wymagani zgodnie z SIWZ.*”

Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Pytanie 30: „*Pakiet 2, poz. 2: czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS, pakowane wraz z dwoma ręczniczkami, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?*”

Odpowiedź 30: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyż-

szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 31: „*Pakiet 3: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletów w dwóch kolorach?*”

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 32: „*Pakiet 8, poz. 1: czy Zamawiający dopuści pielucho majtki o obwodzie 100-150cm?*”

Odpowiedź 32: : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 33: „*Pakiet 14, poz. 1: czy Zamawiający dopuści osłonę o średnicy 43cm?*”

Odpowiedź 33: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 34: „*Pakiet 14, poz. 2: czy Zamawiający dopuści osłonę o średnicy 68cm?*”

Odpowiedź 34: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 35: „*Pakiet 14, poz. 3: czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 13x244cm?*”

Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 36: „*Pakiet 14, poz. 1-3: czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania kartonowego z określeniem nazwy i daty ważności? Produkty będą pakowane w opakowanie zbiorcze kartonowe, a nazwa i data ważności będą widoczne na indywidualnych opakowaniach każdej z osłon.*”

Odpowiedź 36: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie odstępuje od wymogu oznakowania opakowania kartonowego.

Pytanie 37: „*Pakiet 22, poz. 3-5: czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 5m z przeliczeniem zamawianych ilości?*”

Odpowiedź 37: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował, a w kolumnie „Ilość jedn. miary” skorygować ilość asortymentu: w poz. 3 - 1440 szt, w poz.4- 3600 szt, w poz. 5-900 szt.

Pytanie 38: „Pakiet 22, poz. 3,6: czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane po 24 sztuki?”

Pytanie 39: „Pakiet 22, poz. 4,7,9 czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane po 12 sztuk?”

Pytanie 40: „Pakiet 22, poz. 5,8 czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane po 6 sztuk?”

Odpowiedź 38-40: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane a’1 szt.

Pytanie 41: „Pakiet 22, poz. 3-9: czy Zamawiający dopuści przylepce nawinięte na plastikową rolkę?”

Odpowiedź 41: : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 42: „Pakiet 23, poz. 4: czy Zamawiający dopuści tufery 17-nitkowe w rozmiarze 9,5x9,5cm pakowane w torebkę papierowo-foliową bez przegródek?”

Pytanie 43: „Pakiet 23, poz. 5: czy Zamawiający dopuści tufery 17-nitkowe w rozmiarze 15x15cm pakowane w blister bez przegródek?”

Pytanie 44: „Pakiet 23, poz. 5: czy Zamawiający dopuści tufery 17-nitkowe w rozmiarze 15x15cm pakowane w blister z przegródkami, bez nitki RTG?”

Odpowiedź 42-44: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 45: „Pakiet 23, poz. 6,7: czy Zamawiający dopuści tufery 17-nitkowe pakowane w torebkę papierowo-foliową z etykietą samoprzylepną do dokumentacji?”

Odpowiedź 45: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Pytanie 46: „Pakiet 24, poz. 1,2: czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana gaza opatrunkowa była pakowana podwójnie, wewnątrz pakowana w papier medyczny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność? Rozwiązanie takie pozwala użytkownikowi uniknąć przypadkowego kontaktu z jałowym wyrobem oraz zmniejsza ryzyko jego przypadkowego zanieczyszczenia.”

Odpowiedź 46: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 47: „Pakiet 25, poz. 4-6: czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.”

Odpowiedź 47: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 48: „Pakiet 30: czy Zamawiający dopuści ligninę bieloną?”

Odpowiedź 48: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – wata celulozowa bielona jest przedmiotem pakietu nr 28.

Pytanie 49: „Pakiet 37, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta włókninowa ma rozmiar 40x45cm, a przylepiec włókninowy 15x2cm, pozostałe składowe zgodnie z SIWZ?”

Odpowiedź 49: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu

zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 50: „Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?”

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że >>nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia<<”.

Odpowiedź 50: Zamawiający wprowadza następującą modyfikację nadając nowe brzmienie dla § 1 ust. 4: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na towar w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Ograniczenie do 80% przedmiotu umowy nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych”.

Pytanie 51: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem >>zwłoki<<?”

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.”

Odpowiedź 51: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 52: „Jak należy rozumieć wyrażenie w § 5 ust. 1 wzoru umowy: >>wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu<<? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie >>wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu<< zostało zastąpione wyrażeniem >>wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka<<?”

Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru umowy.”

Odpowiedź 52: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że kara umowna przewidziana w § 5 ust. 1 wzoru umowy odnosi się do wartości dostawy brutto w ramach danego pakietu objętej danym zamówieniem, a nie do wartości całego pakietu.

Pytanie 53: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie >>bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy<< zostało zastąpione wyrażeniem >>po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy<<?”

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Pytanie 54: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie >>10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 1 umowy<< zostało zastąpione wyrażeniem >>10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy<<?”

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Pytanie 55: *„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: ..Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 lit. a, b lub c Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.<<? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.*

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, >>mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone<<. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.”

Odpowiedź 53-55: **Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.**

Pytanie 56: „dotyczy Pakietu 1

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS o gramaturze 35g/m², zapinany z tyłu na rzep, szwy wykonane techniką ultradźwiękową do wysokości łokcia? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odpowiedź 56: **Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.**

Pytanie 57: dotyczy Pakietu 1

„Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści sterylny, wzmocniony fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocnienia z przodu: 33g/m², wzmocnienia na rękawach: 40g/m². Fartuch zapinany z tyłu na rzep, szwy wykonane techniką ultradźwiękową do wysokości wstawek? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odpowiedź 57: **Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.**

Pytanie 58: „dotyczy Pakietu 2

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS, szwy wykonane techniką ultradźwiękową do wysokości łokcia? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odpowiedź 58: **Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.**

Pytanie 59: „dotyczy Pakietu 2

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS, szwy wykonane techniką ultradźwiękową do wysokości wstawek? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odpowiedź 59: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 60: „*dotyczy Pakietu 3*

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny komplet chirurgiczny dostępny w rozmiarach S,M,L,XL? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odpowiedź 60: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 61: „*dotyczy Pakietu 5*

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny dostępny w rozmiarach L oraz XL? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odpowiedź 61: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 62: „*Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 i 2*

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie co ma myśli w niżej wymienionej część opisu fartuchów: „Sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi umożliwiać ubranie bez konieczności jego rozwijania.”?

Odpowiedź 62: Sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi umożliwiać ubranie go zgodnie z procedurami aseptycznymi w warunkach bloku operacyjnego.

Pytanie 63: „*Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne w 3 kolorach: zielonym, niebieskim lub różowym?”

Odpowiedź 63: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 64: „*Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1*

Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej gramatury fartuchów.”

Odpowiedź 64: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w formularzu cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 65: „*Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?”

Odpowiedź 65: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 66: „*Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści fartuchy niesterylne w dwóch rozmiarach S/M i L/XL?”

Odpowiedź 66: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 67: „*Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1*

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga fartuchów z rękawem wykonanych gumka czy mankietem?”

Odpowiedź 67: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w formularzu cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 68: „*Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1*

Czy Zamawiający oczekuje gramatury podkładów w nawoju min 28g/m², czy min 40g/m²?”

Odpowiedź 68: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 69: „Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o określenie jaką maksymalną długość rolki dopuszcza?”

Odpowiedź 69: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia zastępując opis ”**PODKŁADY W NAWOJU podfoliowany, włókninowy, szer. 50 +/-2 cm**” opisem „**PODKŁAD W NAWOJU podfoliowany, włókninowy, szer. 50 +/-2 cm, w rolkach o maksymalnej dł. 50 m**”. Niniejszą zamianę należy nanieść w formularzu cenowym pod rygorem odrzucenia oferty.

Pytanie 70: „Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli serwetę niejałową?”

Odpowiedź 70: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga serwety niesterylnej.

Pytanie 71: „Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x200-210 cm?”

Odpowiedź 71: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem.

Pytanie 72: „Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 35g/m² spełniających pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 72: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 73: „Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 35g/m² ze wzmocnieniem 50g/m², co łącznie daje 85g/m² w obszarze wzmocnienia – fartuchy spełniają pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 73: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu

Pytanie 74: „Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do dializ minimalnie odbiegających od opisanych:

Poz. 1:

Serweta włókninowa laminowana 38cm x 45cm	1szt
Rękawice lateksowe bezpydrowe roz. S	1 para
Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm, 30g, 4 warstwowe	4szt
Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6 cm x 8 cm	2szt
Przylepiec włókninowy 15 cm x 2,5 cm- 2 szt.	2szt

Poz. 2:

Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm, 30g, 4 warstwowe	4szt
Rękawica diagnostyczna nitrylowa roz. M	2szt
Rękawica diagnostyczna winylowa dla pacjenta L	1szt

+

Opatrunek tamujący krwawienie 2,5x8,5cm	2szt”
---	-------

Odpowiedź 74: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 75: „Pytanie 4 – dotyczy zapisów SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dot. kryterium oceny. W pkt. XI.1 SIWZ Zamawiający podaje:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. cena	60 %
2. termin dostawy	20 %
3. termin płatności	20 %

Natomiast w ocenie punktu 3 Zamawiający podaje:

3. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „szybkość reakcji na reklamacje” (R):

- do 2 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych bądź związanych z nieprzyjęciem dostawy towaru w naruszonym opakowaniu, a do 14 dni od daty otrzymania wadliwego towaru, przesłanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru – w przypadku reklamacji wad jakościowych – 20 pkt.
- do 3 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych bądź związanych z nieprzyjęciem dostawy towaru w naruszonym opakowaniu, a do 14 dni od daty otrzymania wadliwego towaru, przesłanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru – w przypadku reklamacji wad jakościowych – 0 pkt.

Wpisanie w ofercie (Formularzu oferty) terminu – powyżej 3 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapisami SIWZ.

Dodatkowo w formularzu ofertowym nie ma w/w opisanego miejsca, gdzie należałoby ów informację zamieścić.”

Odpowiedź 75: Zamawiający wyjaśniał już tę kwestię odpowiadając na pytanie nr 4 w piśmie z dnia 27.03.2017 r. (wyjaśnienie- modyfikacja 1).

Pytanie 76: „PAKIET NR 16 POZ. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku foliowego z ramką i metką z możliwością zapisywania do zabezpieczenia wkłuc obwodowych o rozmiarze 9x11 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 76: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 77: „PAKIET NR 16 POZ. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku foliowego do zabezpieczenia wkłuc centralnych o rozmiarze 9x11 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 77: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 78: „PAKIET NR 17 POZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku z foli poliuretanowej do stosowania na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x20 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 78: Wykonawca nie sprecyzował, której pozycji pakietu nr 17 dotyczy pytanie.

Pytanie 79: „PAKIET NR 17 POZ. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku z foli poliuretanowej do stosowania na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x15 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 79: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu

Pytanie 80: „PAKIET NR 17 POZ. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku z foli poliuretanowej do stosowania na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x10 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 80: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 81: *„PAKIET NR 7 Poz. nr 4 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej czterowarstwowej?”*

Odpowiedź 81: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 82: *„PAKIET NR 17 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15 x 26 cm?”*

Odpowiedź 82: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 83: *„PAKIET NR 17 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 14 cm?”*

Odpowiedź 83: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 84: *„PAKIET NR 20 Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do ran wymagających aktywnego oczyszczenia o czasie działania 72 godziny z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj.: poz. 1- 40 szt.; poz. 2- 67 szt., poz. 3- 84 szt.?”*

Odpowiedź 84: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, z przeliczeniem ilości jedn. miary. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 85: *„PAKIET NR 20 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?”*

Odpowiedź 85: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu

zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 86: „**PAKIET NR 22 Poz. nr 3-5-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców tkaninowych pakowanych w opakowania: poz. 3- a’ 24 szt.; poz. 4- a’ 12 szt.; poz. 5- a’ 6 szt.?”

Odpowiedź 86: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane a 1 szt.

Pytanie 87: „**PAKIET NR 23 Poz. nr 6-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 13 x 13 cm lub 20 x 20 cm?”

Odpowiedź 87: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu w rozmiarze 13 cm x 13 cm przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 88: „**PAKIET NR 37 Poz. nr 1-2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tych pozycjach jednego zestawu do hemodializy zawierającego zarówno podłączenie, jak i odłączenie, o następującym składzie:

Podłączenie

1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinęty mankiet)
1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm
4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 6 cm x 7cm (zapakowany)
4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm

Rozłączenie

1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinęty mankiet)
1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L
4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
2 x samoprzylepny opatrunek chłonny Cosmopor E 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

Opakowanie

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odpowiedź 88: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 89: „Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach. Rozmiar 10cm x 10cm?”

Odpowiedź 89: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 90: „Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach. Rozmiar 13cm x 13cm?”

Odpowiedź 90: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 91: „Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przyklepcem na brzegach. Rozmiar 15cm x 20cm?”

Odpowiedź 91: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 92: „Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przyklepcem na brzegach. Anatomiczny kształt, przeznaczony do aplikacji w okolicach kości krzyżowej. Rozmiar 20cm x 20cm?”

Odpowiedź 92: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 93: „Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?”

Odpowiedź 93: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 94: „Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny zapinany przy szyi na rzep?”

Odpowiedź 94: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 95: „Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny pakowany z dwoma ręcznikami włókninowymi?”

Odpowiedź 95: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 96: „Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniem o gramaturze 38g/m2 (łącznie gramatura w miejscu wzmocnienia 73g/m2)?”

Odpowiedź 96: : Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 97: „Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2?”

Odpowiedź 97: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m2 - przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem.

Pytanie 98: „Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m² ze wzmocnieniem o gramaturze 28g/m² (łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 73g/m²)?”

Odpowiedź 98: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 99: „*Pakiet 2, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?”

Odpowiedź 99: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 100: „*Pakiet 2, poz. 1-2*

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny pakowany z dwoma rękawkami włókninowymi?”

Odpowiedź 100: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 101: „*Pakiet 2, poz. 2*

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² ze wzmocnieniem o gramaturze 38g/m² (łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 73g/m²)?”

Odpowiedź 101: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 102: „*Pakiet 3, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², spełniające pozostałe wymagania siwz?”

Odpowiedź 102: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 103: „*Pakiet 5, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym odpowiadającym rozmiarowi L?”

Odpowiedź 103: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia-dopuszcza zaoferowanie fartuchów w rozmiarze opisanym w pytaniu.

Pytanie 104: „Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny przeznaczony do pracy w pozycji siedzącej z dużą ilością płynów, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha na całej długości i na rękawach, wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 50g/m² o wymiarach minimalnych: dł. 145cm, szer. 90cm. Rękaw zakończony poliestrowym mankietem o długości 7,5cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Poszerzona konstrukcja fartucha: dł. min. 154cm, obwód min. 210cm. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona informacja w postaci nadruku informująca o rozmiarze oraz wersji fartucha. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorystyczny system identyfikacji rozmiaru w postaci kolorowych lamówek.”

Odpowiedź 104: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 105: „Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne 3 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 105: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 106: „Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania?”

Odpowiedź 106: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej

Pytanie 107: „Pakiet 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne 4 warstwowe z osłoną na oczy, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 107: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 108: „Pakiet 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek o długości troków około 18,5cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 108: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem.

Pytanie 109: „Pakiet 7, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach:

- Czepek z wstawką antypotną w części czołowej
- Czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m²,denko: polipropylen 25g/m², wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m², oddychający
- Dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy
- Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
- Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Doskonała oddychalność i komfort użytkowania
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie pojedynczych sztuk



- *Jednorazowego użytku*
- *Niejałowy*

Odpowiedź 109: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 110: „*Pakiet 10, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy podfoliowany?”

Odpowiedź 110: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 111: „*Pakiet 12, poz. 1*

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępianie od wymogu aby serweta spełniała wymogi normy EN13795 1-3, norma ta dotyczy asortymentu stosowanego bezpośrednio na bloku operacyjnym i stanowiącym sterylne obłożenie pola operacyjnego w trakcie procedur zabiegowych/operacyjnych.”

Odpowiedź 111: Zamawiający odstępuje od wymogu aby serweta spełniała wymogi normy EN13795 1-3. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Pytanie 112: „*Pakiet 13, poz. 1*

Czy Zamawiający oczekuje koszul z włókniny SMS?”

Odpowiedź 112: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza opisanymi w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 113: „*Pakiet 14, poz. 1-2*

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m²?”

Odpowiedź 113: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Pytanie 114: „*Pakiet 14, poz. 3*

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 50 g/m²?”

Odpowiedź 114: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem.

Pytanie 115: „*Pakiet 17, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cmx15cm?”

Odpowiedź 115: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Pytanie 116: „*Pakiet 17, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej z wkładem chłonnym w rozmiarze 10cm x 20cm lub 10cm x 25cm?”

Odpowiedź 116: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 117: „*Pakiet 17, poz. 2*

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej z wkładem chłonnym w rozmiarze 9cmx10cm lub 9cmx15cm?”

Odpowiedź 117: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 118: „*Pakiet 22, poz. 3-9*

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby przylepce były pakowane a’1szt i dopuści przylepce pakowane zbiorczo dla poz. 3 i 6 po 24szt, dla poz. 4, 7, 9 po 12szt, dla poz. 5, 8 po 6szt z podaniem ceny za sztukę w celu łatwiejszego porównania ofert?”

Odpowiedź 118: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 119: „*Pakiet 22, poz. 1*

Czy Zamawiający zgodzi się na podanie ceny za opakowanie a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź 119: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jednostka miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował, a w kolumnie „Ilość jedn. miary” dokonać korekty z 12 000 na 2 400.

Pytanie 120: „*Pakiet 22, poz. 2*

Czy Zamawiający zgodzi się na podanie ceny za opakowanie a’3szt z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź 120: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jednostka miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował, a w kolumnie „Ilość jedn. miary” dokonać korekty z 15 000 na 5 000.

Pytanie 121: „*Pakiet 22, poz. 14-18*

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 14-18 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania co umożliwi Państwu lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.”

Odpowiedź 121: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej

Pytanie 122: „*Pakiet 26, poz. 1, 4*

Czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia. Obie pozycje w pakiecie wskazują na ten sam produkt.”

Odpowiedź 122: Zamawiający modyfikuje formularz cenowy pakietu nr 26 poprzez wykreślenie pozycji nr 4 tego pakietu. Niniejszą zmianę należy nanieść w formularzu cenowym pod rygorem odrzucenia oferty.

Pytanie 123: „*Pakiet 28, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną w papier?”

Odpowiedź 123: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyż-

szym pytaniu – wata celulozowa pakowana w papier – przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, w szczególności wymaga, aby wata celulozowa była opakowana w karton transportowy. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 124: „Pakiet 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową białoną?”

Odpowiedź 124: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania w pakiecie nr 30 asortymentu opisanego w pytaniu; wata celulozowa biała jest przedmiotem pakietu nr 28.

Pytanie 125: „Pakiet 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną w papier?”

Odpowiedź 125: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – wata celulozowa pakowana w papier – przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, w szczególności wymaga, aby wata celulozowa była opakowana w karton transportowy. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 126: „Pakiet 37, poz. 2

Czy zamawiający dopuści w zestawie opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm?”

Odpowiedź 126: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 127: „Pakiet nr 2 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha , którego szwy są klejone. Posiadający w zestawie rękawiczki rozmiar ok : 35 cm x 26cm. Rozmiary : S/L, XLL. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź 127: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu w zakresie szwów i rozmiarów rękawiczek, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym w tym ustalonych niniejszym pismem, w szczególności Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów w 4 różnych rozmiarach. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 128: „Pakiet nr 2 Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów : S/L, XLL. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź 128: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym, w szczególności Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów w 4 różnych rozmiarach. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 129: „Pakiet nr 7 Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 12 g. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź 129: : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym

szym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 130: „*Pakiet nr 7 Poz.6-7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepek chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.*”

Odpowiedź 130: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 131: „*Pakiet nr 3: Prosimy o dopuszczenie ubrania chirurgicznego jednorazowego, niebieskiego z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m², nie prześwitującego. Barrierowość na penetrację płynów min. 49 mmH₂O, odporność na wypychanie >140 kPa. Komplet składający się z bluzy i spodni, posiadających wszywkę z rozmiarem. Bluza z krótkim rękawem wyposażona w 3 kieszenie z wycięciem V obszytym kontrastową, miękką lamówką. Spodnie wiązane na troki w pasie z kieszenią z tyłu. Oznakowane jako wyrób medyczny kl. I, zgodne z EN 13795. Dostępne w 6 rozmiarach XS-XXL, spodnie i bluzy pakowane osobno.*”

Odpowiedź 131: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, w szczególności w zakresie kolorów kompletów. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 132: „*Pakiet nr 15*

Prosimy o dopuszczenie podkładu przeciwodleżynowego, 5-cio warstwowego, zintegrowanego wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przesyć, samo wygładzającego się, zapobiegającego przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonanego z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni o wymiarach min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu.”

Odpowiedź 132: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 133: „*Pakiet nr 17 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15cm x 15 cm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.*”

Odpowiedź 133: : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 134: „*Pakiet nr 17 Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cm x 10 cm .Reszta parametrów zgodna z SIWZ.*”

Odpowiedź 134: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 135: „*Pakiet nr 22 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pakowanego w kopercie 10 pasków o wymiarach : 3x75 mm.*”

Odpowiedź 135: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował, a w kolumnie „ilość jedn.miary” dokonać korekty z 12 000 szt, na 6 000 szt.

Pytanie 136: „*Poz. 3-9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na rolce, umieszczonych w opakowaniu zbiorczym.*”

Odpowiedź 136: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane a’1 szt.

Pytanie 137: „*Pakiet 14, poz. 1: czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z folii o gramaturze 39g/m2?*”

Odpowiedź 137: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 138: „*Pakiet 14, poz. 2: czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z folii o gramaturze 39g/m2?*”

Odpowiedź 138: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 139: „*Pakiet 14, poz. 3: czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z folii o gramaturze 39g/m2?*”

Odpowiedź 139: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 140: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 22 pozycji 15, 16, 17 i 18, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?”

Odpowiedź 140: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 141: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 28 watę celulozową w opakowaniu papierowym powleczonym polietylenem, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?”

Odpowiedź 141: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – wata celulozowa pakowana w papier – przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, w szczególności wymaga, aby wata celulozowa była opakowana w karton transportowy. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 27.04.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.