



LAS-210/1-PN/34-2017

Rybnik, dnia 25.04.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy kardiowerterów i stymulatorów (zamówienie nr **LAS-210-PN/34-2017**)
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19.04.2017 r., pod nr 68286 - 2017

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: „do Pakietu 2 tabela dot. parametrów technicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dostarczenia ATP wyłącznie przed ładowaniem kondensatorów?”

Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 2: „do Pakietu 2 dot. tabeli wymaganych parametrów technicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości programowania wektora wykrywania sygnału, jednakże dysponujące programowalnymi 11 parametrami sensingu, które to skutecznie zapobiegają oversensingowi załamka T?”

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 3: „do Pakietu 2 dot. tabeli wymaganych parametrów technicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości rozpoznania zakłóceń powstałych na skutek uszkodzenia elektrody RV, jednakże mierzące impedancje elektrody RV 4 razy na dobę i w razie potrzeby wyświetlające adekwatny komunikat podczas wizyty kontrolnej?”

Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 4: „do pakietu 3 dot. tabeli wymaganych parametrów technicznych


Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dostarczenia ATP wyłącznie przed ładowaniem kondensatorów?”

Odpowiedź 4: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 5: do pakietu 3 dot. tabeli wymaganych parametrów technicznych

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości programowania wektora wykrywania sygnału, jednakże dysponujące programowalnymi 11 parametrami sensingu, które to skutecznie zapobiegają oversensingowi załamka T?”

Odpowiedź 5: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 6: „do Pakiet 3, dot. tabeli wymaganych parametrów technicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości rozpoznania zakłóceń powstałych na skutek uszkodzenia elektrody RV, jednakże mierzące impedancje elektrody RV 4 razy na dobę i w razie potrzeby wyświetlające adekwatny komunikat podczas wizyty kontrolnej?”

Odpowiedź 6: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 7: „do Umowy § 2 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie zakresu godzin w dostarczeniu przedmiotu umowy od 7.00 do 14.00?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 8: „do Umowy § 5, 6, 8, 9

Ponieważ posiadanie przez Zamawiającego programatorów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stymulatorów/kardiowerterów i w związku z tym dostarczenie ich do Zamawiającego jest dla Wykonawcy kosztem w kalkulowanym w cenę przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie istniejącego we wzorze umowy sformułowania: „użyczenie; umowa użyczenia; przedmiot użyczenia” i zastąpienie ich sformułowaniem „używanie; przedmiot używania; umowa używania”. Istniejące we wzorze umowy sformułowania mogą wskazywać na uzyskanie przez Zamawiającego dodatkowych korzyści (darowizna), niepozwalających Wykonawcy na ujęcie programatorów w kosztach podatkowych oraz powodujących powstanie dodatkowego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o VAT, co ma istotny wpływ na cenę składanej oferty. Ponadto, może prowadzić to do błędnej interpretacji organów kontrolnych, jakoby Zamawiający otrzymał dodatkową korzyść materialną niezwiązaną z odpłatnym charakterem zamówienia publicznego (UZP art. 2 pkt.13)”

Odpowiedź 8: W umowie zawieranej z konkretnym wykonawcą Zamawiający uwzględni powyższy zaproponowany zapis.


Pytanie 9: „do Umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przerwy w funkcjonowaniu przedmiotu użyczenia z 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu telefonicznego zgłoszenia, w czasie których wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas ewentualnej naprawy programatora i innych dodatkowych czynności wymagających działania ze strony Wykonawcy poza siedzibą Zamawiającego?”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Zapytania od nr 10 do nr 14 dotyczą Pakietu 2

Pytanie 10: „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości wyboru ostatniej skutecznej terapii ATP ale z możliwością manualnego wyboru jednej z spośród 4 dostępnych terapii ATP oraz aż do 8 wyładowań wysokoenergetycznych w trakcie epizodu VF?”

Odpowiedź 10: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 11: „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?”

Odpowiedź 11: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 12: „Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT ale z możliwością zaprogramowania 3 stref: VT-1 (możliwość zaprogramowania częstości 90-200 min.), VT (możliwość zaprogramowania częstości 110-220 min.), VF (możliwość zaprogramowania częstości 130-250 min.)”

Odpowiedź 12: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 13: „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości programowania wektora wykrywania sygnału ale z automatyczną funkcją synchronizacji czasu i skorelowania wektorów jako uzupełnienia analizy rytmów w celu określenia czy należy leczyć czy zahamować terapię?”

Odpowiedź 13: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 14: „Czy zamawiający dopuści urządzenia rozpoznające uszkodzenia elektrody na podstawie codziennych pomiarów impedancji a w sytuacji przekroczenia programowalnych zakresów informujące pacjenta sygnałem dźwiękowym?”

Odpowiedź 14: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Zapytania od nr 15 do nr 19 dotyczą Pakietu 3


Pytanie 15: „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości wyboru ostatniej skutecznej terapii ATP ale z możliwością manualnego wyboru jednej z spośród 4 dostępnych terapii ATP oraz aż do 8 wyładowań wysokoenergetycznych w trakcie epizodu VF?”

Odpowiedź 15: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 16: „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?"

Odpowiedź 16: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 17: „Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT ale z możliwością zaprogramowania 3 stref: VT-1 (możliwość zaprogramowania częstości 90-200 min.), VT (możliwość zaprogramowania częstości 110-220 min.), VF (możliwość zaprogramowania częstości 130-250 min.)”

Odpowiedź 17: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 18: „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości programowania wektora wykrywania sygnału ale z automatyczną funkcją synchronizacji czasu i skorelowania wektorów jako uzupełnienia analizy rytmów w celu określenia czy należy leczyć czy zahamować terapię?”

Odpowiedź 18: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 19: „Czy zamawiający dopuści urządzenia rozpoznające uszkodzenia elektrody na podstawie codziennych pomiarów impedancji a w sytuacji przekroczenia programowalnych zakresów informujące pacjenta sygnałem dźwiękowym?”

Odpowiedź 19: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 27.04.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:
1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				