



LAS-335/1-PN/60-2017

Rybnik, dnia 11.07.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

#### PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

**dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii,  
w tym implantów (zamówienie nr LAS-335-PN/60-2017)**  
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod nr 543850-N-2017 z dnia 2017-07-06 r.

**W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

#### **Zapytania od nr 1 do nr 2 dotyczą pakietu nr 5 – Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych**

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający dopuści w punkcie nr 1 śruby tytanowe o średnicach 7, 8, 9 mm i długościach 20, 25, 30 mm?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający dopuści w punkcie nr 3 płytkę wydłużoną o 6,5 mm stanowiącą nakładkę na podłużną płytkę służącą do zabiegów rewizyjnych?”


**Odpowiedź 2:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 3:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania: Płytkę do dalszego końca kości strzałkowej tylna-boczna, strona lewa i prawa - 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 otworów w części trzonowej 8 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, na trzonie płyty otwory blokujące – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokujący – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki, w głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera, długość płytki 77, 90, 103, 116, 129, 155, 181. Kompatybilna ze śrubami 2,4mm; 2,7mm; 3,5mm, możliwość użycia śrub zmiennokątowych?”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego

#### Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 4:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania: Płytką prostą wąską, grubą z ograniczonym kontaktem do części trzonowej kości, ilość otworów 4-12 otworów, długość od 59 do 163 mm, tytanowa, blokowana, otwory w płytce blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm, grubość płytki 4,0 mm, kompatybilna ze śrubami 3,5 mm, możliwość użycia śrub zmiennokątowych?”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 5:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania: Płytką prostą wąską, cienką do części trzonowej kości, ilość otworów 5-18 otworów, długość od 85 do 280 mm, tytanowa, blokowana, otwory w płytce blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm, grubość płytki 2,5 mm, kompatybilna ze śrubami 3,5 mm, możliwość użycia śrub zmiennokątowych?”


**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 6:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania: Płytką tytanową do złamań trzonu obojczyka. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytką posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość płytki od 94 do 120mm, ilość otworów od 6 do 8. Płytki prawe i lewe. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm, możliwość użycia śrub zmiennokątowych?”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Pytanie 7:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania: Śruba blokowana zmiennie-kątowa, maksymalny kąt 15 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, długość śrub od 10 mm do 95 mm, średnica śruby 2,4 i 2,7 mm, długość śrub od 10 mm do 40 mm?”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 8:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy głowy 4,9 zamiast 6,0 mm?”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach określonych w pytaniu.

**Pytanie 9:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy 2,4 oraz 2,7 mm, średnica głowy 4,2 zamiast 4,0 mm?”

**Odpowiedź 9:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 10:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 11** dopuści możliwość zaoferowania wiertła standardowego śr. 2,5 mm dł. 180 mm?”


**Odpowiedź 10:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 11:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania wiertła standardowego śr. 2,7 mm dł. 200 mm?”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl), e-mail: [szpital@szpital.rybnik.pl](mailto:szpital@szpital.rybnik.pl)

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



**Pytanie 12:** „Dotyczy Wzoru umowy (Załącznik nr 2.1) – Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 200 zł na 0,1% za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru lub jego części w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 (dotyczy zarówno pierwszej dostawy Depozytu, jak i jego uzupełniania lub wymiany) oraz w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 13:** „Pytanie do pakietu nr 5 – Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych  
Punkt 3 Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki wydłużonej o 10 mm od płytki pierwotnej stanowiącej nakładkę na podłużną płytkę, służącą do zabiegów rewizyjnych jako rozwiązanie równoważne?”

**Odpowiedź 13:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 14.07.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				