



LAS-252/1-PN/58-2017

Rybnik, dnia 27.07.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobów medycznych (zamówienie nr LAS-252-PN/58-2017)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 30.06.2017 r., nr 2017/S 123-248836

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „PAKIET NR 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki umożliwiającej szczelne połączenie jej z workiem stomijnym, w rozmiarze 45 mm, bez kryzy posiadającej włókna bawełniane?”

Pytanie 2: „PAKIET NR 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki umożliwiającej szczelne połączenie jej z workiem stomijnym, w rozmiarze 70 mm, bez kryzy posiadającej włókna bawełniane?”

Odpowiedź 1-2: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 3: „PAKIET NR 3, pozycja 5: Prosimy o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 4: „PAKIET NR 3, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka przylepcem o wysokich właściwościach przylepnych i gojących w rozmiarze do docięcia 13-90mm?”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 5: „Pakiet nr 6, pozycja nr 9

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści i uzna za równoważne zestawy z cewnikiem w rozmiarze 4,7 zamiast 5Fr?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 6: „dotyczy Pakiet nr 6, pozycja nr 13

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści i uzna za równoważne cewniki o długości 69cm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<u>Fax:</u>	032 42-28-272				

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 7: „*dotyczy Pakiet nr 6, pozycje nr 8,9,13*

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycje nr 8,9 i 13?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 07.08.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.