



LAS-370/2-PN/69-2017

Rybnik, dnia 14.09.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**dostawy odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu
dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (zamówienie nr LAS-370-PN/69-2017)**
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 09.08.2017 r., nr 2017/S 151-312341

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej w piśmie nr LAS-370/1-PN/69-2017 z dnia 06.09.2017 r.). Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 42: „Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 7.5 podłoża chromogenne, które nie jest transparentne? Na rynku polskim istnieje ogromna trudność w pozyskaniu transparentnego podłoża chromogenne do wykrywania VRE, ponadto podłoża nietransparentne również umożliwiają łatwą identyfikację szczepów VRE.”

Odpowiedź 42: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Nazwa asortymentu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 43: „pakiet nr 1, poz. 1.8, 6.2, 6.3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 1.8, 6.2, 6.3 co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie Wykonawców.”

Odpowiedź 43: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z formularza cenowego.

Ponieważ warunki zamówienia ulegają zmianie poprzez dopuszczenie asortymentu, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, termin składania ofert i wnoszenia wadium ulega zmianie. Termin składania ofert i wnoszenia wadium zostaje przedłużony do dnia 02.10.2017 r. do godziny 10.00 (termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30).

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<u>Fax:</u>	032 42-28-272				