



TAM-673/1-PN/71-2017

Rybnik, dnia 21.09.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**dostawę narzędzi do endoskopowej chirurgii zatok metodą FESS**

(zamówienie nr TAM-673-PN/71-2017)

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 15.09.2017 r., pod nr 588797-N-2017

**W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

dotyczy pytań od nr 1 do nr 8: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty.”

**Pytanie 1:** „Poz. 1) Łyżeczka o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.”

**Pytanie 2:** „Poz.5) Kleszcze o dł. rob.130mm bez portu do mycia Luer-Lock, pozostałe parametry bez zmian.”

**Pytanie 3:** „Poz.6) Sonda o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.”

**Pytanie 4:** „Poz.8,9) Kleszcze o dł. trzpienia roboczego 100mm, pozostałe parametry bez zmian.”

**Pytanie 5:** „Poz.10) Kleszcze o szer.3,6mm, dł. trzpienia roboczego 120mm, pozostałe parametry bez zmian.”

**Pytanie 6:** „Poz. 11) Kleszcze o dł. trzpienia roboczego 160mm, pozostałe parametry bez zmian.”

**Pytanie 7:** „Poz. 12) Ssak o dł. trzpienia roboczego 150mm, pozostałe parametry bez zmian.”

**Pytanie 8:** „Poz.8,9) Kleszcze o szerokości 3mm i dł. trzpienia roboczego 115mm, pozostałe parametry bez zmian.”

**Pytanie 9:** „Dot. pkt.2 Czy Zamawiający dopuści równoważne narzędzie, łyżeczkę do zatok czołowych, owalną, zakrzywioną 50 stopni, długość, 190 mm, końcówka wydłużona?”

**Pytanie 10:** „Dot. pkt.6 Czy zamawiający dopuści równoważne narzędzie, sondę dwustronną zakończoną kulkami, do zatoki czołowej, długość 210 mm?”

**Pytanie 11:** „Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści równoważne narzędzie, kleszcze do nosa okienkowe, wycinające (thru cutting, typu Blakesley), proste, szerokość 3,5 mm, długość robocza 110 mm, port Luerlock do mycia w myjni mechanicznej?”

**Pytanie 12:** „Dot.pkt.9 Czy Zamawiający dopuści równoważne narzędzie, kleszcze do nosa okienkowe, wycinające (thru cutting, typu Blakesley), szerokość 3,5 mm, zakrzywione do góry 45 stopni, długość robocza 110 mm, port Luerlock do mycia w myjni mechanicznej?”

**Pytanie 13:** „Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, kleszczyki typu Blakesley, obrotowe (z możliwością blokady w każdej pozycji) szerokość 3,5 mm, rozmiar

#### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000      Główny Księgowy: 032 42-91-299      Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251      Dział Organizacyjny: 032 42-92-613      Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

1, zakrzywione do góry 45 stopni, długość robocza 130 mm, port Luerlock do mycia w myjni mechanicznej?"

**Pytanie 14:** „Dot. pkt.12 Czy Zamawiający dopuści równoważne narzędzie, ssak typu Van Eicken, "długo zakrzywiony", średnica 3 mm, port Luerlock, długość 150 mm?"

**Odpowiedź 1-14:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 25.09.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:

1. adresat.
2. aa.