

LAS-348/1-PN/67-2017

Rybnik, dnia 19.10.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy systemu do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą urządzenia
(zamówienie nr LAS-348-PN/67-2017)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 20.09.2017 r., nr 2017/S 180-368202

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

Pytanie 1: „Dot. Załącznik nr 1.2 pkt 20 do SIWZ Czy Zamawiający miał na myśli aparat do wykonywania barwień Immunohistochemicznych zamiast aparat do posiewów krwi?”

Odpowiedź 1: TAK, Zamawiający modyfikuje zapis pkt 20 Załącznika nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę sformułowania: „Automatyczny system do posiewów krwi Wykonawca zainstaluje w pomieszczeniach Pracowni Histopatologii Zamawiającego” na „Aparat do wykonywania badań Immunohistochemicznych Wykonawca zainstaluje w pomieszczeniach Pracowni Histopatologii Zamawiającego”. W załączeniu Zamawiający przekazuje nowy zmodyfikowany załącznik nr 1.2

Pytanie 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu używanego po pełnym przeglądzie serwisowym?”

Odpowiedź 2: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zapewnienia wsparcia serwisowego, zgodnie z warunkami umowy.

Pytania od 3 do 19 dot. załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie 3: „Par. 1 ust. 2, Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy?”

Uzasadnienie:

Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.”


Odpowiedź 3: Zamawiający modyfikuje termin realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji zamówienia będzie wynosił 44 miesiące od daty zawarcia umowy. W załączeniu przedkładamy zmodyfikowany załącznik nr 1, 1.1A i 1.1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana ta zostanie uwzględniona w umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą.

Pytanie 4: „Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy?”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru

Telefony:

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Centrala: | 032 42-91-000 | Główny Księgowy: | 032 42-91-299 | Dział Zamówień Publicznych: | 032 42-91-287 |
| Sekretariat: | 032 42-91-251 | Dział Organizacyjny: | 032 42-92-613 | Dział Zaopatrzenia: | 032 42-91-214 |
| Fax: | 032 42-28-272 | | | | |



umowy.

Pytanie 5: „Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 6: „Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?”

Odpowiedź 6: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana ta zostanie uwzględniona w umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą.

Pytanie 7: „Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?”

Odpowiedź 7: Zamawiający doprecyzowuje postanowienia umowy w „Par. 5 ust. 5 poprzez wskazanie liczby osób które mają zostać poddane szkoleniu. Zmianie ulega zdanie pierwsze ust.5 niniejszego paragrafu jak niżej:

„5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia 6 osób personelu zakładu histopatologii w ramach niniejszej umowy.” Zmiana ta zostanie uwzględniona w umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą.

Pytanie 8: „Par. 5 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?”

Odpowiedź 8: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana ta zostanie uwzględniona w umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą.

Pytanie 9: „Par. 5 ust.7 Czy Zamawiający może doprecyzować jakie odpady chodzi.”

Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, że chodzi o odpady po zużyciu zamawianego asortymentu tj. opakowania.

Pytanie 10: „Par. 5 ust. 12 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.”


Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 11: „Par. 5 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Telefony:

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Centrala: | 032 42-91-000 | Główny Księgowy: | 032 42-91-299 | Dział Zamówień Publicznych: | 032 42-91-287 |
| Sekretariat: | 032 42-91-251 | Dział Organizacyjny: | 032 42-92-613 | Dział Zaopatrzenia: | 032 42-91-214 |
| Fax: | 032 42-28-272 | | | | |



Pytanie 12: „Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?”
Odpowiedź 12: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 13: „Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”, zmniejszenie kary do 100zł oraz wykreślenie zapisu „za każdą sztukę urządzenia”?”
Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 14: „Par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?”

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.”

Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 15: „Par. 6. ust. 5 lit a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z „jednorazowe” na „dwukrotne”?”

Odpowiedź 15: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 16: „Par. 6. ust. 5 pkt. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „dni” na „dni robocze”?”

Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 17: „Par. 6 ust. 5, Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”

Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.


Pytanie 18: „Par. 7, Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?”

Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 19: „Par. 13 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów,

Telefony:

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Centrala: | 032 42-91-000 | Główny Księgowy: | 032 42-91-299 | Dział Zamówień Publicznych: | 032 42-91-287 |
| Sekretariat: | 032 42-91-251 | Dział Organizacyjny: | 032 42-92-613 | Dział Zaopatrzenia: | 032 42-91-214 |
| Fax: | 032 42-28-272 | | | | |



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.”

Odpowiedź 19: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, ulega zmianie również termin składania ofert, który ustalony zostaje do dnia 07.11.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załączniki:

1. Formularz oferty wg załącznika nr 1 – zaktualizowane brzmienie.
2. Formularz cenowy wg załącznika nr 1.1A wraz z załącznikiem do niego i 1.1B – zaktualizowane brzmienie.
3. Charakterystyka dzierżawionego urządzenia wg załącznika nr 1.2 – zaktualizowane brzmienie.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Centrala: | 032 42-91-000 | Główny Księgowy: | 032 42-91-299 | Dział Zamówień Publicznych: | 032 42-91-287 |
| Sekretariat: | 032 42-91-251 | Dział Organizacyjny: | 032 42-92-613 | Dział Zaopatrzenia: | 032 42-91-214 |
| Fax: | 032 42-28-272 | | | | |