

## WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU

**ZAKUP MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C WYSOKIEJ KLASY DO PROCEDUR WEWNĄTRZNACZY-  
NIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA  
CHORÓB UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017-2020 – 1 SZT.**

L.p.	Nazwa	Wymogi	Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis*
1	2	3	4
1.	Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia minimum 24 miesiące.	Tak, podać parametr punktowany	Podać .....
2.	Możliwość zgłaszania usterek (podać sposób oraz dane teleadresowe).	Podać.	Podać .....
3.	Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki - nie dłuższy niż 24 godziny – obowiązuje w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Tak	
4.	Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>nie dłuższy niż 5 dni roboczych w przypadku gdy są wymagane części zamienne,</li> <li>nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze bez konieczności wymiany części zamiennych.</li> </ul>	Tak	
5.	Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego VPN.	Tak, podać wymagania	Podać .....
6.	Czas podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce ≤2h w dni robocze.	Tak	
7.	Dodatkowe wsparcie telefoniczne inżyniera serwisu w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 17 – 21 w czasie trwania gwarancji i przeglądów określonych w załączniku nr 1 pkt C.	Tak, podać nr telefonu	Podać .....
8.	Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.	Tak	
9.	Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy.	Tak	
10.	Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym Świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu.	Tak	
11.	Aktualizacja aplikacji oprogramowania w czasie gwarancji będzie wykonywana na koszt Wykonawcy.	Tak	

12.	Wykonanie testów specjalistycznych w czasie trwania gwarancji i przeglądów określonych w załączniku nr 1 pkt C zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Tak	
13.	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych.	Tak, podać.	Podać .....

\* - kolumnę 4 należy wypełnić wg wskazówek zawartych w kolumnie 3, wpisując potwierdzenie spełnienia warunku, oferowane parametry lub wymagany opis.

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)