



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-880/1-PN/94-2017

Rybnik, dnia 03.11.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**Zakup aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”
(zamówienie nr TAM-880-PN/94-2017)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30.10.2017 r., pod nr 608074-N-2017**

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Zapytania od nr 1 do nr 3 dotyczą pakietu nr 2: Aparat EKG z wyposażeniem

Pytanie 1: „Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada automatyczny filtr izolinii?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 2: „Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada czułość w zakresie: 2,5;5;10;20 mm/mV?”

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że opisany w pytaniu aparat jest zgodny z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i tym samym spełnia wymogi zawarte w specyfikacji.

Pytanie 3: „Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada prędkość zapisu w zakresie: 5;10;12,5;25;50 mm/s?”

Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że opisany w pytaniu aparat jest zgodny z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i tym samym spełnia wymogi zawarte w specyfikacji.

Pytanie 4: „W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 5: „Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<u>Fax:</u>	032 42-28-272				

przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2)”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 6: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

- a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości **0,5%** wartości **niedostarczonego przedmiotu niniejszej umowy brutto dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu niniejszej umowy;**
- b) w przypadku niedotrzymania terminu przeprowadzenia przeszkolenia pracowników, o którym mowa w § 2 ust. 2 - w wysokości 0,5% wartości **niezrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy;**
- c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji określonej w § 3 ust. 2 umowy lub w przypadku opóźnienia w wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z warunków gwarancji jakości i serwisu – w wysokości 0,5 % wartości **reklamowanego przedmiotu niniejszej umowy brutto dla danego pakietu za każdy dzień, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu niniejszej umowy.**

Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Zapytania od nr 7 do nr 9 dotyczą: Załącznik nr 1.2 do SIWZ Pakiet nr 2 , aparat EKG z wyposażeniem 3 szt.

Pytanie 7: „Punkt 5 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu 400 badań w urządzeniu oraz z możliwością zapisu nieograniczonej liczby badań na platformie medycznej, którą Zamawiający otrzyma w cenie aparatu?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 8: „Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z akumulatorem wbudowanym w aparat z czasem pracy 90 min.?”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu określonego w zapytaniu.

W przypadku zaoferowania ww. rozwiązania w kolumnie 4 należy odwołać się do przedmiotowej odpowiedzi.

Pytanie 9: „Punkt 18 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z sygnałem dźwiękowym dla wszystkich pobudzeń również wystymulowanych?”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu określonego w zapytaniu.

W przypadku zaoferowania ww. rozwiązania w kolumnie 4 należy odwołać się do przedmiotowej odpowiedzi.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 07.11.2017 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.