

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWA WIDEOGASTROSKOPU**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Producent	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2013 lub 2014	podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany)	TAK	
5.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
II.	Parametry szczegółowe:		
1.	Wideogastroskop - kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego:* - procesorami obrazu typu Evis Exera CV-145 prod. Olympus, - źródłami światła typu Evis Exera CLE-145 prod. Olympus, - myjniemi ETD-2, ETD-3 prod. Olympus. W zakresie kompatybilności z ww. procesorami i źródłami światła zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, zapewniające tę samą funkcjonalność przy wykonywaniu badań. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego należy podać w kolumnie 4 model/typ zaoferowanego wraz z wideogastroskopem urządzenia peryferyjnego oraz dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 1.4.1 – 1.4.3.	TAK, opisać.	
2.	Średnica wewnętrzna kanału roboczego: min. 2,8 mm	TAK, podać	
3.	Średnica zewnętrzna wziernika: max. 9,8 mm	TAK, podać	
4.	Długość robocza: min. 1030 mm	TAK, podać	
5.	Zakres zginania końcówki: - góra/dół: w zakresie min. 210°/90° - lewo/prawo: w zakresie min. 100°/100°	TAK, podać	
6.	Szerokokątny obiektyw o polu widzenia: min. 140°	TAK, podać	
7.	Głębina ostrości w zakresie: min. 3-100 mm od obiektu.	TAK, podać	
8.	Kolorowy przetwornik CCD	TAK	
9.	Głowica wyposażona w min. 3 przyciski zdalnego sterowania funkcjami procesora.	TAK, opisać	
10.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji procesora na przyciski głowicy.	TAK, opisać	
11.	Bezobsługowa dysza kanału woda/powietrze.	TAK	
12.	Tester szczelności.	TAK	
III.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

* - w przypadku uszkodzenia wideogastroskopu lub urządzeń opisanych w punkcie II.1, będącego następstwem niedopasowania (braku kompatybilności) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ww. uszkodzenia.

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)