



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-937/1-PN/98-2017

Rybnik, dnia 14.11.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Zakup aparatury medycznej - Aparat EKG wraz z wyposażeniem – 3 szt

w ramach zadania inwestycyjnego

pn. „**Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku**”

(zamówienie nr TAM-937-PN/98-2017)

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 2017-11-09 r., pod nr 613685-N-2017

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada automatyczny filtr izolacji?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 2: „Czy zamawiający dopuści Aparat EKG z sygnalizacją dźwiękową wykrytych pobudzeń QRS, zamiast pobudzeń stymulatora serca?”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 3: „Dotyczy Załącznik nr 1.2 do SIWZ punkt 5 Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu 400 badań w urządzeniu oraz z możliwością zapisu nieograniczonej liczby badań na platformie medycznej?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 4: „Dotyczy Załącznik nr 1.2 do SIWZ punkt 18 Czy zamawiający dopuści aparat EKG z sygnałem dźwiękowym dla wszystkich pobudzeń również wystymulowanych?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu określonego w zapytaniu.

W przypadku zaoferowania ww. rozwiązania w kolumnie 4 należy odwołać się do przedmiotowej odpowiedzi.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 17.11.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272