



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-992/2-PN/111-2017

Rybnik, dnia 28.11.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.:
Aparat do elektrochirurgii z wyposażeniem – 1 szt.**

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku**”
(zamówienie nr TAM-992-PN/111-2017)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2017 r., pod nr nr 620307-N-2017

**W związku z wniesionymi dalszymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

Pytanie 15: „Dotyczy załącznik nr 1.2 Parametry techniczne pkt. 13

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 27.11.2017 i dokonanych modyfikacji SIWZ prosimy o dopuszczenie generatora z trybem cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej opartego na dostarczeniu prądu wysokiej częstotliwości o wartości regulowanej automatycznie w zakresie **do 400W (parametr wyższy)**. Pierwotny zapis SIWZ wymagał aparatu z mocą cięcia bipolarnego 400W, zamawiający dopuszczając moc 350W uniemożliwia złożenia oferty oferentom posiadającym mocniejszy aparat (**prosimy o zmianę zapisu na min. 350W** – taki zapis pozwoli złożyć ofertę zarówno producentom posiadającym aparat z mocą cięcia 350W jaki i 400W oraz więcej – nadmienimy tylko iż moc w przypadku resekcji bipolarnej w soli fizjologicznej ma istotne znaczenie dla możliwości wykonania prawidłowej procedury)”.

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza i zmienia zapis pkt. II.13 na nowy o brzmieniu:

„Tryb cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu wysokiej częstotliwości o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min. 350W.” W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacja należy w zmodyfikowanym w dniu 27.11.2017 r. załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna” w kolumnie 4 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, aby z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak biorąc pod uwagę termin otwarcia ofert, który ustalony został na dzień 30.11.2017 r. oraz mając na względzie konieczność zachowania zgodności z zasadami opisanymi w art. 12a oraz art. 38 ust 4 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach do dnia 04.12.2017 r. do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala się w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<u>Fax:</u>	032 42-28-272				