

LAS-8/1-PN/2-2018

Rybnik, dnia 21.03.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy wyrobów medycznych - strzykawek, igieł oraz zestawów do przetaczania
(zamówienie nr LAS-8-PN/2-2018)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 16.02.2018 r., nr 2018/S 033-071379

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

Pytanie 1: „dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-4

Prosimy o potwierdzenie, że brak ftalanów w oferowanych strzykawkach musi być fabrycznie oznaczony na opakowaniu jednostkowym?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie stawia wymagań co do sposobu oznaczenia dotyczącego braku zawartości ftalanów.

Pytanie 2: „dotyczy pakietu nr 1, poz. 5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z pojedynczą skalą pomiarową?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 3: „dotyczy pakietu nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oddzielną wycenę igły w rozmiarze 0,29-0,33 w ramach jednej pozycji? Igła w tym rozmiarze jest znacznie droższa od pozostałych i zawyżałaby jedynie cenę co jest niekorzystne dla Zamawiającego. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie ilości dla tego rozmiaru oraz dla pozostałych.”


Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę na oddzielną wycenę igły w rozmiarze 0,29-0,33. Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany załącznik nr 1.1 – formularz cenowy w zakresie pakietu nr 1.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego pod rygorem odrzucenia oferty!

Pytanie 4: „dotyczy pakietu nr 1, poz. 14

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł bez metalowego zatrasku (słyszalnego kliku po zamontowaniu na strzykawkę) wewnątrz nasadki igły ?

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” wykreślić słowa: „metalowy zatrask (słyszalny klik po zamontowaniu na strzykawkę) wewnątrz nasadki igły”

Pytanie 5: „dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-3

Prosimy o potwierdzenie że oferowane przyrządy, w celu pełnej identyfikacji, muszą posiadać nazwę producenta bezpośrednio na przyrządzie?”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednocześnie dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6: „dotyczy pakietu nr 2, poz. 2,6

Czy przez określenie „mleczny” Zamawiający rozumie kolor biały, nie przezroczysty?”

Odpowiedź 6: Zamawiający wyjaśnia, iż przez określenie „mleczny” wymaga zaoferowania asortymentu nie przezroczystego, przeznaczonego do leków światłoczułych.

Pytanie 7: „dotyczy pakietu nr 2, poz. 5,6,7

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowane przedłużacze muszą pochodzić od jednego producenta?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednocześnie dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8: „dotyczy pakietu nr 1,2

Czy Zamawiający, w razie wątpliwości co do poprawności złożonej oferty, zastrzega sobie możliwość wezwania o próbki oferowanego asortymentu na etapie badania ofert?”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków poza określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9: „Pakiet nr 1 poz. 1-4

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na wydzielony asortyment.”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.


Pytanie 10: „Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań w tej pozycji (tj. ze zmianą liczby opakowań

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



z 4 500 opakowań a 100 szt. na 5 625 opakowań a 80 szt.) oraz naniesieniem stosownej korekty w kolumnie „Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilość jedn. miary”.

Pytanie 11: „Pakiet nr 1 poz. 11-13

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na wydzielony asortyment.”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 12: „Pakiet nr 2 poz. 1-4

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na wydzielony asortyment.”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 13: „Pakiet nr 2 poz. 5-8

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment w pakiecie.”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 14: „Pakiet nr 2 poz. 7

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie”

Odpowiedź 14: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 15: „dotyczy SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że oferowany asortyment musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że w/w dokumenty zostaną dostarczone przez Oferenta na każde wezwanie Zamawiającego.”

Odpowiedź 15: Oświadczenie niniejsze zawiera się w treści załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania 16 oraz 17 dotyczy pakietu nr 1 poz. 7-8


Pytanie 16: „Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml, jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa pojedyncza czarna skala co 2 ml?”

Odpowiedź 16: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 17: „Czy Zamawiający z uwagi na wielkość pakietu nr 1 wydzieli pozycje: 7-8 i utworzy z nich odrębny pakiet. Umożliwi w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednio

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



dystributorowi i importerowi strzykawek do pomp, co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny całego pakietu i uzyskanie korzystniejszych ofert?”

Odpowiedź 17: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytania 18 oraz 19 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Pytanie 18: „Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?”

Odpowiedź 18: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 19: „Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.”

Odpowiedź 19: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania 20 oraz 21 dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Pytanie 20: „Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?”


Odpowiedź 20: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 21: „Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów bursztynowych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.”

Odpowiedź 21: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Pytania 22 oraz 26 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-3

Pytanie 22: „Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

Odpowiedź 22: Zamawiający nie stawia wymagań co do sposobu oznaczenia dotyczącego braku zawartości ftalanów.

Pytanie 23: „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?”

Odpowiedź 23: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 24: „Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?”

Odpowiedź 24: Zamawiający nie stawia wymagań, co do sposobu oznaczenia dotyczącego braku zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP.

Pytanie 25: „Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu do przetoczeń płynów w postaci piktogramów?”

Odpowiedź 25: Zamawiający nie stawia wymagań, co do sposobu przedstawienia instrukcji użytkowania.

Pytanie 26: „Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informację o producencie?”

Odpowiedź 26: Zamawiający wymaga oznakowania na opakowaniu indywidualnym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.

Pytania 27 oraz 26 dotyczy pakietu nr 2 poz. 3


Pytanie 27: „Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?”

Odpowiedź 27: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 28: „Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Odpowiedź 28: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 29: „Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetwarzania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

Odpowiedź 29: Zamawiający nie stawia wymagań, co do sposobu oznaczenia dotyczącego braku zawartości ftalanów.

Pytanie 30: „Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?”

Odpowiedź 30: Zamawiający nie stawia wymagań, co do sposobu oznaczenia dotyczącego braku zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP.

Pytanie 31: „Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów?”

Odpowiedź 31: Zamawiający nie stawia wymagań, co do sposobu przedstawienia instrukcji użytkowania.

Pytanie 32: „Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?”

Odpowiedź 32: Zgodnie z odp. na pytanie nr 26.

Pytanie 33: „Pakiet nr 2 Poz.1-3 Prosimy o wydzielenie poz.1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi?”

Odpowiedź 33: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytania od 34 do 37 dotyczą pakietu nr 3


Pytanie 34: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy strzykawki z solą fizjologiczną mają posiadać gwintowy (dokręcany) korek zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wypadnięciem korka, o długość min. 12 mm, co pozwala na swobodne odkręcenie korka strzykawki, bez ryzyka kontaminacji wejścia do strzykawki?”

Odpowiedź 34: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia, poprzez sformułowanie, że strzykawki winny posiadać dokręcany korek zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wypadnięciem korka.

Pytanie 35: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy konstrukcja strzykawki ma uniemożliwiać przejście sterylnego roztworu soli poza przestrzeń sterylną strzykawki bez ryzyka skażenia roztworu?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Odpowiedź 35 Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia, poprzez sformułowanie, że konstrukcja strzykawki dla utrzymania braku ryzyka skażenia roztworu winna umożliwiać przejście sterylnego roztworu soli poza przestrzeń sterylną strzykawki.

Pytanie 36: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki Zamawiający oczekuje minimalny okres ważności strzykawek od daty dostawy?”

Odpowiedź 36: Zgodnie z SIWZ zaoferowany asortyment musi posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu dostarczenia (dotyczy asortymentu, dla którego określa się termin ważności).

Pytanie 37: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zmianami) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia w trakcie obowiązywania umowy kursów doszkalcających związanych z opieką nad dostępem naczyniowym/przepłukiwaniem, kaniulacją – wg potrzeb zamawiającego, zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia?”

Odpowiedź 37: Zamawiający nie wymaga dodatkowych szkoleń poza niezbędnymi w celu prawidłowego użytkowania zaoferowanego asortymentu.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 29.03.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Zmodyfikowany formularz cenowy w zakresie pakietu nr 1 – zmodyfikowany załącznik nr 1.1 – dla pakietu nr 1

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				