



LAS-58/4-PN/14-2018

Rybnik, dnia 28.03.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 4

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni
(zamówienie nr LAS-58-PN/14-2018)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych,
z dnia 19.03.2018 r., nr 532128-N-2018

W związku z wniesionymi przez wykonawców kolejnymi zapytaniem, zamawiający udziela następujących odpowiedzi (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej w piśmie z dnia 26.03.2018 r.):

Pytanie 17: „W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 26.03 (...) informuję, że konstrukcja pakietu nr 2 ww. postępowania uniemożliwia zaoferowanie kompatybilnego sprzętu w postaci inkubatora do wymaganych wskaźników. Zgodnie z SIWZ: ampułkowe biologiczne wskaźniki do odczytu **po 24 h**. Inkubator z drukarką do **szybkiego odczytu testów**, szybkiego czyli poniżej 24 h.

W zależności od Państwa potrzeb należy:

1. zmienić wymogi dot. inkubatora – wskazać na wymóg dostarczenia inkubatora kompatybilnego z wymienionymi w SIWZ wskaźnikami, bez drukarki (na rynku nie istnieje inkubator do testów, odczyt pow. 24 h z drukarką)

Lub

2. Zmienić wymogi dot. wskaźników pary wodnej i dopisać drugi inkubator, tj.:
 - A. Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej, populacja 10*5 + kompatybilny inkubator (bez drukarki)
 - B. Wskaźnik biologiczny do plazmy (tu zawsze jest odczyt 24 h) i do tego inkubator o szybkim odczycie, z drukarką.”

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inkubatora kompatybilnego z wymienionymi wskaźnikami, bez drukarki. Jednocześnie tym zapisem modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 23.03.2018 r.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony **do dnia 04.04.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:

1. [strona internetowa](#)
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765