

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-211/2-PN/18-2018

Rybnik, dnia 06.04.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku".

(zamówienie nr TAM-211-PN/18-2018)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 28.02.2018 r., nr 2018/S 041-089169

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.


Pytania 1-3 dotyczą części E (wyposażenie) punkt I. (wstrzykiwacz) podpunkt 8.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający zaakceptuje wstrzykiwacz MEDRAD Stellant XDT spełniający wymagania z podpunktów 1-7 oraz o następujących parametrach:

- funkcja automatycznego napełnienia
- funkcja testowania drożności naczyń poprzez zintegrowaną iniekcję soli fizjologicznej
- limit ciśnienia szczytowego w zakresie 50 PSI – 325 PSI (325 kPa – 2241 kPa)
- prędkość przepływu w zakresie $\geq 0,1-10\text{ml/s}$ możliwość regulacji skokiem $\leq 0,1$
- możliwość zapisania i odtwarzania 250 protokołów badań pogrupowanych wg regionów anatomicznych
- możliwość opóźnienia wlewu w zakresie $\geq 0-300\text{ s}$
- możliwość zastosowania wkładów sterylnych przeznaczonych do napełnienia środkiem kontrastowym dowolnego producenta o pojemności 200ml – zastosowanie wkładów napełnianych ogranicza możliwość wyboru środka kontrastowego przez Zamawiającego do jednego dostawcy
- Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej
- Wstrzykiwacz z możliwością integracji z tomografami na poziomie klasy CAN IV”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 1: Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie wstrzykiwacza kontrastu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością zdalnego nadzoru serwisowego poprzez łącze VPN i udostępni takie łącze?”

Uzasadnienie: zastosowanie serwisu zdalnego pozwala na wcześniejsze wykrycie i usunięcie błędów w oprogramowaniu wstrzykiwacza co umożliwia uniknięcie przestojów spowodowanych takimi rodzajami awarii oraz zdalną diagnostykę, która skraca czas potrzebny na interwencje serwisowe.”

Odpowiedź 2: Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie wstrzykiwacza kontrastu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”

Pytanie 3: „Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby głowica wstrzykiwacza dostosowana była do korzystania zarówno z wkładów jednorazowych jak i wkładów wielorazowych o certyfikowanej sterylności min 12h?” – Umożliwi to Zamawiającemu optymalizację kosztów poprzez dostosowanie rodzaju wkładów do ilości zaplanowanych badań.”

Odpowiedź 3: Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie wstrzykiwacza kontrastu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”

Pytanie 4: „Dotyczy: Załącznik 1.2, pkt E.5, pkt E.6 oraz pkt E.7

Opisane w punktach E.5, E.6 oraz E.7 załącznika nr 1.2 do SIWZ wymagania dotyczące integracji tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu ograniczają konkurencję i uniemożliwiają złożenie nie podlegającej odrzuceniu oferty na tomograf 16 warstwowy wszystkim wykonawcom oferującym sprzęt inny niż produkowany przez firmę GE.


Spośród oferowanych obecnie na rynku tomografów 16 warstwowych zapisy zaproponowane przez Zamawiającego w ww. punktach spełnia tylko aparat Optima 520.

Wnosimy zatem o wykreślenie wymogów opisanych w punktach E.5, E.6 oraz E.7 załącznika nr 1.2 do SIWZ i zastąpienie ich poniższym wymogiem:

	Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo, umożliwiające wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. Klasy I wg standardu CIA 425, wraz z niezbędnym	Tak	—
--	---	-----	---

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

	okablowaniem i statywem jezdnym		
--	---------------------------------	--	--

Odpowiedź 4: Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie wstrzykiwacza kontrastu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”

Pytanie 5: „Dotyczy: Załącznik 1.2, pkt B.2

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie tomografu z systemem optymalizującym pracę skanera poprzez procedurę wstępnego wygrzewania lampy, uruchomianą w dowolnym momencie podczas przerwy w skanowaniu oraz automatycznie wygrzewającym lampę przed rozpoczęciem skanowania?”

Odpowiedź 5: Tak, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 6: „Dotyczy: Załącznik 1.2, pkt B.3

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie tomografu z systemem oszczędzania energii przez automatyczne, bez ingerencji operatora, zatrzymywanie zespołu lampy – detektor podczas przerw w skanowaniu?”

Odpowiedź 6: Tak, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 7: „Dotyczy: Załącznik 1.2, pkt C.II.8

Czy z uwagi na duże rozbieżności w nośnościach stołów oferowanych przez różnych producentów TK oraz występujące na rynku możliwości oferowania do określonych modeli tomografów kilku rodzajów stołów (np. bariatrycznych) Zamawiający w trosce o swój najlepiej pojęty interes wprowadzi dodatkową ocenę maksymalnego obciążenia stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania $\pm 0,25\text{mm}$ [kg] w sposób następujący:

C.II.8	Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta, przy której zachowana jest precyzja pozycjonowania $\pm 0,25\text{mm} \geq 200$ kg.	Tak, podać	< 220 kg – 0 p ≥ 220 kg – 10 p
--------	--	------------	--


Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 8: „Dotyczy: Załącznik 1.2, pkt C.III.4

Czy Zamawiający w trosce o swój najlepiej pojęty interes wprowadzi ocenę parametru determinującego rozdzielczość przestrzenną, a zatem poziom szczegółowości uzyskiwanych obrazów w sposób następujący:

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

C.III.4	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw ≤ 0,625 mm.	Tak, podać	> 0,60 mm – 0 p ≤ 0,60 mm – 10 p
---------	---	------------	-------------------------------------

”Odpowiedź 8: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 9: „Dotyczy: Załącznik 1.2, pkt .III.9

Jak największe rekonstruowane pole obrazowania jest jednym z narzędzi służącym zwiększeniu funkcjonalności użytkowej jak i klinicznej posiadanego tomografu. W przypadku pacjentów otyłych czy też nietypowo pozycjonowanych, przekroczenie standardowego pola obrazowania 50 cm jest przypadkiem częstym. Powszechnie wiadomo, że pozycjonowanie pacjentów z rękoma za głową czy też z urazami kończyn unieruchomionych gipsem wymaga większego pola rekonstrukcji niż 50 cm. Na rynku systemów TK dostępne są również aparaty z większym polem obrazowania, służące diagnostyce pacjentów ortopedyczny, otyłych czy też powypadkowych.

Czy w związku z powyższym Zamawiający w trosce o swój najlepiej pojęty interes wprowadzi dodatkową ocenę maksymalnego rekonstruowanego pola obrazowania FOV w sposób następujący:

C.III.9	Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV ≥ 50 cm.	Tak, podać	< 70 cm – 0 p ≥ 70 cm – 10 p
---------	--	------------	---------------------------------

Odpowiedź 9: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 10: „Dotyczy: Załącznik 1.2, pkt. D.26

Wnosimy o korektę oczywistej omyłki edytorskiej i przeniesienie zapisu dotyczącego „Redukcja artefaktów od implantów ortopedycznych i metalowych elementów” z sekcji D (konsoli lekarskiej) do sekcji C.IV.29 KONSOLI OPERATORSKIEJ TOMOGRAFU.

Oceniane oprogramowanie jest funkcjonalnością samego tomografu, a nie oprogramowaniem konsol lekarskich.


C.IV.29	Redukcja artefaktów od implantów ortopedycznych i metalowych elementów.	Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany	Nie – 0 p Tak – 5 p
---------	---	--	------------------------

Odpowiedź 10: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytania od nr 11 do nr 14 dotyczą: Załącznik 1.2, pkt D, STACJA LEKARSKA

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



 **Śląskie.**

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 11: „Czy Zamawiający w trosce o swój najlepiej pojęty interes wprowadzi dodatkowo ocenę funkcjonalności:

D.27	Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT i MR	Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany	Nie – 0 p Tak – 5 p
------	--	---	------------------------

Odpowiedź 11: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 12: „Czy Zamawiający w trosce o swój najlepiej pojęty interes wprowadzi dodatkowo ocenę funkcjonalności:

D.28	Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT	Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany	Nie – 0 p Tak – 5 p
------	---	---	------------------------


Odpowiedź 12: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 13: „Czy Zamawiający w trosce o swój najlepiej pojęty interes przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie na stacji lekarskiej dodatkowych funkcjonalności:

D.29	Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych CT, MR, PET-CT Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: kolana, kręgosłupa, bioder, wątroby, prostaty, piersi, głowy, Angio. Narzędzia dla badań MR: wykresy time-intensity dla badań z kontrastem, subtrakcja obrazów MR, filtr obrazów MR. Możliwość wyznaczania w badaniach MR map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b. Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń	Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany	Nie – 0 p Tak – 10 p
------	---	---	-------------------------

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



 **Śląskie.**


Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

	i miejsc pomiarów wykonywanych w trakcie analizy badania z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy. Możliwość automatycznego zapisu zaznaczeń i miejsc pomiarów w systemie PACS, na potrzeby późniejszego badania kontrolnego.		
D.30	Oprogramowanie do oceny badań CT urazowych i onkologicznych umożliwiające automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber z rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie, z automatyczną detekcją zmian w kręgosłupie.	Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany	Nie – 0 p Tak – 10 p
D.31	Możliwość korzystania ze zintegrowanego oprogramowania dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające otwieranie badań dostępnych w aplikacji stacji lekarskiej, z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android), także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. Oprogramowanie zawierające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: <ul style="list-style-type: none">• rekonstrukcje VRT, MIP, MPR• zmiana okna wyświetlania• biblioteka układów wyświetlania (layouty) podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie	Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany	Nie – 0 p Tak – 5 p
D.32	Możliwość korzystania z	Tak/Nie,	Nie – 0 p

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287
Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214
Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



 **Śląskie.**

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

	zaawansowanych aplikacji MR na oferowanej stacji lekarskiej (dostęp poprzez posiadany przez Zamawiającego serwer aplikacji syngo.via lub zaoferowanie odpowiednich aplikacji odpowiednich do nomenklatury producenta): <ul style="list-style-type: none">• Oprogramowanie do ilościowej analizy badań MR perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, CBV i CBF.• Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała.• Oprogramowanie wyposażone w mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości• Oprogramowanie do analizy badań angiograficznych MR z możliwością segmentacji naczyń i obliczania stenoz.	podać nazwę parametr punktowany	Tak – 10 p
--	--	--	------------


Odpowiedź 13: Tak, przyznamy punkty za funkcjonalność w zakresie punktów D30, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 14: „Czy Zamawiający w trosce o swój najlepiej pojęty interes wprowadzi dodatkowo ocenę za zaoferowanie na stacji lekarskiej dodatkowej, w pełni automatycznej funkcjonalności automatycznego wyszukiwania badań i automatycznego importu badań archiwalnych:

D.33	Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania badań i automatycznego importu badań archiwalnych pacjenta w oparciu o ustalony schemat (czas, rodzaj badania, maksymalna liczba badań do pobrania) na potrzeby porównania z	Tak/Nie, parametr punktowany	Nie – 0 p Tak – 5 p
------	---	-------------------------------------	------------------------

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

	badaniem bieżącym		
--	-------------------	--	--

Odpowiedź 14: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 15: „Dotyczy: Załącznik 1.2, pkt E WYPOSAŻENIE UPS

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu podtrzymywania zasilania (UPS) umożliwiającego bezpieczne wyłączenie systemu wszystkich komputerów tomografu i stacji lekarskiej, w czasie min 3 minut?”

Odpowiedź 15: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16: „Dotyczy: Załącznik 1.2, pkt. D.I.

Zamawiający wymaga podłączenia wszystkich urządzeń do istniejącego u Zamawiającego systemu HIS/RIS oraz PACS

a) Czy Zamawiający posiada licencję na podłączenie do systemów HIS/RIS oraz PACS sprzętu, który będzie dostarczony w ramach przedmiotowego postępowania?

b) Jeśli nie, to czy koszt zakupu tej licencji leżeć będzie po stronie Zamawiającego, czy też wykonawcy?”

Odpowiedź 16: HIS/RIS – Zamawiający nie posiada wolnych licencji. Wykonawca musi je zakupić wraz z wdrożeniem (podłączeniem) swojego systemu w firmie Comarch S.A.

PACS – Zamawiający posiada licencje na podłączenie zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca musi jednak zakupić usługę wdrożenia (podłączenia) swojego systemu w firmie Carestream.

Pytanie 17: Dotyczy załącznika nr.1.2 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie ofert z wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:

Automatyczny trzy kanałowy wstrzykiwacz do podawania środka cieniującego i roztworu NaCl. Podawanie środka kontrastowego i roztworu NaCl bezpośredniego z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów.

Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl-min. 1000 ml

Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi – min. 300 ml

Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów – min. 9,1 bar

Minimalne natężenie przepływu - max. 0,1 ml/s

Maksymalne natężenie przepływu - min. 9,8 ml/s

Automatyczne wypełnianie węża pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl.

Automatyczne wykrywanie pęcherzyka powietrza.


Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą - przewodowo, kable przeprowadzone w kanałach technicznych pracowni.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Śląskie.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

*Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy - interfejs w języku polskim.
Możliwość tworzenia i zapamiętywania prawie nieograniczonej ilości dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) - do pojemności 2GB wbudowanej pamięci.*

Możliwość wprowadzenia w każdym programie 24 sekwencji (faz) (np. różna wielkość natężenia przepływu, przerwa, podawanie NaCl, podanie rozcieńczonego kontrastu)

Automatyczne przełączenie kontrastu z pustego na pełen pojemnik.

Możliwość jednoczesnej pracy przy użyciu różnych środków kontrastowych z ręcznym trybem wyboru.

Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12 i 24 godziny. Wybór rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta w celu zminimalizowania ryzyka potencjalnego wynaczynienia w trakcie podania kontrastu.

Odpowiedź 17: Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie wstrzykiwacza kontrastu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”

Pytanie 18: „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego został zainstalowany w pracowni TK na ruchomym podwieszeniu sufitowym z możliwością ruchomości min. 320° oraz możliwością ustawienia przed i za gantry?”

Odpowiedź 18: Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie wstrzykiwacza kontrastu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”

Pytanie 19: „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego posiadał funkcję wyboru z menu rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta w celu dostosowania optymalnych parametrów podania środka kontrastowego, prędkości, co zabezpiecza pacjenta przed wynaczynieniem?”


Odpowiedź 19: Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie wstrzykiwacza kontrastu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”

Pytanie 20: „W imieniu (...), zwracam się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca przyszłej instalacji tomografu w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. >>Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji projektu Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku<<, nr sprawy: TAM-211-PN/18-2018.”

Odpowiedź 20: W związku z toczącymi się robotami budowlanymi w budynku brak możliwości dokonania wizji lokalnej na tym etapie.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 21: „Uprzejmie proszę o informację, czy możliwe będzie przesłanie mailowo bądź zamieszczenie na stronie internetowej edytowalnej wersji załączników (zał. 1, 1.1A, 1.2, 1.3, zał. 2 do siwz, zał. 4 do siwz), co pozwoli Wykonawcom złożyć ważną i rzetelną ofertę. Należy również zaznaczyć, że w załączonych na stronie dokumentach nie znajduje się dokument dot. JEDZ (plik JEDZ espd) który Wykonawca powinien zaimplementować na stronie w celu późniejszego wypełnienia, a także, iż zamieszczony wzór wykazu dostaw stanowiący zał. 4 do SIWZ odnosi się do dostawy rezonansu, a nie aparatów CT, jak wymagacie Państwo w warunkach zawartych w SIWZ) Prosimy o zamieszczenie właściwych dokumentów”.

Odpowiedź 21: Zamawiający przychylił się do prośby i publikuje edytowalne wersje ww. załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączeniu Zamawiający przedkłada zmodyfikowany wzór wykazu dostaw stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, natomiast dokument JEDZ Wykonawca wypełnia sam, zgodnie z kierunkiem opisanym w pkt 4.1 rozdziału IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 22: „Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 2.

Zamawiający wymaga adaptacji infrastruktury pomieszczeń wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1.4 do SIWZ. Zwracamy uprzejmie uwagę, że żaden załącznik do SIWZ nie jest oznaczony numerem 1.4. Zamawiający załączył do SIWZ pełną, jak należy zakładać, dokumentację projektową modernizacji SOR nie określając jasno jaki zakres prac powinien być ujęty w ofercie w niniejszym postępowaniu.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że cały zakres ujęty w dokumentacji jest wykonywany przez firmę, która wygrała oddzielne postępowanie na realizację modernizacji i rozbudowy SOR (tzw. Generalny Wykonawca), a w zakresie dostawcy tomografu są jedynie prace polegające na koniecznych zmianach lub uzupełnieniach wynikających z wymagań instalacyjnych zaoferowanego tomografu.”


Odpowiedź 22: Zamawiający informuje, że zakres wynikający z dokumentacji projektowej zostanie wykonany przez Wykonawcę wyłonionego w oddzielnym postępowaniu na realizację robót (Rozbudowa SOR).

Pytanie 23: „Prosimy o potwierdzenie, że zakres niezbędnych zmian wynikających z wymagań instalacyjnych tomografu zostanie uwzględniony w dokumentacji projektowej na podstawie wytycznych dostawcy aparatu w ramach prowadzonych przez Biuro Architektoniczne nadzorów autorskich.”

Odpowiedź 23: Zamawiający informuje, że dostawca tomografu komputerowego winien dostarczyć dokumentację projektową powykonawczą.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 24: „Prosimy o wskazanie drogi transportu urządzenia, jaką zaplanował Projektant. ”

Odpowiedź 24: Drogą transportu tomografu komputerowego będzie poziom P0 (parter) od strony południowej, pomiędzy segmentem A i D w osiach ścian O-JK.

Pytanie 25: „W dokumentacji projektowej nie uwzględniono żadnego wzmocnienia pod tomograf (warstwy podłogi wg rysunku 1.B.1.10_Rys.13_Dziedziniec NR2_przekrój C-C. pdf). Każdy tomograf ze względu na wagę elementów i konieczność mocowania płyty stołu wymaga przynajmniej fragmentu jednorodnego betonowego podłoża.

Prosimy o stanowisko, czy koszt wykonania betonowego wzmocnienia podłoża pod tomograf powinien być uwzględniony w ofercie wykonawcy, czy też zostanie on poniesiony przez Generalnego Wykonawcę rozbudowy i modernizacji SOR lub też będzie on oddzielnie sfinansowany przez Zamawiającego.”

Odpowiedź 25: Zamawiający informuje, że Wykonawca robót budowlanych przygotuje konstrukcję posadzki, która przeniesie obciążenie tomografu komputerowego, który zostanie wybrany w stosownej procedurze przetargowej.

Pytania nr 26 i 27 dotyczą: Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt B, podpunkt 8

Pytanie 26: „Dostawa i instalacja tomografu ma być wykonana w części dobudowanej w ramach szerszego zadania rozbudowy i modernizacji SOR realizowanego przez Generalnego Wykonawcę, który zawarł z Zamawiającym oddzielną umowę. Jak należy domniemywać, zadanie to będzie wykonywane na podstawie Pozwolenia na Budowę, które wydane jest na całość inwestycji, w tym na budowę pracowni TK, w związku z czym odbiór pomieszczeń pracowni przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną może zgodnie z procedurą administracyjną być przeprowadzony dla tej inwestycji jako całości, a co za tym idzie dostawca tomografu komputerowego nie może oddzielnie zlecić i zorganizować odbioru pracowni TK.

Prosimy o rezygnację z tego wymagania.”


Odpowiedź 26: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dla pracowni TK o jej odbiorze przez PWSSE.

Pytanie 27: „Dopuszczenie do użytkowania tomografu komputerowego nie leży w kompetencjach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Odbioru dokonuje Dział Higieny Radiacyjnej PWSSE, a stosowną decyzję wydaje PWIS. Stroną dla PWIS w procedurze odbiorowej jest Zamawiający. Prosimy o stosowną korektę wymagania.”

Odpowiedź 27: Zamawiający dokonuje zmiany nazwy z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na Państwową Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytania nr 28 i 29 dotyczą: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy, §1 punkt 5 – termin realizacji

Pytanie 28: „Prosimy o udostępnienie harmonogramu realizacji modernizacji i rozbudowy SOR, szczególnie jego części dotyczącej budowy pracowni TK. Ze względu na uzależnienie terminu realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania od postępu prac Generalnego Wykonawcy, wnosimy o dodanie do wzoru umowy w §1 punkt 5 następującego zapisu:

„Warunkiem dotrzymania terminu realizacji jest zapewnienie przez Zamawiającego gotowości pomieszczeń pracowni CT do montażu aparatu w zakresie będącym w gestii Generalnego Wykonawcy nie później niż w dniu 24.08.2018. W przypadku opóźnienia w wykonaniu prac przez Generalnego Wykonawcę, termin realizacji Umowy zostanie odpowiednio przedłużony.”

Odpowiedź 28: Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych termin zakończenia robót to 31.10.2018r.

Pytanie 29: „Termin realizacji całości zadania opisanego w załączniku 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia został określony na 21.09. 2018 i jest obwarowany bardzo wysokimi karami umownymi.


Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Zamawiającego przetarg na realizację modernizacji i rozbudowy SOR wygrała firma, która zaoferowała 9-miesięczny termin realizacji, a rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 22.01.2018. W związku z powyższym należy domniemywać, że termin realizacji całości inwestycji w najlepszym wypadku jest określony na 31.10.2018. Zwracamy uprzejmie uwagę, że wobec tych zależności czasowych niemożliwym będzie wykonanie całości przedmiotu umowy w wymaganym terminie 21.09.2018, o ile Zamawiający nie będzie dysponował pozytywną opinią PSSE oraz Pozwoleniem na Użytkowanie dla całości inwestycji najpóźniej do 07.09. 2018. Wobec 9-miesięcznego terminu zadeklarowanego przez Generalnego Wykonawcę wydaje się to nieprawdopodobne. SPWIS nie wyda decyzji zezwalającej na uruchomienie pracowni TK i użytkowanie aparatu w pomieszczeniach, które będą miały status budowy i nie będą w dyspozycji Zamawiającego (nie będą przekazane do użytkowania przez Generalnego Wykonawcę).

Wobec powyższego prosimy o stosowne przedłużenie terminu realizacji umowy albo alternatywnie o usunięcie z zakresu odpowiedzialności dostawcy tomografu zadania zorganizowania i przeprowadzenia odbioru aparatu i pracowni TK przez SPWIS.”

Odpowiedź 29: Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych termin zakończenia robót to 31.10.2018r.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 30: „Dla celów obliczenia osłon radiologicznych prosimy o informację jaką ilość badań przewiduje Zamawiający na jedną zmianę oraz ile zmian na dobę i ile dni w tygodniu będzie pracował tomograf.”

Odpowiedź 30: Tomograf będzie pracował 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Planowana ilość wykonywanych badań w ciągu doby powinna się mieścić w przedziale 20-30. W sytuacjach awaryjnych, np. podczas awarii tomografu w ZDO może dochodzić do ok. 50-60.

Pytanie 31: „Dotyczy SIWZ pkt. IV. 3.2.3

Zamawiający wymaga w tym punkcie przedłożenia na wezwanie katalogów lub innych dokumentów potwierdzających wszystkie dane zadeklarowane przez wykonawcę w załączniku nr 1.2.

Nie wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności i parametry znajdują się w katalogach, folderach lub opisach technicznych sprzętu, który pragniemy Państwu zaoferować.

W związku z tym prosimy w odniesieniu do parametrów i funkcjonalności nie publikowanych w katalogach, folderach lub opisach technicznych o możliwość ich potwierdzenia także przez oświadczenie wykonawcy lub przedstawiciela producenta sprzętu.”

Odpowiedź 31: W sytuacji, gdy w dokumentach takich jak np. karty katalogowe, foldery lub inne dokumenty, do których wykonawca zostanie wezwany brak jest informacji na temat wszystkich parametrów sprzętu opisanych w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”, a koniecznych do potwierdzenia spełnienia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca składa oświadczenie co do tych punktów, które nie znajdują potwierdzenia w złożonych na wezwanie dokumentach.

Pytanie 32: „Dotyczy Zał. nr 1.3 do SIWZ Warunki gwarancji jakości i serwisu, pkt.9

Hel nie jest elementem składowym, który należy wymieniać lub uzupełniać w opisanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia.

Wnosimy o wykreślenie z zapisu ww. punktu zwrotu: „w tym hel”.”


Odpowiedź 32: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.3 „Warunki gwarancji jakości i serwisu”.

Pytanie 33: „Dotyczy treści SIWZ punkt II Opis przedmiotu zamówienia

Czy w celu doprecyzowania Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu „Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie serwisu pogwarancyjnego, którego okres obowiązywania będzie rozpoczynał się w 3 bądź w 4 roku po zakończonym okresie gwarancji w zależności od okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Śląskie.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

na następujący „Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie serwisu pogwarancyjnego, którego okres obowiązywania będzie rozpoczynał się w 3 bądź w 4 roku licząc od odbioru przedmiotu zamówienia, bezpośrednio po zakończonym okresie gwarancji w zależności od okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.”

Odpowiedź 33: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia zapisu na następujący: „Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie serwisu pogwarancyjnego, którego okres obowiązywania będzie w 1, 2 i 3 roku po zakończeniu gwarancji w zależności od okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.”

Pytanie 34: „Dotyczy Zał nr 1.3 do SIWZ Warunki gwarancji jakości i serwisu, pkt.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu na następujący „Minimum 10-cio letni okres zapewnienia dostępności części zamiennych oraz materiałów”?

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.”

Odpowiedź 34: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 35: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzrór umowy § 3.


W celu doprecyzowania procedur odbiorowych, z uwagi na fakt, że – jak się domyślamy – intencją Zamawiającego było uregulowanie kwestii wad zauważonych przy odbiorze. Tym bardziej, że warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego i pozagwarancyjnego zostały uregulowane – w sposób odmienny – w załączniku nr 1.3 do umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia §3 wzoru umowy na następujący:

Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

- 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
- 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.

4) Warunki gwarancji, jakości i serwisu określa szczegółowo załącznik nr 1.3 do niniejszej umowy.

Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji."

Odpowiedź 35: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 36: „Dotyczy Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 3 punkt 3

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów CT, jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in. przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych w odniesieniu do tomografu komputerowego."

Odpowiedź 36: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 37: „Dotyczy Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 4 punkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu na następujący:

„Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu umowy oznaczać będzie przyjęcie, jako obowiązującej stawki VAT z dnia powstania obowiązku podatkowego, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu akceptowana będzie przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń."

Powyższe pozwoli w dniu wystawienia faktury zastosować wykonawcy właściwą aktualnie obowiązującą stawkę VAT, bez naruszania kwoty netto wskazanej w ofercie i umowie oraz w zgodzie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych."

Odpowiedź 37: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 38: „Dotyczy Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 4 punkt 7

Czy w konsekwencji zmiany zaproponowanej odnośnie zmiany stawki VAT Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu na następujący:


„Zmiana wynagrodzenia następuje w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem ust. 4”?"

Odpowiedź 38: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 39: „Dotyczy Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 4 punkt 8

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego zapisu? Postanowienie jest nieprecyzyjne i niezgodne z przepisami i zasadami Prawa zamówień publicznych oraz przepisami Kodeksu cywilnego."

Odpowiedź 39: Zamawiający wykreśla zapis § 4 punkt 8 wzoru umowy.

Pytanie 40: „Dotyczy Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w par.5 umowy kar umownych z tytułu opóźnienia karami umownymi z tytułu zwłoki? Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę."

Odpowiedź 40: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 41: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 5 punkt 1 a)

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych do 0,2%?
Prosimy o zmniejszenie kary tak, by odpowiadała ona praktyce stosowanej zarówno w zamówieniach publicznych, jak i prywatnych. Tym bardziej, że Zamawiający zastrzegł jednocześnie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne, więc jego interesy w tym zakresie są w pełni chronione."*

Odpowiedź 41: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 42: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 5 punkt 1 b)

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu na następujący:
„W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w przypadku opóźnienia w wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z gwarancji lub terminów przeglądów - w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 1 za każdy dzień”?"*

Odpowiedź 42: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 43: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 6 punkt 3

Czy w celu doprecyzowania tego postanowienia stosownie do zasad odpowiedzialności obowiązujących w polskim systemie prawnym zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu na następujący:


„Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego."

Odpowiedź 43: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 44: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 8 punkt 2

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu „Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności”

na następujący „Wykonawca zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia”, „oświadcza, że”, „odpowiedzialność” itp.”

Odpowiedź 44: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 45: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 8 punkt 2 tiret 2, 3, 4

„-nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;

-nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

-celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawna. składanego oświadczenia woli”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w/w zapisów? Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.”


Odpowiedź 45: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 46: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 8 punkt 3 tiret 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w/w zapisu? Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.”

Odpowiedź 46: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 47: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 8 punkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w/w zapisu w konsekwencji powyższych propozycji zmian?”

Odpowiedź 47: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 48: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 9 punkt 1

Czy w celu doprecyzowania zgodnie z celem tej instytucji prawa Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu na następujący „W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń w ramach rękojmi jest zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w wysokości 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie dla każdego pakietu tj. w wysokości:... wniesione w dacie zawarcia umowy w formie:...”?

Odpowiedź 48: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 49: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 10 punkt 9

Czy w celu doprecyzowania tego postanowienia Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jego brzmienia na następujący „Wykonawca nie może dokonać dalszego powierzenia (podpowierzenia) danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, za wyjątkiem podmiotów z grupy Wykonawcy, którzy z uwagi na strukturę organizacyjną producenta urządzenia mogą uczestniczyć w jego zdalnej diagnostyce.”?

Odpowiedź 49: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 50: „Dotyczy Zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 11 punkt 2


Czy w celu doprecyzowania tego postanowienia Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jego brzmienia na następujący „Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących osób w zakresie § 2 ust. 1 oraz z zastrzeżeniem par.4 ust.4 umowy”?

Odpowiedź 50: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 51: „Dotyczy Zał nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. C:

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczy aktualizacji oprogramowania, których instalację w urządzenia Zamawiającego zleca producent zachowując dotychczasową konfigurację i funkcjonalność urządzenia?”

Odpowiedź 51: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 52: „Dotyczy Zał nr 1.2, Pkt. E.7 i 9

Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego, ponieważ dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one generowane na określony czas maksymalnie rok i nie mogą być generowane bezterminowo? W okresie gwarancji jedynym dysponentem kodów dostępu do oprogramowania serwisowego jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie oprogramowania serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia medycznego.”

Odpowiedź 52: Tak, Zamawiający akceptuje dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego.

Pytanie 53: „Dotyczy Zał nr 1.3 Pkt 11.

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczy aktualizacji oprogramowania, których instalację w urządzenia Zamawiającego zleca producent zachowując dotychczasową konfigurację i funkcjonalność urządzenia?”

Odpowiedź 53: Tak, Zamawiający potwierdza.


Pytanie 54: „Dotyczy Zał nr 1.3 Pkt 13.

Prosimy o doprecyzowanie że powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją."

Odpowiedź 54: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.3 „Warunki gwarancji jakości i serwisu”.

Pytanie 55: „Punkt C.II.4.

Proszę o zmianę wymogu dotyczącego panela informacyjnego wbudowanego w gantry na TAK/NIE Podać

Wszystkie aparaty oferowane wyposażone są w zestawy przełączników ręcznych i nożnych, z których korzysta personel. Panel dotykowy w praktyce jest нефunkcjonalny ze względu na jego lokalizację (zazwyczaj w najwyższym miejscu gantry) i jego częstą kalibrację (m.in. antyseptyka).

Dodatkowo Zamawiający i tak dopuszcza za pomocą punktacji możliwość panela niedotykowego.”

Odpowiedź 55: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 56: „Punkt C.II.14.

Proszę o zmianę wymogu prezentacji histogramu na Podać.

Parametr gęstości zwyczajowo mierzy i analizuje się punktowo lub w określonym obszarze. Natomiast sam histogram jest jedynie rzadko stosowaną metodą prezentacji rozkładu gęstości - nie powinien być on parametrem odcinającym.”

Odpowiedź 56: Zamawiający informuje, że pkt C.II.14 nie istnieje w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.


Pytanie 57: „Punkt E.I.5-6

Proszę o zmianę wymogu dotyczącego sterowania dostarczaniem wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego na TAK/NIE Podać z możliwością punktacji.

Jak dotychczas większość urządzeń i producentów nie oferowała tego typu rozwiązań. Taki wymóg ograniczą zdecydowanie konkurencję, a preferuje rozwiązanie konkretnego dostawcy. Jest to rozwiązanie nie dające większej korzyści funkcjonalnej, a ogranicza zdecydowanie elastyczność przyszłej wymiany urządzeń (niezależne strzykawki mogą współpracować z różnymi aparatami) oraz możliwość taniej eksploatacji samej strzykawki. Serwisowanie takiego wstrzykiwacza przez firmy nie autoryzowane jest praktycznie niemożliwe co z kolei jest sprzeczne z wymogiem opisanym przez Zamawiającego w punkcie E.9.”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 57: Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie wstrzykiwacza kontrastu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”

Pytania nr 58 i 59 dotyczą: SIWZ IV.3.2.3. i Zał. 1.2. Specyfikacja techniczna

Pytanie 58: „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga potwierdzenia w materiałach informacyjnych wyłącznie parametrów technicznych, m.in. z wyłączeniem potwierdzania w dodatkowych materiałach punktów z cz. E i D dot. WYPOSAŻENIA, INNYCH I DOKUMENTACJI?”

Odpowiedź 58: W sytuacji, gdy w dokumentach takich jak np. karty katalogowe, foldery lub inne dokumenty, do których wykonawca zostanie wezwany brak jest informacji na temat wszystkich parametrów sprzętu opisanych w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”, a koniecznych do potwierdzenia spełnienia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca składa oświadczenie co do tych punktów, które nie znajdują potwierdzenia w złożonych na wezwanie dokumentach.

Pytanie 59: „Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy, Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta?”

Odpowiedź 59: W sytuacji, gdy w dokumentach takich jak np. karty katalogowe, foldery lub inne dokumenty, do których wykonawca zostanie wezwany brak jest informacji na temat wszystkich parametrów sprzętu opisanych w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”, a koniecznych do potwierdzenia spełnienia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca składa oświadczenie co do tych punktów, które nie znajdują potwierdzenia w złożonych na wezwanie dokumentach.


Pytanie 60: „Dotyczy Zał. 1A Szczegółowy formularz cenowy

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?”

Odpowiedź 60: Zamawiający informuje, że Wykonawca wypełnia pozycje zgodnie z treścią załącznika nr 1.1 oraz 1.1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca wpisuje wartości netto i brutto w wierszach odpowiadających danej stawce podatku VAT.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 61: „Dotyczy JEDZ/ ESPD

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie internetowej pliku JEDZ/ ESPD, który Wykonawca powinien zaimplementować na stronie w celu późniejszego wypełnienia.”

Pytanie 62: „Dotyczy Zał. 4 Wykaz dostaw

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie internetowej właściwej wersji Zał. 4 do SIWZ- wykaz dostaw. Zamieszczony wzór wykazu dostaw stanowiący zał. 4 do SIWZ odnosi się do dostawy rezonansu, a nie aparatów CT, jak wymagacie Państwo w warunkach zawartych w SIWZ).”

Pytanie 63: „Dotyczy Załączniki do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie internetowej załączników do SIWZ (a w szczególności: zał. 1, 1.1A, 1.2, 1.3, zał. 2 do siwz, zał. 4) w wersji edytowalnej, co pozwoli Wykonawcy złożyć rzetelną i ważną ofertę.”

Odpowiedź 61-63: Zamawiający przychylił się do prośby i publikuje edytowalne wersje ww. załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączeniu Zamawiający przedkłada zmodyfikowany wzór wykazu dostaw stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, natomiast dokument JEDZ Wykonawca wypełnia sam, zgodnie z kierunkiem opisanym w pkt 4.1 rozdziału IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 64: „Dotyczy Zał. 4 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.”


Odpowiedź 64: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 65: „Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.”

Odpowiedź 65: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 66: „Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.


2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej."

Odpowiedź 66: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 67: „Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?"

Odpowiedź 67: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 68: „Dotyczy Zał. 4 wzór umowy, par. 5 ust. 3

W związku z wystąpieniem wysokiego ryzyka obciążenia odszkodowaniem za opóźnienie (nie zostało określone to, jak długo musi istnieć stan opóźnienia) w realizacji umowy w wysokości utraconej dotacji przez Szpital prosimy o podanie kwoty w/w dotacji."

Odpowiedź 68: Zamawiający informuje, że pytanie nie mieści się w ramach dyspozycji art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 69: „Dotyczy Zał. 4 wzór umowy par. 4 ust. 8

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w paragrafu, ponieważ Wykonawcy nie mogą podejmować tego typu zobowiązań wobec Zamawiającego z uwagi na to, że wszystkie czynności sprzedaży sprzętu i świadczenia usług regulowane są przepisami Ustawy Pzp i treścią SIWZ, jak również poziom stosowanych rabatów wynika z polityki handlowej i wewnętrznej każdego Wykonawcy."


Odpowiedź 69: Zamawiający wykreśla zapis § 4 punkt 8 wzoru umowy.

Pytanie 70: „Dotyczy Zał. 4 wzór umowy par. 10 ust. 8

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w paragrafu. Żądany w nim obowiązek Wykonawcy jest sprzeczny z prawem - wszelkie postępowania kontrolne są poufne i na

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Wykonawcy spoczywa obowiązek prawny zakazu informowania kogokolwiek o takim postępowaniu."

Odpowiedź 70: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytania nr 71 i 72 dotyczą: Zał. 1.2. Specyfikacja techniczna p. 6

Pytanie 71: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami na posiadany przez siebie system RIS?”

Odpowiedź 71: HIS/RIS – Zamawiający nie posiada wolnych licencji. Wykonawca musi je zakupić wraz z wdrożeniem (podłączeniem) swojego systemu w firmie Comarch S.A.

PACS – Zamawiający posiada licencje na podłączenie zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca musi jednak zakupić usługę wdrożenia (podłączenia) swojego systemu w firmie Carestream.

Pytanie 72: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami na posiadany przez siebie system PACS?”

Odpowiedź 72: HIS/RIS – Zamawiający nie posiada wolnych licencji. Wykonawca musi je zakupić wraz z wdrożeniem (podłączeniem) swojego systemu w firmie Comarch S.A.


PACS – Zamawiający posiada licencje na podłączenie zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca musi jednak zakupić usługę wdrożenia (podłączenia) swojego systemu w firmie Carestream.

Pytanie 73: „Dotyczy Zał. 1.2. Specyfikacja techniczna par. E, pkt. 7

Mając na względzie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie obowiązku przekazania loginów, haseł i kodów serwisowych po upływie gwarancji i zastąpienie powołanego wymagania odpowiednim szkoleniem pracowników technicznych Zamawiającego? Wskazać należy, że prawa autorskie do oprogramowania serwisowego, w tym kodów/hasel/kluczy serwisowych, należą, co do zasady do wytwórcy wyrobu medycznego i korzystanie z nich przez inne podmioty - zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa autorskiego - wymaga zawarcia odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego, gdzie licencje takowe bazują na wzorach, co do zasady jednakowych dla wszystkich licencjodawców, i na ich treść zasadniczo nie mają wpływu dystrybutorzy ani importerzy wyrobów medycznych. Pragniemy również zwrócić uwagę, że tylko przeszkolone osoby powinny dysponować dostępem do zaawansowanych funkcji serwisowych gdyż wszelka ingerencja na tym poziomie może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub pogorszeniem warunków jego pracy. Przekazując kody/hasła/klucze serwisowe Zamawiający bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko z tytułu wystąpienia incydentu medycznego w przypadku, jeżeli by taki wystąpił. Należy dodać, że wszystkie autoryzowane serwisy powinny zatrudniać inżynierów wyszkolonych przez Wytwórców, posiadających również dostęp do odpowiednich aktualizacji oprogramowania,

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

które to może być modyfikowane w trakcie eksploatacji urządzenia. Dodatkowo wniosek o wyjaśnienie jest o tyle zasadny, że może wystąpić sytuacja, kiedy Zamawiający udostępni powołane klucze/hasła serwisowe nieautoryzowanym serwisom sprzętu medycznego, czyli faktycznie osobom nieuprawnionym do wykonywania odpowiednich czynności, gdzie, co warto dodać to pracownik Zamawiającego nabywa odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności a nie Zamawiający. Tym samym według Nas zasadnym jest, aby w miejsce wymagań dostarczenia kluczy serwisowych po upływie okresu gwarancji dokonać szkolenia dla pracowników Zamawiającego przez Wytwórcę w zakresie serwisowania wyrobów dostarczonych, co zapewni możliwość dobrej współpracy z autoryzowanymi serwisami i lepszą kontrolę ich pracy? Szkolenia serwisowe zapewniają tylko odpowiednie ośrodki szkoleniowe, gdzie językiem wykładowym jest język angielski i tym samym w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi urządzenia oraz przedstawienia rzetelnej oferty wnosimy o jednoznaczne wskazanie, która strona przyszłej umowy poniesie koszty związane z realizacją szkolenia w tym kosztów przejazdów, zakwaterowania, oraz dla jakiej ilości osób ze wskazaniem zakresu.”

Odpowiedź 73: Wykonawca musi przekazać wszystkie loginy/hasła/kody, które były użyte do konfiguracji i wdrożenia swojego rozwiązania. Oczywiście jest, że Zamawiający nie przekaze ich nieautoryzowanym serwisom, jednak przy zmianie np. adresacji IP swojej sieci musi mieć możliwość ich zmiany bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiający musi też mieć możliwość zarządzania systemem operacyjnym stacji lekarskich np. podczas aktualizacji systemu lub oprogramowania antywirusowego. Oczywiście jest także, że przeszkolenie pracowników Zamawiającego do podstawowej obsługi systemu zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt.

Pytanie 74: „Dotyczy Zał. 1.3 warunki gwarancji jakości i serwisu p. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby "przystąpienie do naprawy" uwzględniało zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?”


Odpowiedź 74: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Pytanie 75: „Dotyczy Zał. 1.3 warunki gwarancji jakości i serwisu p. 8

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas trwania naprawy gwarancyjnej, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w Załączniku nr 1.3, pkt. 4. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację zapisu: „Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

sprzętu z eksploatacji, pod warunkiem, że Wykonawca nie dokona naprawy w czasie określonym w Załączniku nr 1.3, pkt. 4. ” ”

Odpowiedź 75: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.3 „Warunki gwarancji jakości i serwisu”.

Pytanie 76: „Dotyczy Zał. 1.3 warunki gwarancji jakości i serwisu p. 13

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób: „Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty sprzedaży, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5. ” ”

Odpowiedź 76: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.3 „Warunki gwarancji jakości i serwisu”.

Pytania od nr 77 do nr 88 dotyczą: Prac budowlanych i instalacji do SIWZ

Pytanie 77: „Zgodnie z SIWZ na zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, w Dziale II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia, mamy:


„Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji („Opis przedmiotu zamówienia”), 1.1 („Formularz cenowy”), 1.1A („Szczegółowy formularz cenowy”), 1.2 („Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 1.3 do niniejszej specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”), natomiast załącznik nr 1.4 określa dokumentację projektową (załącznik Zamawiający dołącza poglądowo - robota budowlana stanowi przedmiot odrębnego postępowania).”

Prosimy o potwierdzenie, że następujący zakres prac budowlanych nie należy do obowiązków dostawcy tomografu komputerowego:

- wykonanie osłon radiologicznych w pomieszczeniu tomografu komputerowego wraz z dostawą stolarki osłonnościowej (okno i drzwi), zgodnie z rysunkiem nr 27, Projektu wykonawczego, w branży Architektura, Nazwa arkusza: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Rzut poziomu P0 – zestawienie drzwi osłonnościowych,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zgodnie z załączonym Projektem Wykonawczym,
- wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej, zgodnie z załączonym Projektem Wykonawczym,
- wykonanie instalacji wod.-kan. i co, zgodnie z załączonym Projektem Wykonawczym,
- wykonanie instalacji gazów medycznych, zgodnie z załączonym Projektem Wykonawczym,
- wykonanie prac konstrukcyjno-budowlanych, zgodnie z załączonym Projektem Wykonawczym.”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 77: Zamawiający informuje, że zakres robót wynikających z projektu wykonawczego w branży architektura (SOR rzut P0 odpowiadając na pkt.a,b,c,d,e,f) zostanie wykonany zgodnie z przywołanym projektem.

Pytanie 78: „W projekcie Wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zaprojektowane zostały klimatyzatory w pomieszczeniu badań oraz sterowni pracowni tomografii komputerowej.

W Załączniku nr 1.2, (strona 1 – B. Parametry Instalacyjne), dla postępowania na zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem mamy: „W przypadku potrzeby odprowadzenia ciepła z tomografu, urządzeń zasilających i komputerów, należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system (wraz z instalacjami) odbierania ciepła z pomieszczeń”.

Czy w przypadku stwierdzenia przez dostawcę tomografu komputerowego, że zaprojektowany system wentylacji i klimatyzacji, spełnia wytyczne instalacyjne producenta tomografu, Zamawiający będzie wymagał od dostawcy tomografu jakichkolwiek urządzeń odbierających ciepło z pomieszczeń?”

Odpowiedź 78: Zamawiający informuje, że w przypadku potwierdzenia przez Dostawcę tomografu faktu, że wykonana wg PW instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna, spełnia wytyczne stawiane przez producenta tomografu to Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowej dostawy jakichkolwiek innych urządzeń odbierających ciepło z tych pomieszczeń.

Pytanie 79: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie po czyjej stronie będzie wykonanie kanałów technologicznych w posadzce, zgodnie z wytycznymi dostawcy tomografu komputerowego”

Odpowiedź 79: Zamawiający informuje, że kanały posadzkowe na okablowanie dla tomografu zostaną wykonane w ramach realizacji obiektu.

Pytanie 80: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wykonanie wykładziny podłogowej w sterowni oraz pomieszczeniu badań tomografu komputerowego, zostanie wykonane przez wykonawcę prac budowlanych, wyłonionego wg odrębnego postępowania?”


Odpowiedź 80: Zamawiający informuje, że roboty wykładzinowe w sterowni oraz pom. badań tomografu komputerowego zostaną wykonane przez Wykonawcę robót budowlanych.

Pytanie 81: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dostawca tomografu komputerowego ma przewidzieć w swojej dostawie jakiekolwiek umeblowanie pracowni? Jeżeli tak, prosimy o wyspecyfikowanie niniejszego zakresu.”

Odpowiedź 81: Zamawiający informuje, że umeblowanie pracowni zostanie zrealizowane przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z Projektem wykonawczym – Technologia.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 82: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy projekt konstrukcyjny zakłada posadowienie tomografu komputerowego o ciężarze gantry min 1 950 kg i ciężarze stołu pacjenta 500 kg?”

Odpowiedź 82: Zamawiający informuje, że Wykonawca robót budowlanych przygotuje konstrukcję posadzki, która przeniesie obciążenie tomografu komputerowego, który zostanie wybrany w stosownej procedurze przetargowej.

Pytanie 83: „W projekcie wykonawczym dla branży elektrycznej, zapisano że tablica rozdzielcza T-TM, zostanie dostarczona wraz z urządzeniem.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonawca prac budowlanych, wyłoniony wg odrębnego postępowania doprowadzi zasilanie do miejsca wskazanego na projekcie (lokalizacja tablicy rozdzielczej T-TM), kablem YKYżo 5x120mm².”

Odpowiedź 83: Zamawiający informuje, że zasilanie do tablicy rozdzielczej T-TM zostanie doprowadzone kablem YKYżo 5x120mm² przez Wykonawcę robót budowlanych.

Pytanie 84: „Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że tablica rozdzielcza T-TM, ma być dostarczona wraz z tomografem komputerowym.”

Odpowiedź 84: Zamawiający informuje, że tablica T-TM powinna być dostarczona, zainstalowana i uruchomiona wraz z tomografem komputerowym.

Pytanie 85: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy lampki ostrzegawcze o promieniowaniu, nad drzwiami do pracowni tomografii komputerowej, zostaną wykonane przez wykonawcę prac budowlanych, wyłonionego wg odrębnego postępowania, czy mają zostać wykonane przez dostawcę tomografu komputerowego? Jeżeli niniejsze lampki ma wykonać dostawca tomografu komputerowego, instalację do nich powinien wykonać na etapie prac budowlanych, wykonawca wyłoniony wg odrębnego postępowania.”


Odpowiedź 85: Zamawiający informuje, że instalację do lamp ostrzegawczych o promieniowaniu nad drzwiami do tomografu wykona Wykonawca robót budowlanych, natomiast lampy ostrzegawcze dostarczy, zainstaluje i uruchomi Dostawca tomografu komputerowego.

Pytanie 86: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyłączniki awaryjne zasilania tomografu komputerowego, zostaną wykonane przez wykonawcę prac budowlanych, wyłonionego wg odrębnego postępowania, czy mają zostać wykonane przez dostawcę tomografu komputerowego? Jeżeli ma je wykonać dostawca tomografu komputerowego, instalację dla nich powinien wykonać na etapie prac budowlanych, wykonawca wyłoniony wg odrębnego postępowania.”

Odpowiedź 86: Zamawiający informuje, że instalację do wyłączników awaryjnych zasilania tomografu komputerowego wykona Wykonawca robót budowlanych, natomiast wyłączniki

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

awaryjne zasilania tomografu komputerowego dostarczy, zainstaluje i uruchomi Dostawca tomografu komputerowego.

Pytanie 87: „Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszelkie prace budowlane i instalacyjne wykonane przez wykonawcę prac budowlanych, wyłonionego wg odrębnego postępowania, zostaną zakończone, w rejonie pracowni tomografii komputerowej i odebrane przez Zamawiającego w terminie do 21 lipca 2018. Jest to warunek konieczny, do spełnienia wszelkich obowiązków, narzuconych na dostawcę tomografu komputerowego, a wynikającego z zapisanej daty uruchomienia i odbioru pracowni przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach w terminie do 21 września 2018 roku.”

Odpowiedź 87: Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych termin zakończenia robót to 31.10.2018r.

Pytanie 88: „Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie uzyskania przez Zamawiającego Pozwolenia na Użytkowanie pracowni tomografu komputerowego, wydanego przez PINB w Rybniku oraz pozwolenia na użytkowanie w zakresie sanitarnym, wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, w terminie do 20 sierpnia 2018 roku. Dokumenty niniejsze są niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni tomografii komputerowej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach, a daty wynikają z terminów urzędowych.”

Odpowiedź 88: Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych termin zakończenia robót to 31.10.2018r.

Pytania od nr 89 do nr 91 dotyczą: Zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - I. Generator i Lampa RTG

Pytanie 89: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego parametru technicznego, który zechce oceniać pod względem parametrów jakościowych?”

	Odległość pomiędzy ogniskiem lampy i detektorem [mm]	Podać	Największa wartość – 5 p Najmniejsza wartość – 0 p Pozostałe proporcjonalnie	
--	--	-------	--	--


” Odpowiedź 89: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 90: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego parametru technicznego, który zechce oceniać pod względem parametrów jakościowych?”

	Częstotliwość próbkowania danych jednego elementu	Podać	Największa wartość – 20 p Wartość najmniejsza – 0 p Pozostałe proporcjonalnie	
--	---	-------	---	--

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287
Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214
Fax: 032 42-28-272



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

	matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° (liczba projekcji/obrót/element)			
--	---	--	--	--

” Odpowiedź 90: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 91: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego parametru technicznego, który zechce oceniać pod względem parametrów jakościowych?”

Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥ 110 kV i grubości warstwy 10 mm	Podać	Najmniejsza wartość – 5 p Największa wartość – 0 p Pozostałe proporcjonalnie	
--	-------	--	--

”

Odpowiedź 91: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 92: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - II. Gantry i Stół
Czy Zamawiający zechce punktować rozwiązanie umożliwiające nagranie poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołu badań?”

Nagranie poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołu badań	Podać	Tak – 5 p Nie – 0 p	
---	-------	------------------------	--


” Odpowiedź 92: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 93: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - III. System Skanowania , punkt 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji dla Szerokości pokrycia wiązki w osi Z $\geq 19,2$ mm ?

Szerokość pokrycia wiązki w osi Z $\geq 19,2$ mm.	Podać	= 19,2mm – 0 p Od 19,2mm do 24mm – 5 p ≥ 24 mm – 10 p	
---	-------	--	--

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Śląskie.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

--	--	--	--

” Odpowiedź 93: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 94: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - III. System Skanowania , punkt 4

*Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy światowego producenta którego grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji dla 16 warstw wynosi 0,75 mm ?
Pragniemy zaznaczyć, że zapis w rozdziale III, System Skanowania , punkt 4 załącznika 1.2 do SIWZ jednoznacznie ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty Naszej Firmie.”*

Odpowiedź 94: Tak, dopuścimy najcieńszą grubość warstw 0,75mm w jednoczesnej akwizycji 16 warstw, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 95: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - III, System Skanowania , punkt 6

Czy Zamawiający zechce punktować możliwość wykorzystania matrycy rekonstrukcji obrazów większej niż 512 x 512 ?

	Matryca rekonstrukcyjna obrazów $\geq 512 \times 512$.	Podać	$\geq 512 \times 512 - 0$ p $\geq 768 \times 768 - 10$ p $\geq 1024 \times 1024 - 20$ p	
--	---	-------	---	--

”

Odpowiedź 95: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 96: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - III, System Skanowania , punkt 15

*Czy Zamawiający dopuści Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) R w czasie pełnego skanu dla płaszczyzny x,y mierzona w polu akwizycyjnym FoV 50 cm w punkcie 0 % charakterystyki MTF [lp/cm] oraz usunie punktację ?
Pragniemy zaznaczyć, że różni producenci tomografów komputerowych podają wartość maksymalnej rozdzielczości wysokokontrastowej (przestrzennej) R w czasie pełnego skanu dla płaszczyzny x,y mierzona w polu akwizycyjnym FoV 50 cm w punkcie 0% lub 2% charakterystyki MTF [lp/cm].”*

Odpowiedź 96: Zamawiający dopuszcza pomiar w punkcie 0% bez zmiany punktacji, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 97: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - IV, Konsola Operatorska Tomografu , punkt 1

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatorską jednomonitorową umożliwiającą pracę operatorowi tomografu wykonującego badanie?”

Odpowiedź 97: Tak, Zamawiający dopuszcza taką konsolę, przy zachowaniu parametrów monitora oraz funkcjonalności (tj. z zachowaniem oprogramowania pozwalającego na wstępną analizę obrazów badania celem zaplanowania dalszego przebiegu badania), zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 98: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - IV, Konsola Operatorska Tomografu , punkt 3”

Czy Zamawiający zechce punktować Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów $\geq 400\ 000$ obrazów ?

Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów $\geq 400\ 000$ obrazów.	Podać	= 400 000 – 0 p Od 400 000 do 600 000 – 5 p >600 000 – 10 p	
--	-------	---	--

”

Odpowiedź 98: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 99: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - IV, Konsola Operatorska Tomografu , punkt 4

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatorską z możliwością nagrywanie obrazów na CD/DVD w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych.” ?Pragniemy zaznaczyć, że zapis w rozdziale IV Konsola Operatorska Tomografu , punkt 4 załącznika 1.2 do SIWZ jednoznacznie ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty Naszej Firmie.”

Odpowiedź 99: Tak, dopuścimy taką konsolę, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.


Pytanie 100: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - IV, Konsola Operatorska Tomografu , punkt 5

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatorską oraz stację lekarską o tożsamyh opcjach, ale ze zróżnicowaną szatą graficzną?

Pragniemy zaznaczyć, że zapis w rozdziale IV Konsola Operatorska Tomografu, punkt 5 załącznika 1.2 do SIWZ jednoznacznie ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty Naszej Firmie.”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



 **Śląskie.**

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 100: Tak, Zamawiający dopuszcza zróżnicowaną szatę graficzną, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 101: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ rozdział C – Wymagania Techniczne - IV, Konsola Operatorska Tomografu , punkt 15

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatorską tomografu bez funkcji subtrakcji obrazów? Pragniemy zaznaczyć, że zapis w rozdziale IV Konsola Operatorska Tomografu , punkt 15 załącznika 1.2 do SIWZ jednoznacznie ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty Naszej Firmie.”

Odpowiedź 101: Tak, Zamawiający dopuszcza konsolę operatorską bez tej funkcjonalności, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytania od nr 102 do nr 104 dotyczą: Zał. nr 1.2 do SIWZ, rozdział D. INNE, punkt I

Pytanie 102: „Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez podłączenie oferowanych urządzeń do systemów HIS/RIS ?”

Odpowiedź 102: Zamawiający rozumie przez to między innymi fizyczne podłączenie ich do sieci komputerowej oraz konfigurację zaproponowanego systemu do współdziałania z systemami HIS/RIS/PACS Zamawiającego. Prace te oczywiście muszą być przeprowadzone we współpracy z Comarch i Carestream.

Pytanie 103: „Czy Zamawiający rozumie zapis: „Podłączenie wszystkich urządzeń do istniejącego u Zamawiającego systemu HIS/RIS (Optimed firmy Comarch S.A.), podłączenie wszystkich urządzeń do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS (VUE PACS firmy Carestream). Rekonfiguracja podłączenia tomografu komputerowego z wyposażeniem do systemów HIS/RIS i PACS w przypadku ich zmiany przez Zamawiającego w czasie trwania gwarancji i przeglądów na tomografie komputerowym z wyposażeniem.” jako konfiguracja nowej pracowni w systemie RIS?”

Odpowiedź 103: W systemach Zamawiającego musi zostać utworzona nowa pracownia TK.


Pytanie 104: „Czy Zamawiający może założyć i skonfigurować pracownię swoimi siłami (dział Informatyki)?”

Odpowiedź 104: Zamawiający utworzy własnymi siłami w systemie HIS nową jednostkę organizacyjną do obsługi TK. Jednak konfiguracja systemów RIS oraz PACS będzie wymagała współpracy Wykonawcy z producentami oprogramowania RIS (Comarch) oraz PACS (Carestream) użytkowanego u Zamawiającego.

Pytanie 105: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ, rozdział D. STACJA LEKARSKA: punkt 7

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozdzielenia wymagań opisanych w punkcie 7 na 2 niezależne komputery. Niestety stacje postprocessingowe (niezależne od aparatu TK i niebędące stacjami klienckimi systemów postprocessingowych klient-serwer) są zamkniętymi urządzeniami medycznymi i nie umożliwiają instalacji jakiegokolwiek innego oprogramowania (w tym systemu opisowego RIS i często systemu dyktowania). W związku z tym standardem przyjętym w Polskich szpitalach jest instalacja innego oprogramowania (w tym klientów systemów HIS, RIS, ewentualnie dodatkowej przeglądarki PACS na dodatkowej stacji komputerowej wyposażonej w jeden monitor.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie realizacji tego punktu za pomocą 2 stacji komputerowych wyposażonych w 2 klawiatury i myszy. W aktualnej formie ten punkt wyklucza naszą firmę z postępowania co prowadzi do ograniczania konkurencji."

Odpowiedź 105: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 106: „Dotyczy zał. nr 1.2 do SIWZ, rozdział D. STACJA LEKARSKA: punkt 26

Czy Zamawiający zapis „Redukcja artefaktów od implantów ortopedycznych i metalowych elementów” rozumie jako funkcjonalność oprogramowania na stacji lekarskiej czy jako funkcjonalność w tomografii komputerowej?”

Odpowiedź 106: Zamawiający wyjaśnia, że ww. zapis dotyczy funkcjonalności w tomografii komputerowej, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 107: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.I.5.

Czy Zamawiający dopuści do podania rzeczywistą pojemność lampy? W swoich rozwiązaniach nie stosujemy systemów bezpośredniego odbierania ciepła z anody przez blok wody lodowej, a oddawanie ciepła do pozostałych elementów lampy i jego odprowadzenie przez system wentylatorów. System ten pozwala na gromadzenie ciepła przez całą lampę.”

Odpowiedź 107: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 108: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.II.1.


Prosimy o wykreślenie punktacji w niniejszym parametrze. Im większy otwór gantry tym większa odległość pomiędzy lampą a detektorem, a tym samym większe promieniowanie jakie należy wyemitować, aby uzyskać odpowiednią jakość obrazu w diagnostyce pacjenta. Przyznając punkty w tym parametrze Zamawiający punktuje największe narażenie pacjenta na dawkę promieniowania co stoi w sprzeczności z zasadą ALARA.”

Odpowiedź 108: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 109: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.III.3.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Czy Zamawiający zechciałby wprowadzić punktację za zaoferowanie jak największego detektora? Szerszy detektor pozwoli Zamawiającemu szybciej wykonywać badania, przez co zminimalizuje ilość artefaktów ruchowych na obrazie, a także pozwoli zoptymalizować ilość środka cieniującego w badaniach naczyniowych.

Proponujemy wprowadzenie punktacji:

C.III.3	Szerokość pokrycia wiązki w osi Z $\geq 19,2$ mm.	Tak, podać Parametr punktowany	19,2 mm – 0 pkt > 19,2 mm – 5 pkt >38,4 mm – 10 pkt	
---------	---	--------------------------------------	---	--

Odpowiedź 109: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 110: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.III.7.

Czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga, aby obraz był rekonstruowany wyłącznie za pomocą algorytmu rekonstrukcyjnego opisanego w pkt C.IV.24, czy Zamawiający może potwierdzić, że wymagana prędkość rekonstrukcji ma się odbywać z przy wykorzystaniu tego algorytmu?”

Odpowiedź 110: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 111: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.III.7.

Im szybszy algorytm rekonstrukcyjny tym szybciej lekarz radiolog może ocenić otrzymany obraz. Czy w związku z tym Zamawiający zechciałby wprowadzić punktację tym punkcie na zasadzie:

16 obr/s – 0 p.

22 obr/s – 5 p.

30 obr/s – 10 p.

?”

Odpowiedź 111: Tak, zgadzamy się wprowadzić taką punktację, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 112: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.IV.1.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że przestrzeń robocza na obu monitorach dwumonitorowej konsoli operatorskiej ma być obsługiwana jedną klawiaturą i myszką, a oba monitory wyświetlać jednocześnie różne od siebie obrazy? Takie rozumienie tego parametru pozwoli Zamawiającemu uniknąć sytuacji, w której potencjalni Wykonawcy będą oferować konsolę jednomonitorową z sztucznie dołączonym drugim monitorem, który będzie duplikował obraz z pierwszego monitora.”


Odpowiedź 112: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 97.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 113: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.IV.1.

W związku z tym, że zgodnie z SIWZ lekarz diagnosta będzie interpretował obraz korzystając z konsoli operatorskiej tomografu, to czy Zamawiający może potwierdzić, że dostarczone do konsoli monitory mają mieć parametry stanowiska opisowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w tym zakresie?”

Odpowiedź 113: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający informuje, że na stacji operatorskiej następowała będzie jedynie wstępna analiza obrazów badania celem zaplanowania dalszego przebiegu badania.

Pytanie 114: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.IV.17.

Czy za spełnienie parametru Zamawiający uzna oprogramowanie do domyślnego ustawiania zakresu badania dla danego pacjenta i protokołu badania, który można edytować i dostosować na potrzeby optymalizacji dawki i jakości obrazu?”

Odpowiedź 114: Tak, w opisanej sytuacji warunek zostanie spełniony.

Pytanie 115: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.IV.18.

Czy za spełnienie parametru Zamawiający uzna oprogramowanie które umożliwia wyświetlenie krótkich prezentacji instruktażowych, pokazujących w jaki sposób zoptymalizować badanie i zużycie skanera może odbywać się poprzez komunikaty tekstowe/graficzne?”

Odpowiedź 115: Tak, w opisanej sytuacji warunek zostanie spełniony.

Pytanie 116: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.IV.19.

Czy za spełnienie parametru Zamawiający uzna oprogramowanie które domyślnie dobierze napięcie anodowe w protokole badania, dostosowanym do badanej anatomii i rodzaju badania, które technik będzie mógł zoptymalizować wg wytycznych lekarza, tak aby zoptymalizować dawkę i jakość badania?”

Odpowiedź 116: Tak, w opisanej sytuacji warunek zostanie spełniony.


Pytanie 117: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.IV.26.

Aby spełnić niniejszą funkcjonalność tomograf musi wyświetlać dawkę na jaką zostanie narażony pacjent w trakcie badania. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby oferowany tomograf wyświetlał dawkę DLP i CTDIvol przed rozpoczęciem właściwego skanowania, tak aby technik mógł zaplanować ta wielkość dawki?

Jeśli nie to czy Zamawiający zechciałby wprowadzić punktacje za tego typu funkcjonalność? Proponujemy wprowadzenie punktacji

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Śląskie.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

C.IV.29	Wyświetlanie dawki DLP i CTDIvol przed rozpoczęciem właściwego skanowania, tak aby technik mógł zaplanować ta wielkość dawki	Tak/Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
---------	--	---------	-----------------------------

”

Odpowiedź 117: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 118: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt D.26.

Czy Zamawiający może sprostować oczywista omyłkę i przenieść opis parametru do części „IV. Konsola operatorska”. Pragniemy zauważyć, że na stanowisku lekarskim nie są przeprowadzane rekonstrukcje danych surowych w celu eliminacji artefaktów od metali.”

Odpowiedź 118: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 119: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt E.I.5 oraz E.I.6 i E.I.7

Czy w przypadku, kiedy Zamawiający będzie dopuszczał strzykawki automatyczne o gorszych parametrach i nie spełniających aktualnych wymogów SIWZ, zechciałby nie wykreślać tych parametrów funkcjonalnych które ułatwiają pracę i zarządzanie procesem w przypadku zdarzeń niepożądanych, i zostawić je jako element punktowany tj:


E.I.5	Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Niezbędne okablowanie i statyw jezdny.	Tak/Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
-------	---	---------	-----------------------------

E.I.6	Programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej.	Tak/Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
-------	---	---------	-----------------------------

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

E.I.7	Raport dotyczący rzeczywistych, uzyskanych automatycznie z dostarczonego wstrzykiwacza, parametrów kontrastu (co najmniej objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie) jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku.	Tak/Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
-------	---	---------	-----------------------------

”

Odpowiedź 119: Zamawiający w załączeniu przedkłada zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie wstrzykiwacza kontrastu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 120: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.III.14

Im większa projekcja tym łatwiej „wyprostować” topogram u źle ułożonego pacjenta i lepiej zaplanować zakres badania. Czy w związku z tym Zamawiający zechciałby wprowadzić punktację w tym punkcie na zasadzie:

2 projekcje – 0 p.

100 projekcji – 5 p.

200 projekcji – 10 p.?”

Odpowiedź 120: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 121: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.IV.22

Czy Zamawiający wymaga aby niniejszy tomograf kolimował wiązkę promieniowania zgodnie z polem skanowania? Pozwala to ograniczyć promieniowanie poza polem skanowania.

Jeśli nie to czy Zamawiający zechciałby wprowadzić punktację za tego typu funkcjonalność? Proponujemy wprowadzenie punktacji

C.IV.29	Kolimacja wiązki promieniowania zgodnie z polem skanowania.	Tak/Nie	Tak – 10 p. Nie – 0 p.
---------	---	---------	---------------------------

”


Odpowiedź 121: Tak, zgadzamy się na dodanie wyżej wskazanego punktu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 122: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.IV.22

Czy Zamawiający wymaga aby niniejszy tomograf redukował narażenie na struktury wrażliwe takiej jak piersi, oczy czy tarczycę poprzez selektywną modulację dawki w zależności czy lampa znajduje się nad wrażliwymi organami? Pozwala to na redukcję dawki promieniowania i mniejsze ryzyko powstania w nich nowotworu.

Jeśli nie Czy Zamawiający zechciałby wprowadzić punktację za tego typu funkcjonalność?
Proponujemy wprowadzenie punktacji

C.IV.30	System redukcji narażenia na dawkę struktur wrażliwych takiej jak piersi, oczy czy tarczycę poprzez selektywną modulację dawki w zależności czy lampa znajduje się nad wrażliwymi organami	Tak/Nie	Tak – 10 p. Nie – 0 p.
---------	--	---------	---------------------------

”

Odpowiedź 122: Tak, zgadzamy się na dodanie wyżej wskazanego punktu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 123: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.I.5

Dłuższy maksymalny czas trwania skanu spiralnego pokazuje jak wydajny jest dany tomograf i jak potrafi zarządzać on ciepłem (kombinacja pojemności lampy i wydajności układu chłodzenia). W związku z tym proponujemy wprowadzenie parametru punktowanego, który zachęci potencjalnych Wykonawców do oferowania tomografów o zwiększonej wydajności.

C.I.9	Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s]	≥ 100	≤ 100 s – 0 p. ≥ 120 – 5 p. ≥ 140 – 10 p.
-------	---	-------	---

”

Odpowiedź 123: Zamawiający nie zmienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 124: „Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, pkt C.III.5


W związku z tym, że niektóre badania wykonuje się w trybie spiralnym czy Zamawiający może potwierdzić że wymaga również aby oferowany tomograf umożliwiał wykonanie skanu spiralnego przy pochyleniu gantry? Jeśli nie to czy Zamawiający nie zechciałby wprowadzić punktów w tym zakresie tj:

C.III.16	Wykonanie min. 16 warstwowego skanu spiralnego z pochyleniem gantry.	Tak/Nie	Tak – 10 p. Nie – 0 p.
----------	--	---------	---------------------------

”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 124: Tak, zgadzamy się na dodanie wyżej wskazanego punktu, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

Pytanie 125: „Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w razie ewentualnego wystąpienia opóźnienia w trwających pracach budowlanych na terenie Szpitala, które nie są częścią zamówienia, które uniemożliwiłyby terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca nie poniesie żadnych negatywnych skutków takiego opóźnienia, w tym w szczególności Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1, a także nie będzie dochodził zapłaty odszkodowania, o którym mowa w § 5 ust. 3.

W przeciwnym wypadku, Wykonawca ponosiłby ryzyko za należyte i terminowe wykonywanie prac, za które nie odpowiada. Stanowiłoby to naruszenie art. 391 k.c. i mogło uniemożliwić złożenie ofert w niniejszym postępowaniu przez rzetelnych Wykonawców.

W związku z tym bardzo prosimy, o dodanie do treści umowy poniższego postanowienia:
„Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona w razie wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności w razie wystąpienia opóźnień w trwających u Zamawiającego prac budowlanych, uniemożliwiających Wykonawcy terminowe rozpoczęcie wykonywania Umowy.”

Odpowiedź 125: Zamawiający informuje, że za opóźnienia z winy Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający nie przewiduje opóźnień w realizacji robót budowlanych.

Pytanie 126: „Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 a) i b):

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.”


Odpowiedź 126: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 127: „Dotyczy siwz pkt. 3.2.:

W celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga wskazania w katalogach odwołania do odpowiednich nr pozycji Załącznika nr 1.2. dotyczących jedynie parametrów technicznych, a nie pozycji odnoszących się np. obowiązków gwarancyjnych, usługi podłączenia urządzeń do systemów szpitalnych, czy dokumentacji (pozycje w pkt. „E” Załącznika nr 1.2.)”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 127: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 128: „Proszę o informację czy Zamawiający posiada zgodę generalnego wykonawcy na przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń i ingerencje w instalacje, które są na gwarancji. Jeśli nie to po czyjej stronie jest zdobycie takiej zgody.”

Odpowiedź 128: Zamawiający informuje, o ile zajdzie taka potrzeba, przedmiotowa zgoda zostanie uzyskana.

Pytanie 129: „Proszę o informację, czy Zamawiający przewidział kabel zasilający do tomografu.”

Odpowiedź 129: Zamawiający informuje, że zasilanie do tablicy rozdzielczej T-TM zostanie doprowadzone kablem YKY 5x120mm² przez Wykonawcę robót budowlanych.

Pytanie 130: „Jaki przekrój oraz długość posiada kabel o którym mowa w pytaniu powyżej.”

Odpowiedź 130: Zamawiający informuje, że kabel posiada przekrój pojedynczej miedzianej żyły 120mm² o długości 40m.

Pytanie 131: „Czy Zamawiający przewidział kanały posadzkowe na okablowanie dla tomografu.”

Odpowiedź 131: Zamawiający informuje, że kanały posadzkowe na okablowanie dla tomografu zostaną wykonane w ramach realizacji obiektu.

Pytanie 132: „Proszę o potwierdzenie, że posadzka przeniesie obciążenie tomografu.”

Odpowiedź 132: Zamawiający informuje, że po wyborze tomografu przygotuje posadzkę, która przeniesie jego obciążenia.

Pytanie 133: „Proszę o potwierdzenie, że posadzka pod instalacje jest jednolita i nie zawiera warstw styropianu.”

Odpowiedź 133: Zamawiający informuje, że w warstwach posadzki jest styropian, o ile zajdzie taka potrzeba przestrzeń po styropianie umożliwi zwiększenie grubości posadzki betonowej.


Pytanie 134: „Proszę o informację czy Zamawiający posiada projekt osłon, jeśli tak proszę o udostępnienie.”

Odpowiedź 134: Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt B.1 Opracowanie i zaopiniowanie projektu obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym leży po stronie wykonawcy.

Pytanie 135: „Jeśli Zamawiający nie posiada projektu osłon proszę o podanie grubości i technologii wykonania ścian oraz stropów w pracowni TK.”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 135: Zamawiający informuje, że ściany i strop pom. tomografu komputerowego zabezpieczone będą płytami GK laminowanymi warstwą 2,5 mm PB, drzwi do pom. tomografu również osłonięte 2,5mm Pb, okno do sterowni szklona szkłem ołowianym o równoważniku 2,5mm Pb.

Pytanie 136: „Proszę o zmianę sztywnego terminu zakończenia realizacji na termin „6 tygodni od momentu przekazania gotowych pomieszczeń” Instalacja tomografu może rozpocząć się dopiero po prawidłowym przygotowaniu pomieszczeń, a dostawca nie ma wpływu na termin przygotowania przez Generalnego Wykonawcę.”

Odpowiedź 136: Zamawiający modyfikuje termin realizacji, zgodnie z informacją podaną w niniejszym wyjaśnieniu-modyfikacji.

Pytanie 137: „Po czyjej stronie będzie uzyskanie odbioru w Sanpedzie.”

Odpowiedź 137: Uzyskanie odbioru w Sanepidzie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 138: „Jeśli po stronie Wykonawcy proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty do odbioru, które nie są związane z samym urządzeniem (np. pomiar wentylacji, księga jakości itp) Dostawca urządzenia może dostarczyć jedynie testy akceptacyjne, instrukcje obsługi tomografu oraz potwierdzenie instalacji.”

Odpowiedź 138: Zamawiający potwierdza, że dostarczy ww. dokumenty.

Pytanie 139: „Dotyczy przedmiotu zamówienia: Załącznik 1.2 do SIWZ, tabela parametrów tomografu komputerowego, część 4 pkt.1. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konsoli z 1 monitorem 24”, które będzie zapewniało funkcjonalność wymaganą w punkcie? Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie ważnej oferty”

Odpowiedź 139: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 97. Ponadto Zamawiający dopuszcza monitor 24”.


Ponadto Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej:

1. Punkty 4.2, 4.9 i 4.11 Rozdziału IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymują nowe brzmienie jak niżej:

- 4.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, może przyjąć formę dowolnego dokumentu lub dokumentów. Zobowiązanie powinno być skonkretyzowane, jednoznaczne oraz wskazywać na fakt rzeczywistego dysponowania przez Wykonawcę udostępnionymi przez podmiot trzeci zasobami.

...

- 4.9. Ww. oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców (w zakresie dwu ostatnich grup podmiotów składane są w oryginale).
- 4.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

2. Pkt 2. Rozdziału XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w zakresie poszczególnych kryteriów

2. w kryterium „funkcjonalność” – 30% sposób oceny oferty: liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „funkcjonalność” ustalana jest na podstawie załącznika 1.2 do oferty – „SPECYFIKACJA TECHNICZNA” wg informacji wykonawcy zawartych w poszczególnych pozycjach tego załącznika na podstawie punktacji wskazanej w kolumnie 4 oraz na podstawie niżej przedstawionych zasad:

$$F = \frac{\text{Suma punktów przyznanych } F = \text{danej ofercie } (F_n)}{209 \text{ (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania)}} \times 30 \% \times 100$$


3. Modyfikacji ulega termin dostawy jak niżej:

Dostawa (wraz z uruchomieniem urządzenia) oraz pozostałymi elementami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, 1.1 oraz 1.1A do SIWZ będzie wykonana w terminie: **do dnia 23 listopad 2018 r.**

Dodatkowo Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” z MZ. Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0073/16-00/381/1523.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Niniejsze zamówienie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony modyfikacją nr 1 z dnia 30.03.2018 r. tj. do dnia 24.04.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.2 - Specyfikacja techniczna – zaktualizowane brzmienie.
2. Załącznik nr 1.3 – Warunki gwarancji jakości i serwisu – zaktualizowane brzmienie.
3. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw – zaktualizowane brzmienie.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765