



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Śląskie.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-211/4-PN/18-2018

Rybnik, dnia 16.04.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 4

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku".

(zamówienie nr TAM-211-PN/18-2018)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 28.02.2018 r., nr 2018/S 041-089169

W związku z wniesionymi przez wykonawców kolejnymi zapytaniem (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej w piśmie nr TAM-211/2-PN/18-2018 z dnia 06.04.2018 r.) zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 140: „Załącznik 1.2 do SIWZ po modyfikacji PN18, tabela parametrów tomografu komputerowego, część 4 pkt 5. - Czy zamawiający dopuści konsolę operatorską nieidentyczną (różni producenci) ale o zbliżonej funkcjonalności, interfejsie opartym na tym samym systemie i obsłudze jak na oferowanej stacji lekarskiej w zakresie wspólnych funkcji postprocesingowych, które będzie zapewniało funkcjonalność wymaganą w punkcie? Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie ważnej oferty”.

Odpowiedź 140: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikacji dokonanych pismem nr TAM-211/2-PN/18-2018 z dnia 06.04.2018 r. tj. nie dopuszcza konsoli operatorskiej różnych producentów.


Pytanie 141: „Dotyczy załącznika nr 1.2, pkt D.24, STACJA LEKARSKA

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego parametru, zaoferowanie oprogramowania do zaawansowanej oceny badań wątroby, które umożliwia:

- segmentacja zmian z użyciem dedykowanego algorytmu dla zmian w wątrobie,
- pogłębiona analiza zmian hipo/hiperdensyjnych w wątrobie w oparciu o zadane poziomy gęstości HU (w przedziale: -1000 do 3000) wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany,

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Śląskie.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

- wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (*Region Growing*),
- wizualizację w kolorze wyodrębnionych obszarów (*Anatomy Visualizer*).

Proponowane rozwiązanie zapewni dokładniejszą ocenę diagnostyczną badań wątroby oraz szersze możliwości prezentacji.”

Odpowiedź 141: Zamawiający potwierdza, że uzna za spełnienie parametru pkt D.24, STACJA LEKARSKA zaoferowanie opisanego wyżej oprogramowania.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony modyfikacją nr 1 z dnia 30.03.2018 r. tj. do dnia 24.04.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				