

EZ-760/3-PN/47-2014

Rybnik, dnia 15.07.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobów z włókien medycznych (zamówienie nr EZ-760-PN/47-2014)  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 27.06.2014 r., pod nr 215936 - 2014

**W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1: „Pakiet nr 12 Podkłady w nawoju**

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych podkładów podfoliowanych wykonanych z jednej warstwy chłonnej celulozy i jednej warstwy ochronnej folii ?”

**Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia wymagań w zakresie opisanym w pytaniu – podtrzymuje wymaganie zaoferowania podkładów podfoliowanych, włókninowych.**

**Pytanie 2: „Pakiet nr 12 Podkłady w nawoju**

- Prosimy o dopuszczenie rolek o długości 50m

- Czy w razie wyrażenia zgody możemy przeliczyć ilość rolek na 325 szt ?”

**Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu z jednoczesnym przeliczeniem ilości rolek, z zaokrągleniem do 1 rolki (w górę), w stosunku do ilości określonej w formularzu cenowym dla pakietu nr 12 (w wypadku opisanym w pytaniu jest to ilość 352 rolki).**

**W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz w kolumnie „Ilość j.m.” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 3: „dotyczy pakietu nr 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestawdo obłożenia pola operacyjnego zgodny z wymaganiami w SIWZ z niewielką różnicą w rozmiarze serwet:

1 taśma przylepna 9x50 cm,

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo,

2 ręczniki celulozowe do rąk,

2 przyklejane serwety z organizatorami przewodów 75 x 90 cm,

1 przyklejana serweta średnia z organizatorami przewodów 180 x 180 cm,

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?”

**Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem należy w formularzu cenowym**

#### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

**w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 4: „dotyczy pakietu nr 1 poz.2**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy zgodny z wymaganiami w SIWZ o składzie:*

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo,*
- 1 serweta ręka / noga 230 x 300 cm, z łatą chłonną 50x100 cm, elastyczny otwór 3,5 cm, uchwyt na przewody,*
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?”*

**Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 5: „dotyczy pakietu nr 1 poz.3**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu kolanowego/kończyny zgodny z wymaganiami w SIWZ o składzie:*

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo,*
- 4 ręczniki do rąk,*
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm,*
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm,*
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm*
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, elastyczny otwór 7 cm z łatą chłonną 50x100 cm i uchwytem na przewody*
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?”*

**Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu (przy czym nie stawia wymagania zaoferowania 2 sztuk serwet na stół do instrumentarium), pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 6: „dotyczy pakietu nr 3 poz.1**

*Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wym. 78 x 145cm?”*

**Odpowiedź 6: Opisany w pytaniu asortyment jest zgodnym z wymaganiami zamawiającego (podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary jałowego obłożenia na stolik Mayo są wymiarami minimalnymi), pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów.**

**Pytanie 7: „dotyczy pakietu nr 3 poz.2**

*Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę o wym. 22 x 75cm?”*

**Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 8: „dotyczy pakietu nr 11 poz.1**

*Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wym. 150 x 250cm, z wycięciem <<U>> 7 x70cm?”*

**Odpowiedź 8:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 9:** „*dotyczy pakietu nr 11 poz.2*

*Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji serwetę przylepną?”*

**Odpowiedź 9:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 10:** „*dotyczy pakietu nr 13*

*Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną o wym. 150 x 180cm?”*

**Odpowiedź 10:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 11:** „*dotyczy pakietu nr 14*

*Czy Zamawiający dopuści zestaw urologiczny TUR o składzie:*

*1 taśma przylepna 9 x 50 cm,*

*1 serweta 75 x 80 cm,*

*2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm,*

*1 serweta TUR 75 x 175 cm ,*

*1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?”*

**Odpowiedź 11:** Opisany w pytaniu asortyment jest zgodnym z wymaganiami zamawiającego (podany w opisie przedmiotu zamówienia skład zestawu jest składem minimalnym), pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów.

**Pytanie 12:** „*dotyczy pakietu nr 17 poz.1*

*Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne z materiału typu SMMMS?*

**Odpowiedź 12:** Zamawiający dopuszcza wskazany powyżej materiał, pod warunkiem, że spełnia on wskazaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia normę, przy zachowaniu przez fartuchy pozostałych parametrów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 13:** „*Pakiet nr 17, poz. 1*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych o długościach odpowiadających rozmiarom: M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 150 cm, XXL- 150 cm large? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*

**Odpowiedź 13:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu pozostałych warunków.

**Pytanie 14:** „*Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 17 poz. 2 rozmiarów M, L, XL, XXL bez S*

*Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”*

**Odpowiedź 14:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 15:** „*Czy zamawiający wymaga aby sterylne zestawy operacyjne tzn. Pakiety od 1 do 14 były zapakowane w dwa kartony, jeden do transportu drugi do przechowywania”*

**Odpowiedź 15:** We wszystkich pakietach, gdzie jest mowa o dotodkowym opakowaniu kartonowym (do transportu) zamawiający oprócz opakowania jednostkowego i opakowania

zbiorczego (które może mieć formę folii lub kartonu) – wymaga także zewnętrznego dodatkowego opakowania kartonowego. Dotyczy to pakietów nr 1, 2 i 4 – 10.

**Pytanie 16: „Pakiet 1 Poz. 1**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawcom, a Zamawiającemu da możliwość wyboru oferty korzystnej cenowo.”*

**Odpowiedź 16: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (pkt II) zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielenia z pakietów poszczególnych pozycji.**

**Pytanie 17: „Pakiet 1 Poz. 1**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podstawowego (uniwersalnego) o składzie:*

*1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 200cm*

*1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;*

*1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm*

*1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm*

*2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm*

*2 OP Taśma 10 x 50*

*4 ręczniki*

*Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.”*

**Odpowiedź 17: Opisany w pytaniu asortyment jest zgodnym z wymaganiami zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę, że podany w formularzu skład zestawu jest składem minimalnym i wskazuje minimalne wielkości poszczególnych elementów, a także wyjaśnia, że zaoferowanie dodatkowych elementów jest dopuszczalne.**

**Pytanie 18: „Pakiet 6 Poz. 2**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, co umożliwi większej ilości wykonawcom złożenie oferty, a Zamawiającemu da możliwość wyboru oferty korzystnej cenowo.”*

**Odpowiedź 18: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (pkt II) zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielenia z pakietów poszczególnych pozycji.**

**Pytanie 19: „Pakiet 6 Poz. 2**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:*

*1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm*

*1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;*

*1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm*

*4 ręczniki do rąk*

*1 serweta główna 160x300 z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka*

*3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów*

*Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.”*

**Odpowiedź 19: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu. Serweta główna (najistotniejsza w zestawie) nie spełnia wymagań Zamawiającego.**

**Pytanie 20: „Pakiet 12 poz. 1**

*Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 53 cm x 40m? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ”*

**Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego**

w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 21: „Pakiet 12 poz. 1**

*Czy Zamawiający ma na myśli podkłady bibułowo-foliowe?”*

**Odpowiedź 21:** Zamawiający ma na myśli pokłady podfoliowane z włókniny, a nie papierowe.

**Pytanie 22: „Pakiet 14 poz. 1**

*Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu urologicznego o składzie:*

*1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm*

*4 ręczniki do rąk*

*1 serweta główna 200cm x 240cm z otworem , zintegrowanymi osłonami na kończyny , zbiornikiem wyposażonym w sito oraz zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum*

*2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów*

*Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ”*

**Odpowiedź 22:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 23: „Pakiet 15 Poz. 3**

*Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne wiązane na troki z włókniny polipropylenowej w kształcie furażerki?”*

**Odpowiedź 23:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 24: „Pakiet 15 Poz. 4**

*Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne wiązane na troki z włókniny polipropylenowej w kształcie furażerki z wkładką chłonącą pot w przedniej części czepka?”*

**Odpowiedź 24:** Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu materiału – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie, natomiast dopuszcza zaoferowanie czepków z wkładką chłonącą pot w przedniej części czepka .

**Pytanie 25: „Pakiet 21 Poz. 1**

*Czy Zamawiający dopuści komplety pościeli jednorazowej o składzie kompletu o poniższych wymiarach:*

*Powłoka : 200 x 160 cm*

*Powłoczka : 90 x 80 cm*

*Prześcieradło: 210 x 160 cm”*

**Odpowiedź 25:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował

**Pytanie 26: „Pakiet nr 2: Poz. nr 4 Pyt.:**

*Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą brzuszno - kroczoową w rozmiarze 230 x 250 cm okna 19 x 29 cm (w kształcie nerki) i 9 x 12 cm (owalne).”*

**Odpowiedź 26:** Opisany w pytaniu asortyment jest zgodnym z wymaganiami zamawiającego, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. Zamawiający zwraca uwagę, że podany

w formularzu skład zestawu jest składem minimalnym i wskazuje minimalne wielkości poszczególnych elementów.

**Pytanie 27: „Pakiet nr 4: Poz. nr 1 Pyt.:**

*Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:*

*1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm*

*1 serweta Comfort okulistyczna z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8 x 10 cm)*

*i kieszeń na płyny (30 x 28 cm) 150 x 150 cm.*

*1 serweta Protect nieprzylepna 75 x 75 cm*

*2 pokrowce na podłokietniki 25 x 80 cm (z przylepcem)*

*dotatkowe opakowanie: papier krepowy.”*

**Odpowiedź 27: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu (brak serwety o rozmiarach od 140-150 x 180-200 cm).**

**Pytanie 28: „Pakiet nr 5: Poz. nr 2, 3 Pyt.: prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego zgodności z normą PN-EN 13795 1-3. Prośba nasza wynika z faktu, iż opisane produkty nie są używane na salach operacyjnych i nie muszą być wyrobami barierowymi.”**

**Odpowiedź 28: Zamawiający modyfikuje zapisy w Pakiecie 5 w poz. 2 i 3 poprzez rezygnację z wymogu posiadania przez zaoferowany we wskazanych pozycjach asortyment zgodności z opisaną normą. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem należy w kolumnie w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 29: „Pakiet nr 5: Poz. nr 4 Pyt.:**

*Prosimy o dopuszczenie zestawu w skład którego wchodzi:*

- W zamian 6 szt. x kompresów z gazy bawełnianej 17 nitkowej min. 8 warstwowej min. 7,5 cm x 7,5 cm, - 5 kompresów z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m<sup>2</sup>.*
- W zamian 4 szt. tampony z gazy bawełnianej min. 15 x 15 cm - 5 tupferów z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek.”*

**Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 30: „Pakiet nr 9: Poz. nr 1 Pyt.:**

*Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą do obłożenia ręki z wbudowanym elastycznym mankietem neoprenowym z otworem Ø 3 cm. Część tej serwety w kształcie litery T stanowi obłożenie stołu do ułożenia kończyny 270 x 320 cm.”*

**Odpowiedź 30: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 31: „Pakiet nr 10: Poz. nr 2 Pyt.:**

*Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą angiograficzną (serwetą główną) wykonaną z materiału 3 warstwowego o gramaturze 74g/m<sup>2</sup> bez dodatkowych padów chłonnych.”*

**Odpowiedź 31: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.**

**Pytanie 32: „Pakiet nr 14: Poz. nr 1 Pyt.:**

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta Protect do zabiegów urologicznych TUR ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, z oknem nieprzylepnym 7x 10 cm, torbą do zbierania płynów 50 x 70 cm (z sitem i drenem i zaworem), osłoną na palec bezłateksową 200 x 185 cm.”

**Odpowiedź 32:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

**Pytanie 33:** „Zapisy SIWZ

*Czy Zamawiający wymaga dołączenia raportu walidacji wydanego przez producenta czy certyfikatu wydanego przez zewnętrzną jednostkę kontrolującą proces sterylizacji produktu?”*

**Odpowiedź 33:** Zamawiający wymaga dołączenia raportu walidacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę kontrolującą proces sterylizacji produktu.

**Pytanie 34:** „Pakiet 24, poz. 1

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę prześcieradeł o całkowitym rozmiarze 126 x 215 cm?”*

**Odpowiedź 34:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 35:** „Dot. Pakietu 1, poz. 1, 3, pakietu nr 7, poz. 1:

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ręczników z chłonnej włókniny kompresowej w zamian za ręczniki celulozowe? Pozostałe składowe zestawów bez zmian.”*

**Odpowiedź 35:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 36:** „Dot. Pakietu 1, poz. 3:

*Czy Zamawiający dopuści, aby serweta główna zestawu do operacji stawu kolanowego była dodatkowo wyposażona w worek z kształtką do zbierania płynów?”*

**Odpowiedź 36:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 37:** „Dot. Pakietu 7, poz. 2:

*Czy Zamawiający dopuści jałowe zestawy do operacji laryngologicznych w następującym składzie:*

Serweta operacyjna z otworem owalnym 8x6cm w 1/3 długości serwety i przylepcem wokół otworu	1szt.	210x150cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm

*Pozostałe parametry zestawu zgodne z wymaganiami SIWZ.”*

**Odpowiedź 37:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

**Pytanie 38: „Dot. Pakietu 9, poz. 1:**

*Czy Zamawiający dopuści jałowe zestawy operacji ręki i przedramienia w następującym składzie:*

<i>serweta w kształcie litery T z otworem o średnicy 5cm i elementem elastycznym</i>	<i>1szt.</i>	<i>260x240</i>
<i>taśma medyczna</i>	<i>1szt.</i>	<i>50x9</i>
<i>pokrowiec na kończynę górną pacjenta</i>	<i>1szt.</i>	<i>75x37</i>
<i>serweta na stół instrum.</i>	<i>1szt.</i>	<i>190x150</i>
<i>serweta na stolik Mayo</i>	<i>1szt.</i>	<i>145x80</i>
<i>serwetki do rąk</i>	<i>2szt.</i>	<i>40x20</i>

*Pozostałe parametry zestawu zgodne z wymaganiami SIWZ.”*

**Odpowiedź 38:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu. Serweta główna (najistotniejsza w zestawie) nie spełnia wymagań zamawiającego.

**Pytanie 39: „Dot. Pakietu 11, poz. 7:**

*Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w zakresie wymogu spełniania normy EN 13795 1-3? Tego typu serwety do osuszania rąk nie podlegają wymogom tej normy.”*

**Odpowiedź 39:** Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 7 w pakiecie nr 11, poprzez rezygnację z wymogu spełniania przez serwety jałowe celulozowe wymogów normy EN 13795-1-3. Powyższą zmianę należy nanieść w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” w pozycji 7 tego pakietu.

**Pytanie 40: „Dot. Pakietu 11, poz. 7:**

*Czy Zamawiający dopuści serwety do osuszania rąk wykonane z chłonnej włókniny kompresowej o gramaturze 40g/m2?”*

**Odpowiedź 40:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie materiału, jednocześnie wyjaśnia, że określone w formularzu cenowym wymiary są wymiarami minimalnymi – serweta opisana w pytaniu spełnia wymogi w zakresie gramatury.

**Pytanie 41: „Dot. Pakietu 11, poz. 7:**

*Czy Zamawiający dopuści serwety do osuszania rąk celulozowe w rozmiarze 50 x 40cm?”*

**Odpowiedź 41:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 42: „Dot. Pakietu 12, poz. 1:**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nawoju 2-warstwowego bibułowo-foliowego?”*

**Odpowiedź 42:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 i 21 oczekuje zaoferowania podkładu podfoliowanego z włókniny.

**Pytanie 43: „Dot. Pakietu 13, poz. 1:**

*Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet niejałowych 2-warstwowo przy czym jedna z tych warstw ma być nieprzemakalna?”*



**Odpowiedź 43:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu – nie stawia wymagania, by jedna z warstw była nieprzemakalna. Asortyment opisany w pytaniu spełnia wymagania zamawiającego w zakresie warstw, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań.

**Pytanie 44:** „Dot. Pakietu 15, poz. 4:

*Czy Zamawiający dopuści, aby taśma pochłaniająca pot znajdowała się jedynie w części czołowej czepka? Pozostałe parametry bez zmian.”*

**Odpowiedź 44:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 45:** „Do projektu umowy:

*Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?*

*Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.”*

**Odpowiedź 45:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wzoru umowy.

**Pytanie 46:** „Do projektu umowy:

*Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: <<Ponadto strony dopuszczają podwyższenie lub obniżenie cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.>>?*

*Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.”*

**Odpowiedź 46:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wzoru umowy.

**Pytanie 47:** „Do projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo <<opóźnienia>> zostało zastąpione słowem <<zwłoki>>?

*Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny”*

**Odpowiedź 47:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wzoru umowy.

**Pytanie 48:** „Do projektu umowy: Jak należy rozumieć zwrot użyty w § 5 ust. 1 wzoru umowy: <<wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu>>? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa <<wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu>> zostały zastąpione słowami <<wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka>>?”

*Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru umowy.”*

**Odpowiedź 48:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wzoru umowy. Kara umowna będzie naliczana od wartości dostawy brutto objętej zamówieniem, którego dotyczy opóźnienie lub naruszenie dla danego pakietu.

**Pytanie 49:** „Do projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: <<Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 lit. a, b, c lub d Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.>>?”

*Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.*

*Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.*

*Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, <<mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone>>. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.”*

**Odpowiedź 49:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wzoru umowy.

**Pytanie 50:** „Pakiet 1 poz.1

*Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

*1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm*

*1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm*

*1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 180 cm*

*1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 240 cm*

*2 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm*

*2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm”*

**Odpowiedź 50:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu. Serweta główna (najistotniejsza w zestawie) nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie 51:** „Pakiet 1 poz.2

*Czy Zamawiający dopuści zestaw z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”*

**Odpowiedź 51:** Zamawiający zwraca uwagę, że w formularzu cenowym wskazuje minimalne wielkości poszczególnych elementów – asortyment ujęty w pytaniu spełnia wymogi w zakresie rozmiaru.

**Pytanie 52:** „Pakiet 1 poz.3

*Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z otworem w rozmiarze 6x8cm?"*

**Odpowiedź 52: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 53: „Pakiet 2 poz.1**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

*1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm*

*1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm*

*1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 180 cm*

*1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 240 cm*

*2 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm*

*2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm*

*Z trzema fartuchami pakowanymi oddzielnie?"*

**Odpowiedź 53: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu. Serweta główna (najistotniejsza w zestawie) nie spełnia wymagań Zamawiającego.**

**Pytanie 54: „Pakiet 2 poz.2**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

*1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm*

*1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm*

*1 szt. serweta z wycięciem U 200 cm x 260 cm wycięcie U przylepne o wym. 8,5 cm x 85 cm*

*1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 180 cm*

*4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm”*

**Odpowiedź 54: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 55: „Pakiet 2 poz.3**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

*1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm*

*1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm*

*1 szt. serweta z wycięciem U 200 cm x 260 cm wycięcie U przylepne o wym. 8,5 cm x 85 cm*

*1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 300 cm*

*1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 180 cm*

*1 szt. nogawica 35 cm x 120 cm*

*2 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm*

*4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm*

**Odpowiedź 55: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 56: „Pakiet 2 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta do histerektomii 170 cm x 200 cm z otworem przylepnym o wym. 30 cm x 30 cm

1 szt. serweta kroczoowa 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym o wym. 6 cm x 14 cm i przylepcem

1 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm

2 szt. nogawica 70 cm x 120 cm

1 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm

2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm”

**Odpowiedź 56: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 57: „Pakiet 2 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta 200 cm x 240 cm z otworem przylepnym o wym. O 12 cm

2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm”

**Odpowiedź 57: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu. Serweta główna (najistotniejsza w zestawie) nie spełnia wymagań Zamawiającego.**

**Pytanie 58: „Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta na stolik 100 cm x 150 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta okulistyczna 120 cm x 170 cm z otworem z folią operacyjną o wym. 10 cm x 10 cm, 2-ma kieszeniami na płyny, sztywnikiem

1 szt. pokrowiec na tacę Fako 40 cm x 65 cm

2 szt. pokrowiec na podłokietnik 35 cm x 75 cm

2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm”

**Odpowiedź 58: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu (brak serwety o rozmiarach od 140-150 x 180-200 cm).**

**Pytanie 59: „Pakiet 5 poz2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nożyczkami o długości 11,5cm spełniający pozostałe wymaganie SIWZ?”

**Odpowiedź 59: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 60: „Pakiet 5 poz3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetą o długości 13cm pakowane w opakowanie papier – folia, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź 60:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 61:** „**Pakiet 5 poz4**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stół narzędziowy w rozmiarze 120x90, igłami o długości 40mm, serwetą przyklepną w rozmiarze 120x90, pakowane w opakowanie papier – folia, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”*

**Odpowiedź 61:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 62:** „**Pakiet 14**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

*1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm*

*1 szt. serweta do resekcji przezcewkowej 190 cm x 230 cm z otworem brzuszny O 3 cm i kroczywym O 6 cm, osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów ze sztywnikiem, filtrem, końcówką do podłączenia ssaka. Nogawice zintegrowane z całością serwety*

*1 szt. taśma przyklepna 10 cm x 50 cm*

*4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm”*

**Odpowiedź 62:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 63:** „**Pakiet 15 poz.3**

*Czy Zamawiający dopuści czepki bez wydłużonej części przedniej?”*

**Odpowiedź 63:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 64:** „**Pakiet 15 poz.4**

*Czy Zamawiający dopuści czepki ze wstawką w części przedniej? ?*

**Odpowiedź 64:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 65:** „**Pakiet 17 poz.1**

*Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SSMMS?”*

**Odpowiedź 65:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pod warunkiem spełniania przez tkaninę wymogów wskazanej w formularzu cenowym normy.

**Pytanie 66:** „**Pakiet 18**

*Czy Zamawiający dopuści koszule wiązane w talii i na szyi?”*

**Odpowiedź 66:** Koszule opisane w powyższym pytaniu spełniają wymagania zamawiającego, o ile wiązanie na szyi umieszczone jest w części tylnej (na karku).

**Pytanie 67:** „**Pakiet 22 poz.1-2**

*Czy Zamawiający dopuści pokrowce z folii o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> bez podania grubości folii?”*

**Odpowiedź 67:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 68: „Pakiet 22 poz.3**

*Czy Zamawiający dopuści osłonę:*

*Ostona 3 -częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG:*

*część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu*

*część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu*

*2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm*

*Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Ostona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie*

**Odpowiedź 68: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.**

**Pytanie 69: „Pakiet 22 poz.4**

*Czy Zamawiający dopuści pokrowce z folii o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> bez podania grubości folii?”*

**Odpowiedź 69: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 70: „Pakiet 1 ,7,8,9**

*Prosimy o dopuszczenie zestawów pakowanych w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu), serweta na stolik narzędziowy (druga warstwa opakowania o jałowej zawartości)”*

**Odpowiedź 70: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu, jednak nie stawia dodatkowych wymagań, innych niż pierwotnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 71: „Pakiet 1,7,8,9**

*Prosimy o dopuszczenie lepszego, bezpieczniejszego i wygodniejszego niż teleskopowy sposobu składania serwety na stolik Mayo, który gwarantuje bezpieczny, stopniowy i aseptyczny sposób aplikacji na stolik MAYO bez ryzyka jej zbrudzenia. Państwa zgoda podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert.”*

**Odpowiedź 71: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 72: „Pakiet 1,7,8,9**

*Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.”*

**Odpowiedź 72: Powyższy tekst wykonawca określił jako pytanie, jednak nie zawiera on żadnego pytania – zamawiający traktuje go jako uzupełnienie pytania poprzedniego. Podane**

w tekście parametry są zgodne z wymaganiami zamawiającego (przy czym wymagana jest zgodność z normą EN 13795-1-3).

**Pytanie 73: „Pakiet 1 poz. 1**

*Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalny do zabiegów chirurgicznych, którego skład jest godny z opisem SIWZ zawierającego dodatkowo, jedną taśmę lepną 9x50 cm.”*

**Odpowiedź 73:** Zamawiający zwraca uwagę, że podany w formularzu skład zestawu jest składem minimalnym i wskazuje minimalne wielkości poszczególnych elementów, a także wyjaśnia, że zaoferowanie dodatkowych elementów jest dopuszczalne – opisany w pytaniu asortyment spełnia wymagania zamawiającego.

**Pytanie 74: „Pakiet 1 poz. 2**

*Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn*

*Skład zestawu:*

- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta nieprzylepna 91x150 cm
- 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm
- 1x serweta na stół Mayo 80x142cm (sterylna pakowana osobno),
- 1x serweta do operacji kończyn 242x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5cm,”

**Odpowiedź 74:** Zamawiający zwraca uwagę, że podany w formularzu skład zestawu jest składem minimalnym i wskazuje minimalne wielkości poszczególnych elementów, a także wyjaśnia, że zaoferowanie dodatkowych elementów jest dopuszczalne – opisany w pytaniu asortyment spełnia wymagania zamawiającego, z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów.

**Pytanie 75: „Pakiet 1 poz.2**

*Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn*

*Skład zestawu:*

- 2 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo min. 77 x 142 cm
- 1 x serweta 75x75 cm, przylepna
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,”

**Odpowiedź 75:** Zamawiający zwraca uwagę, że podany w formularzu skład zestawu jest składem minimalnym i wskazuje minimalne wielkości poszczególnych elementów, a także wyjaśnia, że zaoferowanie dodatkowych elementów jest dopuszczalne – opisany w pytaniu asortyment spełnia wymagania zamawiającego, z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów.

**Pytanie 76: „Pakiet 1 poz. 3**

*Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn*

*Skład zestawu:*

- 2 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 m
- 1 x serweta na stół Mayo min. 77 x 142 cm,
- 1 x stokineta 55x37,5 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm”

**Odpowiedź 76:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu

**cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 77: „Pakiet 7**

**Poz. 1**

*Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu otolaryngologicznego,*

*Skład zestawu:*

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stoli Mayo min. 77x142 cm,
- 1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu >>turban<< 107x82,5 cm
- 1 x serweta 196x279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm, ze wzmocnieniem chłonnym 43x51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia , zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, boki z folii PE.”

**Odpowiedź 77: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 78: „Pakiet 7 Poz. 2**

*Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji laryngologicznych*

*-1x serweta na stolik narzedziowy140x190cm*

*-2x ręcznik chłonny 30x20cm*

*-1x serweta główna 157,5x200cm z de centralnym ok. 1/3 długości serwety, owalnym, przylepnym otworem 8x10cm.”*

**Odpowiedź 78: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu. Serweta główna nie spełnia wymagań Zamawiającego.**

**Pytanie 79: „Pakiet 8 Poz. 1**

*Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do małych operacji*

*-1x serweta na stolik narzedziowy140x190cm*

*-2x ręcznik chłonny 30x20cm*

*-1x serweta główna 157,5x200cm z de centralnym ok. 1/3 długości serwety, owalnym, przylepnym otworem 8x10cm.”*

**Odpowiedź 79: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu. Serweta główna nie spełnia wymagań Zamawiającego.**

**Pytanie 80: „Pakiet 8 Poz. 1**

*Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do małych operacji*

*Skład zestawu:*

*- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm*

*- 1 x taśma przylepna, 8 x 40 cm*

*- 1 x ręcznik chłonny*

*- 1 x serweta główna 221x240 cm, nieprzylepna, z de centralnym otworem Ø 12”*

**Odpowiedź 80: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 81: „Pakiet 8 Poz. 2**



Prosimy o dopuszczenie jałowego małego zestawu chirurgicznego:

Skład zestawu:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 14x190cm
- 4 x serweta 75x98cm, przylepna
- 2x ręcznik chłonny”

**Odpowiedź 81: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.**

**Pytanie 82: „Pakiet 9**

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min.152x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm
- 1 x taśma lepna, 10x50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, 4 zintegrowane organizatory przewodów”

**Odpowiedź 82: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.**

**Pytanie 83: „Pakiet 14**

Prosimy o dopuszczenie jałowego zestawu urologicznego TUR.

Skład zestawu:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm
- 1x ręcznik chłonny 30x20cm
- 1xtasma Lepna 9x50cm
- 1x serweta główna 250-280x280cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzuszny Ø 6cm, z otworem na pręcie Ø 5cm, ze wzmocnieniem foliowym wokół otworów, osłona na palec, z torba na płyny z filtrem i portem do ssaka, 2 uchwyty na przewody”

**Odpowiedź 83: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.**

**Pytanie 84: „dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą górną samoprzylepną o wymiarze 200x150 cm– reszta składu bez zmian, przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

**Odpowiedź 84: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.**

**Pytanie 85: „dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet z wycięciem „U” w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?

1. serweta chirurgiczna górna z samoprzylepnym wycięciem U (10x50 cm) .....	200x150	1
2. serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną .....	180x220	1
3. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
4. ręczniki chłonne .....	30x40	2
5. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem .....	2x15x40	1
6. osłona na stolik MAYO .....	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....	150x200	1


”

Odpowiedź 85: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

**Pytanie 86: „dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?*

1.	serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120x120 cm, posiadająca warstwę chłonną o wymiarach 80x50 cm. Serweta wyposażona w worek z sitem do przechwytywania płynów o wymiarach 86x56 cm, z możliwością podłączenia drenu .....	120x120	1
2.	serweta - owinięcie noworodka .....	80x90	1
3.	osłona na kończyne .....	37x105	2
4.	fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach .....	XL	1
5.	taśmy samoprzylepne .....	9x49	2
6.	ręczniki chłonne .....	30x40	2
7.	serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x100	1




Odpowiedź 86: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

**Pytanie 87: „dotyczy pakietu nr 6 pozycja 3**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?*

1.	serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm w okolicach kroczka .....	240/150x150	1
2.	taśma samoprzylepna .....	9x49	1
3.	ręczniki chłonne .....	30x40	2
4.	kieszka dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem .....	2x15x40	1
5.	osłona na stół MAYO .....	79x145	1
6.	serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x200	1



Odpowiedź 87: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

Pytanie 88: **„dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji głowy/szyi w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?*

1.	serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną .....	90x75	1
2.	serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 150x260 cm z wycięciem U o wymiarach 7x65 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej .....	150x260	1
3.	serweta chirurgiczna .....	75x90	1
4.	taśmy samoprzylepne .....	9x49	2
5.	ręczniki chłonne .....	18x25	4
6.	osłona na stół MAYO .....	79x145	1
7.	serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Lub

1.	serweta chirurgiczna do okrycia głowy o wymiarach 105x150 cm, z owinięciem w formie turbanu, wyposażona w taśmy samoprzylepne .....	105x150	1
2.	serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x290 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 7x65 cm (powierzchnia samoprzylepna jest węższa od standardowej) .....	200x290	1
3.	torba na szyję .....	16x28	1
4.	osłona na stół MAYO .....	79x145	1
5.	serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x210	1

Odpowiedź 88: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu (obie wersje), z zachowaniem pozostałych wymagań. **W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.**

Pytanie 89: **„dotyczy pakietu nr 7 pozycja 2**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji laryngologicznej z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”*

Odpowiedź 89: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. **W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.**

**Pytanie 90: „dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1”**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych operacji z w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?*

- |  |         |   |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 180x320 cm z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu (wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm) ..... | 180x320 | 1 |
| 2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....   | 150x180 | 1 |

”

**Odpowiedź 90: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.**

**Pytanie 91: „dotyczy pakietu nr 8 pozycja 2”**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych do zamykania ran z w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?*

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny ..... | 240x150 | 1 |
| 2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną .....                           | 75x90   | 2 |
| 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną .....                            | 175x175 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna .....  | 9x49    | 1 |
| 5. ręczniki chłonne .....   | 18x25   | 4 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....                        | 140x190 | 1 |

**Odpowiedź 91: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.**

**Pytanie 92: „dotyczy pakietu nr 17 pozycja 1”**

*Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach adekwatnych do podanych M-L, L-LL, XL-XL, XXL-XLL przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”*

**Odpowiedź 92: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.**

**Pytanie 93: „dotyczy pakietu nr 17 pozycja 2”**

*Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”*

**Odpowiedź 93: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.**

**Pytanie 94: „dotyczy pakietu nr 17 pozycja 2”**

*Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z materiału typu spunbond (bawełnopodobna) o gramaturze 49g/m<sup>2</sup> przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”*

**Odpowiedź 94: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym**

**wyjaśnieniem - modyfikacja należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 95: „dotyczy pakietu nr 21 pozycja 1**

*Czy Zamawiający dopuści pościel jednorazową w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?*

Jednorazowy włókninowy zestaw pościelowy (trzyczęściowy) kolor zielony .....	
poszwa na kołdrę .....	140x210
poszewka na poduszkę .....	80x90
prześcieradło .....	130x210

”

**Odpowiedź 95: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.**

**Pytanie 96: „dotyczy pakietu nr 24 pozycja 1**

*Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na łóżko o wymiarze 220 x 80 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”*

**Odpowiedź 96: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.**

Ponadto w związku z wynikłą omyłką w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w załączniku nr 5 do SIWZ: *Formularz oferty*), polegającą na omyłkowym podaniu w tym formularzu w punkcie 1 okresu 2 lat, **zamawiający koryguje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia** w tym zakresie informując, iż cena zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do oferty obejmuje okres **12 miesięcy (1 rok)**. **Sporządzając ofertę należy niniejszą korektę nanieść na wzorze formularza oferty.**

Okres obowiązywania umowy określony w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia został podany prawidłowo.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 17.07.2014 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30.**

Egz.:

1. adresat.
2. aa.