



LAS-30/1-PN/13-2018

Rybnik, dnia 22.05.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE 1

#### PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego  
(zamówienie nr LAS-30-PN/13-2018)  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 17.04.2018 r., nr 2018/S 074-164082

**W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.**

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz. 1 jednorazowy sterylny endoskopowy worek do wyjmowania usuniętych narzędzi, otwierany/zamykany nitką wykonaną z nitinolu - wykazujących efekt pamięci kształtu o pojemności 200ml śr.trzonu pozwalająca na wprowadzenie przez trokar o śr. 10/11mm?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w formularzu cenowym.

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz.2 jednorazowy sterylny endoskopowy worek do wyjmowania usuniętych narzędzi, otwierany/zamykany nitką wykonaną z nitinolu - wykazujących efekt pamięci kształtu o pojemności 400ml lub 800ml do wyboru śr.trzonu pozwalająca na wprowadzenie przez trokar o śr. 10/11/15mm?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w formularzu cenowym.

**Pytanie 3:** „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz.1-3 wymaga klipsy tytanowe w magazynkach po 6 sztuk (jednostka miary – magazynek) W opakowaniu, wymagana samoprzylepna kontrolka identyfikująca do wklejania w protokole operacyjnym, zawierająca datę przydatności, datę produkcji i nr serii, po jednej sztuce do każdego magazynka?”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w formularzu cenowym.


**Pytanie 4:** „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie/wadliwego przedmiotu zamówienia.**”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

#### Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Oraz § 10 ust. 2 , § 11 ust. 2, § 10 ust. 4:

**Pytanie 5:** „Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia urządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 w wysokości **250 zł** za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w dostarczeniu urządzenia.**”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 6:** „W przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu urządzenia ponad 24 godziny – za każdą rozpoczętą dobę Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości **250 zł.**, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego urządzenia.** Powyższa kwota wzrasta 3-krotnie w przypadku liczby ww. przerw większej niż 2 w danym miesiącu i obowiązuje w okresie kolejnych 30 dni od daty ostatniej przerwy uzasadniającej zastosowania wzrostu.”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 7:** „W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości **brutto** wskazanej w § 1 ust. 1 umowy dla danego pakietu za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wskazanej w § 1 ust. 1 umowy dla danego pakietu.**”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.


**Pytanie 8:** „Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 2 , poz. 4 na: trokar tępo zakończony (zakładany metodą dostępu Hassona) o długości 100 mm , wyposażony w pompowany, bezłateksowy balon samomocujący obj. 10 ml, i drugi element mocujący od strony zewnętrznej w formie miękkiego żelowego stożka blokowany klamrą zatrzaskową oraz kranik umożliwiający wprowadzenie strzykawki do napełnienia balonu powietrzem. Strzykawka w zestawie. Wbudowana redukcja 5-12mm?”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i formularza cenowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 9:** „Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 2,

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



poz. 7 na: Trokar optyczny sterylny, jednorazowego użytku, o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm oraz 150 mm, kaniula żebrowana lub zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, ściągana główka trokara w celu szybkiej desuflacji ?

**Odpowiedź 9: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w formularzu cenowym.**

**Pytanie 10:** „Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 2, poz. 9 na: worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z samo rozprężalną obręczą z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce. Pojemność 200 ml o wymiarach: 8,5cmx18,8cm i średnicy trzonu 10 mm?

**Odpowiedź 10: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularza cenowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**


**Pytanie 11:** „Czy Zamawiający dopuści w części 4, poz 2 Worki do zbiórki mocz, spełniające podstawowe wymogi Zamawiającego tj: Worek do zbiórki moczu, zamknięty system 14 - dniowy o pojemności 2000ml, komora kroplowa Pasteur`a, dren łączący min 90cm ze spiralnym zabezpieczeniem antyzafamaniowym, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tylna ścianka w kolorze białym, kranik spustowy zaciskowy, zintegrowany wieszak- z zastawką na wyjściu komory kroplowej i filtrem hydrofobowym?”

**Odpowiedź 11: Zamawiający wskazuje, iż postępowanie nie dotyczy asortymentu opisanego w pytaniu.**

**Pytanie 12:** „Czy Zamawiający dopuści w części 4, poz 4: Hak/zawieszkę kompatybilną z workami oferowanymi w poz 1 o kształcie jak w załączonej grafice?”

**Telefony:**


Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl), e-mail: [szpital@szpital.rybnik.pl](mailto:szpital@szpital.rybnik.pl)

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



**Odpowiedź 12: Zamawiający wskazuje, iż postępowanie nie dotyczy asortymentu opisanego w pytaniu.**

**Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 29.05.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:  
1.aa.

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				