

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**Zestaw do szybkiego przetaczania płynów - 3 sztuki.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I Wymagania ogólne.</b>			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, używany).	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
<b>II Wymagania szczegółowe.</b>			
1.	Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych wielokrotnego użytku, z zawieszka do zawieszenia.	TAK	
2.	Pojemność: 500ml.	TAK	
3.	Przezierna ścianka przednia zapewniająca widoczność płynu.	TAK	
4.	Manometr o zakresie ciśnienia wspomagania przetoczeń min: 0 - 300 mmHg.	TAK, podać	
5.	Kompletna gruszka z zaworem (automatycznym lub regulowanym ręcznie) szybkiej deflacji.	TAK, podać	
6.	Możliwość czyszczenia powszechnie dostępnymi środkami	TAK	
<b>III Wyposażenie.</b>			
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)