

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 3 sztuki

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”)
<b>I.</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE:</b>		
1.	Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2018.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Zasilanie 220÷240 V, 50/60 Hz.	TAK	
6.	Waga max. 8 kg.	podać	
<b>II.</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b>		
1.	Aparat do ogrzewania pacjenta ciepłem suchym, przeznaczone do pracy ciągłej.	TAK	
2.	Cicha praca urządzenia, poziom hałasu max.: 56 dB.	TAK, podać parametr punktowany	
3.	Minimum 4 zakresy temperatur do wyboru przez użytkownika, w tym temperatura otoczenia.	TAK, podać	
4.	Funkcja szybkiego ogrzania pacjenta temperaturą 46°C ±1°C przez min.: 15 minut.	TAK lub NIE, podać parametr punktowany	
5.	Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny i akustyczny wraz z automatycznym wyłączeniem grzałki.	TAK	
6.	Zabezpieczenie termiczne.	TAK	
7.	Prezentacja na wyświetlaczu temperatury i alarmów.	TAK	
8.	Filtr o skuteczności filtracji min.: 0,3 µm.	TAK, podać parametr punktowany	
9.	Licznik lub wskaźnik umieszczony w widocznym miejscu urządzenia, informujący o konieczności wymiany filtra.	TAK	
10.	Giętki przewód grzewczy o długości min. 1,6 m.	TAK	
11.	Podstawa jezdna do aparatu (min 2 koła z hamulcem) z koszykiem na kołdry.	TAK	
12.	Wieszak pozwalający zawiesić urządzenie na ramie łóżka pacjenta.	TAK	
<b>III.</b>	<b>WYPOSAŻENIE:</b>		
1.	Kołdry jednorazowego użytku <b>na</b> całe ciało dla osoby dorosłej, posiadające otwory do podłączenia przewodu grzewczego – 10 sztuk na każde urządzenie.	TAK	
2.	Kołdry jednorazowego użytku <b>pod</b> całe ciało dla osoby dorosłej, posiadające otwory do podłączenia przewodu grzewczego – 10 sztuk na każde urządzenie.	TAK lub NIE, podać parametr punktowany	
<b>IV.</b>	<b>DOKUMENTACJA:</b>		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z każdym urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)