

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Wózek do transportu narzędzi.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I Wymagania ogólne.</b>			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Wózek fabrycznie nowy.	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy).	podać	
<b>II Wymagania szczegółowe.</b>			
1.	Wózek służący do bezpiecznego i łatwego transportu materiałów medycznych sterylnych na terenie szpitala, w całości wykonany z stali nierdzewnej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK	
2.	Cztery koła o średnicy min.: 160 mm, w tym dwa koła z hamulcem. Zestaw odbojników.	TAK	
3.	Pojemność: 6 STU.	TAK	
4.	Minimum dwie półki przestawne.	TAK	
5.	Wnętrze wózka szczelne, bez możliwości gromadzenia się brudu.	TAK	
6.	Drzwiczki dwuskrzydłowe z uszczelką przeciwpylową, zamykane na klucz, zamek dwupunktowy z zintegrowaną klamką. Oba skrzydła osadzone na zawiasach zewnętrznych o kącie otwarcia 270 stopni.	TAK	
7.	Uchwyt do przetaczania wózka.	TAK	
8.	Możliwość czyszczenia powszechnie dostępnymi środkami.	TAK	
<b>III Wyposażenie.</b>			
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)