

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOZETKA – 10 sztuk

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. WYMAGANIA			
1.	Kozetka o konstrukcji stalowej.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego wyrobu.	podać	
4.	Rok produkcji 2018.	TAK	
5.	Wyrób fabrycznie nowy, nieużywany.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
7.	Leże dwusegmentowe, obite materiałem skóropodobnym, zmywalnym.	TAK	
8.	Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> długość z zakresu min.: 180 - 200 cm, szerokość z zakresu 65-70 cm, wysokość z zakresu 65 – 70 cm 	TAK	
9.	Kąt regulacji podglówka, min. zakres: od 0° do 35°.	TAK	
10.	Wieszak na prześcieradło jednorazowe.	TAK	
11.	Dopuszczalne obciążenie: 200 kg.	TAK	
12.	Dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami.	TAK	
II. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim dostarczyć wraz z wyrobem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)