

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Pakiet nr 10 Sterylny zestaw do zabiegów PCNL

Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.

Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.

Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina

Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.

Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.

Opisy zestawu wymagane w języku polskim.

Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min. wym. 150 x 200 cm
- 1 szt. serweta o min. wym. 170 x 300 cm z otworem samoprzylepnym o min. wym. 15 x 20 cm i workiem do zbiórki płynów

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)