

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 Stymulatory jednojamowe

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca i nazwa handlowa	Numer katalogowy
1	Stymulator jednojamowy SSIR	szt.	30						
2	Elektrody do stymulatorów przedsionkowe i komorowe (do wyboru przez Zamawiającego)	szt.	40						
Razem:									

Żywotność stymulatora min. 6 lat (nastawy nominalne)

Zamawiający wymaga:

- dostarczenia w ramach tego pakietu do każdego z 10 zakupionych urządzeń 1 kabla do analizatora (łącznie 3 szt. podczas trwania umowy, na wezwanie Zamawiającego),
 - użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do programowania i analizy śródoperacyjnej,
 - dostarczenia papieru do będącego przedmiotem użyczenia urządzenia do programowania i analizy śródoperacyjnej
- na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach tego pakietu wraz z pierwszą dostawą:

- 15 śrubokrętów do przytwierdzenia elektrody do stymulatora
- 30 zestawów przewodników prostych i zakrzywionych
- 20 urządzeń do wkręcania elektrod
- 10 zaślepek do elektrod
- 10 zaślepek do portów elektrodowych

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 2 Stymulatory dwujamowe

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca i nazwa handlowa	Numer katalogowy
1	Stymulator dwujamowy DDDR podstawowy (SEDR)	szt.	90						
2	Elektrody do stymulatorów przedsionkowe i komorowe (do wyboru przez Zamawiającego)	szt.	220						

Razem:

Żywotność stymulatora min. 6 lat (nastawy nominalne)

Zamawiający wymaga:

- dostarczenia w ramach tego pakietu do każdego z 10 zakupionych urządzeń 1 kabla do analizatora (łącznie 9 szt. podczas trwania umowy, na wezwanie Zamawiającego),
 - użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do programowania i analizy śródoperacyjnej,
 - dostarczenia papieru do będącego przedmiotem użyczenia urządzenia do programowania i analizy śródoperacyjnej
- na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach tego pakietu wraz z pierwszą dostawą:

- 15 śrubokrętów do przytwierdzenia elektrody do stymulatora
- 30 zestawów przewodników prostych i zakrzywionych
- 20 urządzeń do wkręcania elektrod
- 10 zaślepek do elektrod
- 10 zaślepek do portów elektrodowych

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 Kardiowertery jednojamowe

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca i nazwa handlowa	Numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kardiowerter-defibrylator ICD-VR jednojamowy	szt.	20						
2	Elektroda komorowa (defibrylująca)	szt.	25						
Razem:									

Żywotność stymulatora min. 6 lat (nastawy nominalne)

Zamawiający wymaga:

- dostarczenia w ramach tego pakietu do każdego 10 zakupionych urządzeń 1 kabla do analizatora (łącznie 2 szt. podczas trwania umowy, na wezwanie Zamawiającego),
- użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do programowania i analizy śródoperacyjnej,
- dostarczenia papieru do będącego przedmiotem użyczenia urządzenia do programowania i analizy śródoperacyjnej

na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach tego pakietu wraz z pierwszą dostawą:

- 15 śrubokrętów do przytwierdzenia elektrody do stymulatora
- 30 zestawów przewodników prostych i zakrzywionych
- 20 urządzeń do wkręcania elektrod
- 10 zaślepek do elektrod
- 10 zaślepek do portów elektrodowych

Wykonawca oświadcza, że oferowany stymulator posiada następujące parametry użytkowe (należy wpisać słowo: "TAK" lub "NIE" - brak wpisu będzie traktowany jak odpowiedź "NIE"):

	TAK / NIE
automatyczne wyłączenie nieskutecznej terapii ATP	
dostarczenie ATP w trakcie ładowania kondensatorów	
zaprogramowanie strefy FVT w strefie VT lub UF	
dyskryminacja załamek T	
programowanie wektora wykrywania sygnału	
rozpoznawanie zakłóceń powstałych na skutek uszkodzenia elektrody RV	

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 Kardiowertery dwujamowe

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca i nazwa handlowa	Numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kardiowerter-defibrylator ICD-DR dwujamowy	szt.	4						
2	Elektroda komorowa	szt.	5						
3	Elektroda przedsionkowa	szt.	5						
Razem:									

Żywotność stymulatora min. 6 lat (nastawy nominalne)

Zamawiający wymaga:

- dostarczenia w ramach tego pakietu 1 kabla do analizatora (podczas trwania umowy, na wezwanie Zamawiającego),
- użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do programowania i analizy śródoperacyjnej,
- dostarczenia papieru do będącego przedmiotem użyczenia urządzenia do programowania i analizy śródoperacyjnej na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach tego pakietu wraz z pierwszą dostawą:

- 15 śrubokrętów do przytwierdzenia elektrody do stymulatora
- 30 zestawów przewodników prostych i zakrzywionych
- 20 urządzeń do wkręcania elektrod
- 10 zaślepek do elektrod
- 10 zaślepek do portów elektrodowych

Wykonawca oświadcza, że oferowany stymulator posiada następujące parametry użytkowe (należy wpisać słowo: **"TAK"** lub **"NIE"** - brak wpisu będzie traktowany jak odpowiedź "NIE"):

	TAK / NIE
automatyczne wyłączenie nieskutecznej terapii ATP	
dostarczenie ATP w trakcie ładowania kondensatorów	
zaprogramowanie strefy FVT w strefie VT lub UF	
dyskryminacja załamków T	
programowanie wektora wykrywania sygnału	
rozpoznawanie zakłóceń powstałych na skutek uszkodzenia elektrody RV	

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)