

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Otoskop – 1 sztuka

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”)
<b>I.</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE:</b>		
1.	Otoskop fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2018.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
<b>II.</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b>		
1.	Światłowodowy.	TAK	
2.	Oświetlenie 3,5V LED.	TAK	
3.	Zasilanie akumulatorowe.	TAK	
4.	Rękojeść z płynną regulacją natężenia światła.	TAK	
5.	Główka otoskopu z zatrzaskiem bagnetowym do połączenia z rękojeścią.	TAK	
6.	Obrotowa lupka z min.: 3-krotnym powiększeniem.	TAK	
7.	Wbudowany wyrzutnik wzierników.	TAK	
<b>III.</b>	<b>WYPOSAŻENIE:</b>		
1.	Tuba z zestawem wielorazowych wzierników o różnych rozmiarach.	TAK	
2.	Ładowarka.	TAK	
<b>IV.</b>	<b>DOKUMENTACJA:</b>		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)