




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TAM-881/1-PN/93-2018

Rybnik, dnia 04.10.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku” (zamówienie nr TAM-881-PN/93-2018)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 12.09.2018 r., nr 2018/S 175-396453

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: „Czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga dostawy instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej do szybkiego transportu próbek i leków?”

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.

Pytanie 2: „Jeśli wymagana jest dostawa instalacji poczty pneumatycznej prosimy o określenie liczby stacji w instalacji oraz średnicy rurociągów.”

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.

Zapytania od nr 3 do nr 8 dotyczą: Pakiet 1 - Załącznik nr 1.2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem anestezyjologicznym i z wyposażeniem – 1 sztuka

Pytanie 3: „Pkt. I 6 Czy Zamawiający dopuści Zasilanie 230V, 50 Hz oraz zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora podtrzymującego prace aparatu przez min. 90 min w warunkach standardowych?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozwiązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 4: „Pkt. II. 2 Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów z systemem automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 25% O2 ?”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozwiązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 5: „Pkt. II. 4 Czy Zamawiający dopuści przepływ świeżych gazów od 100 ml/min?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288


Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku**
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozwiązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 6: „Pkt. III. 4 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku obejście tlenowe o dużej wydajności w zakresie 25 l/min.- 75 l/min ?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozwiązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 7: „Pkt. VIII. 14 Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością rozbudowy o pomiar głębokości znieczulenia metodą Entropii?”

Odpowiedź 7: Zgodnie ze specyfikacją techniczną Zamawiający wymaga funkcji pomiaru głębokości znieczulenia Entropii i nie rezygnuje z niej. Tym samym nie dopuszcza możliwości rozbudowy.

Pytanie 8: „Pkt. VIII. 16 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prezentacji cyfrowej wskaźnika stresu chirurgicznego SPI z możliwością rozbudowy oprogramowania monitora o prezentację graficzną adekwatności znieczulenia AoA w przyszłości ?”

Odpowiedź 8: Zgodnie ze specyfikacją techniczną Zamawiający wymaga funkcji prezentacji graficznej adekwatności znieczulenia AoA, prezentacji graficznej wskaźnika stresu chirurgicznego SPI i nie rezygnuje z niej. Tym samym nie dopuszcza możliwości rozbudowy.

Wzór umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie 9: „Par. 5 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Zapytanie nr 10 i 11 dotyczy warunków gwarancji i jakości serwisu dla pakietu nr 1 – Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Pytanie 10: „Pkt. 5 – Prosimy o zmianę treści punktu 5 i nadanie mu brzmienia:

>>Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do zamiennie analogiczny element dostawy jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ.<<”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Pytanie 11: „Pkt. 8 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701*



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści punktu 8 poprzez nadanie mu następującej postaci:

>>Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego z umowy.<< ?”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 18.10.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001