



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-1024/1-PN/116-2018

Rybnik, dnia 02.11.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” (zamówienie nr TAM-1024-PN/116-2018)  
Zamówienie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26.10.2018 r., nr 641669-N-2018

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1:** „Dotyczy , załącznik nr 1.3, warunki gwarancji jakości i serwisu, pkt. 3 i 4

*Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym punkcie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do **5 dni roboczych** (bez wymiany części) i do **7 dni roboczych** (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.*

*Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych. W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez zaakceptowanie poniższego zapisu”*

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 1.3, tj. „Warunki gwarancji jakości i serwisu” w tym zakresie.

**Pytanie 2:** „Dotyczy , załącznik nr 1.3, warunki gwarancji jakości i serwisu, pkt. 7

*Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na : << 3 wymiany gwarancyjne istotnego elementu wyłączającego aparat z użytkowania>>.”*

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 1.3, tj. „Warunki gwarancji jakości i serwisu” w tym zakresie.

#### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

**Pytanie 3:** „Dotyczy , załącznik nr 2, wzór umowy, §5, pkt. 1 , ust. A i C

- a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 0,5% wysokości umowy brutto?  
c. Mając na uwadze tzw. **równe traktowanie obu Stron**, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego  
(w wysokości przewidzianej jak dla Wykonawcy), w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.”

**Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.**

**Pytanie 4:** „Dotyczy , załącznik nr 2, wzór umowy, §9, pkt. 1

W związku z tym, że Zamawiający wyznaczył **maksymalną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż 10%** wartości przedmiotu umowy, co przy tego typu zamówieniu stanowi znaczną wartość, prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę, tj. do 5% wartości przedmiotu umowy.”

**Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.**

**Pytanie 5:** „Dotyczy załącznik numer 1.2, specyfikacja techniczna, pkt. D 6:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C bez możliwości wyciągania kratki przeciwróżproszeniowej. W nowoczesnych aparatach rtg ramię C nie ma już potrzeby wyjmowania kratki ponieważ aparat wykorzystuje zaawansowane systemy redukcji dawki promieniowania jonizującego. Dodatkowo oferowany przez Nas aparat posiada specjalny tryb pediatryczny, w których promieniowanie jest jeszcze dodatkowo obniżane i dostosowywane do aktualnego badania”

**Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.**

**Pytanie 6:** „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ, §1 ust. 5

Dot. ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ, pkt. 4

Dotyczy rozdziału II SIWZ

Prosimy o zmianę wyznaczając datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości dni/tygodni od daty podpisania umowy; takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.”

**Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienie w powyższym zakresie.**

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

**Pytanie 7: „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ, §2**

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy zapisu o treści: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespołe, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte :

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.”?

**Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.**

**Pytanie 8: „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ, §2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy zapisu o treści:

„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”?

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis.”

**Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.**

**Pytanie 9: „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ, §5 ust. 1 a) i b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie wysokości kar umownych do 10% wartości umowy netto?

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

*naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną."*

**Odpowiedź 9:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 10:** „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ, §5 ust. 1 a) i b)

*Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu."*

**Odpowiedź 10:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 11:** „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ, §5 ust. 1 a)

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości umowy brutto?"*

**Odpowiedź 11:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 12:** „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ, §5 ust. 1 b)

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości umowy brutto?"*

**Odpowiedź 12:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 13:** „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ, §5 ust. 3

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w punktu zapisu o treści:  
<<Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.>>?"*

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem <<motywującym>> Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy."

**Odpowiedź 13:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 14:** „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 1.3 do SIWZ, pkt. 3 i 4

Czy Zamawiający potwierdza, że poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy?"

**Odpowiedź 14:** Zamawiający potwierdza, iż poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie 15:** „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 1.3 do SIWZ, pkt. 7

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z tysięcy części i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym."

**Odpowiedź 15:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 16:** „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 1.3 do SIWZ, pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w punktu zapisu o treści:

<<Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych>>?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją."

**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 1.3, tj. „Warunki gwarancji jakości i serwisu” w tym zakresie.

**Pytanie 17:** „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 1.1.A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, ust.3, tir.3

Czy Zamawiający potwierdza, że przez <<złożenie wniosku>> rozumie złożenie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wniosku Zamawiającego o wydanie decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg. Odbiór przeprowadza przedstawiciel SPWIS w umówionym terminie w odpowiedzi na ww. wniosek."

**Odpowiedź 17:** Zamawiający potwierdza, że przez złożenie wniosku rozumie złożenie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wniosku Zamawiającego o wydanie decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg. Odbiór przeprowadza przedstawiciel SPWIS w umówionym terminie w odpowiedzi na ww. wniosek.

**Pytanie 18:** „Dot. ZAŁĄCZNIK nr 1.1.A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, ust.3, tir.2

Prosimy o korektę zapisu, gdyż Oddział Higieny Radiacyjnej Dział Laboratoryjny jest w strukturze Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a nie Powiatowej."

**Odpowiedź 18:** Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.1.A – przedmiotowy zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

**Pytanie 19:** „Tabela parametrów technicznych pkt. II.C.1.

Czy Zamawiający potwierdza, że można zaoferować aparat z lampą o nie gorszych parametrach ekspozycji i termiki oraz technologii budowy czyli lampę rtg z wirującą anodą i 2 ogniskami?"

**Odpowiedź 19:** Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

**Pytanie 20:** „Tabela parametrów technicznych pkt. II.C.5.

Proszę o dopuszczenie lampy o szybkości chłodzenia anody 25kHU/min ale w konstrukcji z wirującą anodą. Lampy w tej technologii mają dużo większą pojemność cieplną samej tarczy anody, co powoduje zmniejszenie wydajności dodatkowego układu odprowadzania ciepła.

#### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Lampy z wirującą anodą charakteryzują się możliwością większego obciążania (parametry ekspozycji) i dłuższym czasem ekspozycji w porównaniu z lampami ze stałą anodą."

**Odpowiedź 20:** Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

**Pytanie 21:** „Tabela parametrów technicznych pkt. II.F.3.

Proszę o dopuszczenie aparatu z monitorami o przekątnej 19" i luminancją max 450cd/m<sup>2</sup>.

Aparat rtg z ramieniem C jest urządzeniem diagnostyki obrazowej z możliwością przeglądania obrazu. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 nie ma zdefiniowanego monitora aparatu z ramieniem C - jednak można założyć, że powinien mieć nie gorsze parametry jak monitor przeglądowy do radiologii ogólnej (lub angiografii) opisany w Załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia punkt II.1.2. podpunkt 4 (lub IV.1.2. podpunkt 4): minimalna luminancja: 200 cd/m<sup>2</sup> (dla angiografii 100 cd/m<sup>2</sup>).

**Odpowiedź 21:** Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”.

**Pytanie 22:** „Termin realizacji zamówienia.

Prosimy o zmianę sposobu określenia terminu realizacji zamówienia, z daty 28.11.2018 (data ta jest krótsza niż termin związania ofertą Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu, i w przypadku przedłużania się procedury przetargowej może okazać się trudna lub wręcz niemożliwa do osiągnięcia) na okres w tygodniach od daty zawarcia umowy na zamówienie publiczne."

**Odpowiedź 22:** Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak biorąc pod uwagę termin otwarcia ofert, który ustalony został na dzień 05.11.2018 r. oraz mając na względzie konieczność zachowania zgodności z zasadami opisanymi w art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wnoszenia wadium do dnia 07.11.2018 r. do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala się w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 1.1.A, tj. „Opis przedmiotu zamówienia” – aktualne brzmienie.
2. Zmodyfikowany załącznik nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” – aktualne brzmienie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272