

ZAŁĄCZNIK NR 1

Rybnik, dnia 22.04.2014r.

ZGŁOSZENIE UTRATY WARTOŚCI SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

Nazwa składnika	Ureteroskop <i>prod Olympus</i>
Typ/numer fabryczny	A2942A nr 306564 <i>ST 2940</i>
Miejsce użytkowania	Oddział Urologii
Przyczyna zgłoszenia do likwidacji	Uszkodzony układ optyczny – zamglony obraz, uszkodzony światłowód – pęknięte włókna, zdeformowany tubus. <i>W wyniku ekspertyzy stanu technicznego SB/OWI - 1128/14 Ryb Olympus</i>
Osoba i telefon kontaktowy	Iwona Dyk tel. wew.: 1204

KIEROWNIK DZIAŁU
Sprzętu i Aparatury Medycznej

mgr Iwona Dyk

Podpis i pieczęć

Kierownika komórki zgłaszającej

Kopia:

1. Użytkownik
2. Dział zgłaszający
3. EAG

Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik
52-4228272

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO Nr SB/OWI-1928/14

OPTYKA

Typ: A2942A

nr fabr.: 306564

Nr zlecenia: TAM/105/2014

Data zlecenia: 04.03.2014

W otrzymanym teleskopie stwierdzono następujące usterki:

- Uszkodzenie w układzie optycznym - zamglony obraz
- Uszkodzony światłowód - pęknięte włókna
- Zdeformowany tubus

Optyka w obecnym stanie technicznym nie nadaje się do użytku. Proponujemy dostawę optyki regenerowanej tego samego typu o identycznych parametrach i stanie technicznym zgodnym ze standardem fabrycznym (takim jak optyka fabrycznie nowa) w miejsce uszkodzonej optyki. Warunkiem zakupu optyki regenerowanej za cenę przedstawioną w kontrakcie jest przekazanie uszkodzonej optyki w rozliczeniu, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem.

W załączeniu przesyłamy kontrakt na optykę regenerowaną.

Z poważaniem

Maciej Golebiewski
Inżynier Serwisowy

OLYMPUS

OLYMPUS Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
NIP: 522-16-51-738, Regon: 012330343
Filia
ul. Jagiellońska 103, 85-027 Bydgoszcz
-21-

-21-