



TAM-1188/2018/2-PN/1-2019

Rybnik, dnia 15.01.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup pneumotonometru, kardiomonitora i kardiostymulatora zewnętrznego z wyposażeniem
(zamówienie nr TAM-1188/2018-PN/1-2019)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09.01.2019 r., nr 501309-N-2019

W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści ultralekki (waga z baterią 170g) kardiostymulator zewnętrzny o następujących parametrach:

- Tryby stymulacji: A00, AAI, V00, VVI
- Częstość podstawowa 30 – 180 ppm
- częstość szybkiej stymulacji w zakresie 30 – 720 ppm w tym stymulacja asynchroniczna
- amplituda impulsu 0,3 – 12V
- szerokość impulsu 0,75 ms
- pozostałe parametry zgodne z wymaganymi. A ponadto:
- stymulator ten jest zalecany przez producenta balonów do walwuloplastyki
- bardzo wydajna bateria o czasie pracy do 1000 godzin
- Klasa odporności min IP41, co w znacznym stopniu ułatwia dezynfekcję urządzenia

Akcesoria:

- pasek do mocowania
- zapasowa bateria
- osłona antykontaminacyjna ?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert do dnia 18.01.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272