

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



LAS-118/2-PN/41-2019

Rybnik, dnia 11.04.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2

#### PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy płynów i wyrobów medycznych do wykonywania ciągłych technik nerkozastępczych wraz z  
użyczeniem urządzenia (zamówienie nr LAS-118-PN/41-2019)  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 03.04.2019 r., nr 531979-N-2019

**W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1:** „Dotyczy załącznika nr 1 formularz cenowy poz. 2 oraz 3:

W protokole zabiegu oferowanego przez nas aparatu stosuje się wyrób medyczny - cytrynian sodu o stężeniu 4% (136 mmol/l) w workach o pojemności 1500 ml., czyli łącznej ilości 204 mmol w worku. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie ekwiwalentnej ilości 662 worków powyższego roztworu w każdej pozycji co jest adekwatne wyspecyfikowanej ilości 1500 worków antykoagulantu cytrynianowego 18 mmol/l (0,5%), czyli łącznej ilości 135000 mmol cytrynianu w każdej pozycji.”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Szacunkowa ilość jedn.miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji oraz w jakiej ilości.

**Pytanie 2:** „Dotyczy załącznika nr 1A formularz cenowy poz. 4, 5 i 6:

Protokół zabiegu z antykoagulacją cytrynianową ofertowanego przez nas urządzenia przewiduje wyrównywanie stężeń fosforanów przez zastosowanie do wyboru przez użytkownika płynów dializacyjnych zarówno bezfosforanowych jak i z fizjologiczną zawartością fosforanów 1,25 mmol/l, natomiast nie wykorzystuje w tym celu płynów substytucyjnych zawierających fosforany. Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania we wszystkich wymienionych pozycjach obu wymienionych rodzajów bezwapniowych płynów dializacyjnych (bezfosforanowych lub z fizjologiczną zawartością fosforanów) do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamawiania.”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego oraz z zachowaniem ilości jednostek miary. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego

#### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001



niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 3:** „Dotyczy załącznika nr 1A formularz cenowy poz. 8:

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów z hemofiltrem o pow. 1,4 m<sup>2</sup>.”*

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 4:** „Dotyczy załącznika nr 1A formularz cenowy poz. 9:

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów z hemofiltrem o pow. 1,8 m<sup>2</sup>.”*

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 5:** „Dotyczy załącznika nr 1A formularz cenowy poz. 10:

*Producent oferowanego przez nas urządzenia przewiduje do zastosowania w leczeniu pacjentów septycznych zestawy z hemofiltrem o podwyższonym punktem odcięcia (HCO) do 40-45 kD, natomiast nie oferuje hemofiltrów heparynizowanych. Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiennie powyższych zestawów.”*

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 6:** „Dotyczy załącznika nr 1A formularz cenowy poz. 13:

*Producent oferowanego przez nas urządzenia ze względu na budowę układu drenów nie przewiduje dla potrzeb recyrkulacji żadnego dodatkowego łącznika. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zgodę na nieoferowanie powyższego łącznika.”*

**Odpowiedź 6:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Szacunkowa ilość jedn.miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy (w postaci np. adnotacji „nie dotyczy” ) tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



**Pytanie 7:** „Dotyczy załącznika nr 1.2 charakterystyka aparatów poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie urządzenia skuteczniej utrzymującego ciepłotę pacjenta bez ryzyka hemolizy krwi dzięki podgrzewaniu stosowanych roztworów dializatu i substytutu.”

**Pytanie 8:** „Dotyczy załącznika nr 1.2 charakterystyka aparatów poz. 9:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie urządzenia z hemodiafiltracją cytrynianową w trybie predylucji z racji stosowanego protokołu zabiegu i odpowiedniego składu płynów do terapii.”

**Pytanie 9:** „Dotyczy załącznika nr 1.2 charakterystyka aparatów poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością wprowadzenia danych identyfikacyjnych pacjenta bez jego wagi oraz Ht (względny RODO).”

**Pytanie 10:** „Dotyczy załącznika nr 1.2 charakterystyka aparatów poz. 11:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie urządzenia bez automatycznej identyfikacji założonego filtra.”

**Pytanie 11:** „Dotyczy załącznika nr 1.2 charakterystyka aparatów poz. 11:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie zestawów o objętości krwi w drenach i hemofiltrze do 300 ml

**Odpowiedź 7-11:** Zamawiający modyfikuje zał. 1.2 Charakterystyka aparatów do wykonywania ciągłych technik nerkozastępczych – zaktualizowana wersja załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma i uwzględnia odpowiedź na pytania. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

**Pytanie 12:** Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy § 11 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie przerwy w funkcjonowaniu aparatu do maksymalnie 72 godzin w dni robocze w związku z możliwą koniecznością sprowadzenia niezbędnej części zamiennej. Zawarty we wzorze wymóg jest nierealistyczny i wymuszałby stworzenie w miejscu zamieszkania inżyniera serwisu kompletnego magazynu części.”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający nie zmienia wymagań w zakresie opisanym w pytaniu.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert zmieniony modyfikacją 1 do dnia 17.04.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Załącznik:

1. Charakterystyka aparatów do wykonywania ciągłych technik nerkozastępczych – wersja zmodyfikowana.

Egz.:

1. strona internetowa.

2. aa.

---

**Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---