

TAM-209/1-PN/42-2019

Rybnik, dnia 16.04.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup narzędzi urologicznych (zamówienie nr TAM-209-PN/42-2019)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 09.04.2019 r., pod nr 534459-N-2019

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pyt. 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Ureteroskop o kącie patrzenia 6° , końcu dystalnym 8 Fr i łagodnym przejściu do rozmiaru 9,8 Fr w końcówce dystalnej, dł. robocza 430 mm, kanał roboczy 6 Fr, z rozbieralnymi kranikami typu Luer? W zestawie : demontowalny łącznik do kanału roboczego, zapasowe uszczelki (10 szt.)”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2: „Pyt. 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Ureteroskop o kącie patrzenia 6° , końcu dystalnym 6,5 Fr i łagodnym przejściu do rozmiaru 7 Fr w końcówce dystalnej, dł. robocza 430 mm, kanał roboczy 4,8 Fr, z rozbieralnymi kranikami typu Luer? W zestawie : demontowalny łącznik do kanału roboczego, zapasowe uszczelki (10 szt.)”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem dostawy 56 dni od daty zawarcia umowy?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

032 42-91-288

Fax: 032 42-28-272



Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia zapisów pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację we wzorze umowy § 5 pkt. 1 ppkt. a) na następujące brzmienie:

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości **0,5%** wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia?”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 5: „Pytanie dotyczące zapisów SIWZ – rozdział VIII pkt a podpunkt 3: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji czy do oferty przetargowej Wykonawca winien załączyć projekt umowy?

uwagi: formularz ofertowy zawiera oświadczenie akceptujące warunki umowy”

Odpowiedź 5: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył załączniki, które zostały wymienione na końcu treści formularza oferty.

Pytanie 6: „Pytanie dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz warunków gwarancji (załącznik nr 1.2) punkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 12 dni roboczych ?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu usunięcia usterki.

Pytanie 7: „Pytanie dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz warunków gwarancji (załącznik nr 1.2) punkt 5:

Celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 5 prosimy o potwierdzenie, że wymiana na koszt Wykonawcy dotyczy tych elementów, które zostały zakwalifikowane przez serwis jako podlegające naprawie/ wymianie uznanej za gwarancyjną?

Wymiana może dotyczyć naprawy, która może być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy”

Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, iż punkt 5 załącznika nr 1.2 dotyczy akcesoriów zużywalnych, których uszkodzenie bądź zużycie nie było następstwem nieprawidłowego użytkowania lub działania celowego.

Pytanie 8: „Pytanie dotyczące zapisów umowy par. 5 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ?”

Odpowiedź 8: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie nr 4.

Pytanie 9: „Pytanie dotyczące zapisów umowy par. 5 punkt b: Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, który zapewni ciągłość pracy, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych ?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

032 42-91-288

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Odpowiedź 9: Zamawiający modyfikuje brzmienie § 5.1.b) na następujące:

„1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: (...)

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji określonej w § 3 ust. 2 umowy lub w przypadku opóźnienia w wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z warunków gwarancji jakości i serwisu – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień (za wyjątkiem sytuacji, gdy wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt zastępczy zapewniający ciągłość pracy).”

Pytanie 10: „Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia do pozycji 1 narzędzi urologiczne.

Czy Zamawiający w punkcie 1 ureterorenoskop nr WA29042B - 5 sztuk wymaga dostarczenia każdego oferowanego urządzenia wraz z kontenerem do sterylizacji ?”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia zapisów pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 18.04.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

032 42-91-288

Fax: 032 42-28-272