



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



DIS-5/1-PN/49-2019

Rybnik, dnia 25.04.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup stacji przeglądowych

(zamówienie nr DIS-5-PN/49-2019)

zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską Nr POIS.09.01.00-00-0235/17

w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.04.2019 r., nr 539651-N-2019

W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podaną modyfikację.

**Pytanie 1: „Pyt. I. Dot. Załącznik. 1.2 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STACJE PRZEGLĄDOWE (11 SZT.) Z MONITORAMI PRZEGLĄDOWYMI - Pkt. 6. Monitor stacji przeglądowej”**

*Czy Zamawiający dopuści monitory z kątami widzenia 178 stopni, co jest parametrem wyższym i lepszym niż wymagane 176 stopni? Pozwoli to zaoferować monitory medyczne renomowanego producenta o najwyższej możliwej jakości na rynku.*

*Czy Zamawiający dopuści monitory z kontrastem rzędu 1500:1, co jest parametrem wyższym i lepszym niż wymagane 1000:1? Pozwoli to zaoferować monitory medyczne renomowanego producenta o najwyższej możliwej jakości na rynku.*

*Alternatywnie prosimy Zamawiającego o dodanie w przypadku powyższych dwóch parametrów wartości wymaganej określonej jako „minimum” (np. min. 176 stopni; min. 1000:1).”*

**Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, tj. dopuszcza monitory z kątami widzenia 178 stopni oraz monitory z kontrastem 1500:1 - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w zał. nr 1.2 „Specyfikacja techniczna” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 29.04.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

**Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272