



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



DO-90/1-PN/70-2019

Rybnik, dnia 12.07.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup 1 szt. pojazdu do transportu sanitarnego z wyposażeniem przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku  
(zamówienie nr DO-90-PN/70-2019)  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 05.07.2019 r., nr 569919-N-2019

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1:** „Dotyczy punktu 6. Zgodne z wymogami aktualnej normy 1789:2007+A2:2015 ambulans do przewozu więcej niż 4 osób powinien posiadać przedział medyczny o wysokości 1750mm. Wnosimy o zmianę maksymalnej wysokości ambulansu na 2750mm.”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie 2:** „Czy zamawiający dopuści ambulans wyposażony w dwa seryjne kluczyki do ambulans?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie 3:** „Czy w związku krótkim terminem realizacji a szerokim zakresem wyposażenia bazowego, zamawiający wydłuży termin realizacji do 90 dni. Podyktowane jest to czasem oczekiwania na pojazd bazowy skonfigurowany bezpośrednio pod zamawiającego?”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.

**Pytanie 4:** „Czy zamawiający dopuści samochód bazowy zgodny z PN EN 1789 wyposażony w kolumnę kierownicy regulowaną w jednej płaszczyźnie?”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**Pytanie 5:** „Dotyczy punktu 25. Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy nie wyposażony w skórzaną kierownicę i skórzaną gałkę zmiany biegów.”

**Odpowiedź 5:** Zamawiając nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie 6:** „Dotyczy punktu 34. Prosimy o dopuszczenie ambulansu bez systemu FPS który montowany jest tylko w pojazdach marki Fiat i wskazuje na konkretnego producenta pojazdu bazowego.”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez ambulans systemu FPS.

**Pytanie 7:** „Dotyczy punktu 100. Czy zamawiający dla obniżenia kosztów dopuści ambulans bez dodatkowych sygnałów pneumatycznych? Pragniemy zwrócić uwagę, że jest to ambulans transportowy typu A2.”

**Pytanie 8:** „Dotyczy punktu 103. Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 wyposażony w dwie lampy pulsacyjne koloru niebieskie zamontowane na wysokości pasa przedniego bez dodatkowych lamp pulsacyjnych w przednich błotnikach, tylnych błotnikach, które nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 a tylko zwiększają koszt ambulansu.”

**Pytanie 9:** „Dotyczy punktu 104 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez dodatkowych lamp pulsacyjnych koloru pomarańczowego stanowiących dodatkowe kierunkowskazy? Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 a tylko zwiększają koszt ambulansu.”

**Pytanie 10:** „Dotyczy punktu 105 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez dodatkowych kierunkowskazów na wewnętrznej stronie drzwi? Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 a tylko zwiększają koszt ambulansu.”

**Pytanie 11:** „Dotyczy punktu 106 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez dodatkowych lamp roboczych na tylnej krawędzi dachu ze zintegrowanymi światłami kierunkowskazów? Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 dla ambulansów transportowych i tylko zwiększają koszt ambulansu.”

**Pytanie 12:** „Dotyczy punktu 107 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez dodatkowych lamp roboczych LED na bocznych krawędziach dachu do oświetlania terenu w obrębie ambulansu? Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 dla ambulansów transportowych i tylko zwiększają koszt ambulansu.”

**Odpowiedź 7-12:** Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie w związku ze szczególnym przeznaczeniem zamawianego pojazdu.

**Pytanie 13:** „Dotyczy punktu 108 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 wyposażony w podłogę pokrytą wzmocnioną, wodoodporną sklejką pokrytą powłoką

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



PCV połączoną szczelnie ze ścianami bocznymi w sposób uniemożliwiający przedostanie wody?”

**Odpowiedź 13:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 14:** „Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści ambulans zgodny z PN EN 1789:2007+A2:2015 w konfiguracji:

- kabina kierowcy trzyosobowa
- w drugim rzędzie trzy fotele w tym dwa stałe i jeden składany, obrotowy
- w trzecim rzędzie fotel składany obrotowy na ścianie prawej
- w czwartym rzędzie fotel składany obrotowy na ścianie prawej, system do montażu wózka inwalidzkiego,
- na ścianie lewej zestaw szafek wykonanych z ABS z miejscem na butle tlenowe i sprzęt medyczny, instalacja tlenowa, instalacja 12V, instalacja 230V
- podstawa pod nosze zamontowana po lewej stronie na wysokości trzeciego i czwartego rzędu na stałe do podłogi.
- rampa najazdowa dla wózka inwalidzkiego w tylnej części nadwozia..”

**Odpowiedź 14:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, poza dopuszczeniem podstawy pod nosze zamontowane po lewej stronie na wysokości trzeciego i czwartego rzędu na stałe do podłogi w tym zakresie Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu, stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 15:** „Prosimy o podanie przybliżonego rocznego przebiegu dla ambulansu.”

**Odpowiedź 20:** Zamawiający informuje, że roczny przebieg dla ambulansu będzie wynosił ok. 100 tys. km.

**Pytanie 16:** „Prosimy o wydłużenie maksymalnego czasu naprawy gwarancyjnej do 14 dni. Związane jest to z tym, że nie wszystkie części mechaniczne serwis posiada w

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701*



*magazynie.”*

**Odpowiedź 16: Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.**

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 17.07.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

**Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272