



LAS-215/1-PN/71-2019

Rybnik, dnia 06.08.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

**dostawa środków chemicznych wraz z dzierżawą myjni endoskopowej  
i obsługą serwisową (zamówienie nr LAS-215-PN/71-2019)**  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
z dnia 31.07.2019 r., pod nr 579728-N-2019

**W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę dzierżawy automatycznej myjni endoskopowej posiadającej komorę do reprocessowania jednego endoskopu (eliminuje to ryzyko krzyżowej kontaminacji endoskopów), o bardzo krótkim czasie pełnego cyklu mycia i dezynfekcji - 22 minuty, co zapewnia reprocessowanie dwóch endoskopów w czasie 44 minut, dając jednocześnie możliwość użycia pierwszego endoskopu już po 22 minutach?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający wymaga zaferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – nie dopuszcza zaferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

**Pytanie nr 2:** „Czy Zamawiający dopuści do oceny zamiast soli tabletkowanej płynny preparat odkamieniający, kompatybilny z myjnią, w ilości wystarczającej na przeprowadzenie 80 cykli/miesiąc?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Przedmiot zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie nr 3:** „Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 5: Ze względu na technologię naprawy myjni i konieczność przeprowadzenia testów po jej naprawie oraz na czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych, wnosimy o wydłużenie dopuszczalnej przerwy w funkcjonowaniu przedmiotu dzierżawy związanej z jego naprawą do 72 godzin w dni robocze, w pozostałych przypadkach wyłączenia z funkcjonowania do 24 godzin w dni robocze?”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację zapisu paragraf 7, ustęp 5 wzoru umowy. Umowa zostanie zmodyfikowana o powyższe w momencie podpisywania umowy z wybranym wykonawcą.

**Pytanie nr 4:** „Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 6: Czy Zamawiający w §7 ust. 6 wyrazi zgodę na modyfikację istniejącego zapisu, na zapis następującej treści: „Czas reakcji serwisu wynosi 72 godzin w dni robocze.”?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**Odpowiedź 4:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację zapisu paragraf 7, ustęp 6 wzoru umowy. Umowa zostanie zmodyfikowana o powyższe w momencie podpisywania umowy z wybranym wykonawcą.

**Pytanie nr 5:** „Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 9, ustęp 4: Czy Zamawiający w §9 ust. 4 wyrazi zgodę na modyfikację istniejącego zapisu, na zapis następującej treści: „W przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu przedmiotu dzierżawy ponad 72 godziny (liczony w dniach roboczych) – za każdą rozpoczętą dobę Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 200 zł. Powyższa kwota wzrasta 2-krotnie w przypadku liczby ww. przerw większej niż 2 w danym miesiącu i obowiązuje w okresie kolejnych 30 dni od daty ostatniej przerwy uzasadniającej zastosowania wzrostu.””

**Odpowiedź 5:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie nr 6:** „Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 9, ustęp 5: Czy Zamawiający w §9 ust. 5 wyrazi zgodę zmniejszenie wysokości podanej kary umownej z 200,00 zł na 100 zł?”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie nr 7:** „Dotyczy zapisów SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyposażenia (sól tabletkowa), które nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 8:** „Dotyczy zapisów SIWZ rozdział IV, punkt 3.2, podpunkt 3.2.1 i 3.2.2 oraz formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), punkt 3: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23% - sól tabletkowa) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział IV, punkt 3.2, podpunkt 3.2.1 i 3.2.2 oraz formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), punkt 3? Dla takiego asortymentu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 08.08.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:

- 1.strona internetowa,
- 2.aa.

**Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272