



LAS-304/2-PN/102-2019

Rybnik, dnia 11.10.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych**  
(zamówienie nr **LAS-304-PN/102-2019**)

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 02.10.2019 r., nr 604615-N-2019

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. nr 1 dopuści koncentrat do dezynfekcji urządzeń i systemów ssących, nie pieniących się, o szerokim spektrum mikrobójczym: bakterie w tym MRSA, prątki (*M. tuberculosis*, grzyby (*B. albicans*), wirusy otoczkowe (HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) i wysokiej tolerancji materiałowej; na bazie amin i czwartorzędowych związków amonowych, bez zawartości aldehydów i fenolu, stężenie od 2% w 15 minut, prątki 4% w 60 minut, zgodny z normą EN 14885 op. butelka a 1 l z dozownikiem?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. nr 1 dopuści gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów, ekranów, monitorów systemów infuzyjnych, do głowic USG oraz w pionie żywieniowym, oparty o czwartorzędowe związki amoniowe i aminę; bez zawartości aldehydów fenoli, spektrum działania: do 1 min. na bakterie (w tym MRSA), grzyby (*C.albicans*), wirusy (HIV, HBV, HCV, Waccinia, BVDV, wirus grypy, *Hermes simplex*, Ebola) oraz w czasie do 5min, na *Tbc (M. terre)* konfekcjonowany w op. 1l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 3:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 9 poz. 1, wyrobu medycznego Granudacyn - wodny roztwór nadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 250ml z atomizerem. Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.”

**Pytanie 4:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 9 poz. 2, wyrobu medycznego Granudacyn - wodny roztwór nadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 500 ml. Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.”

#### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

**Pytanie 5:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 9 poz. 3 , wyrobu medycznego Granudacyn - wodny roztwór ponadtlenny o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 1000 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań . Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.”

**Pytanie 6:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 9 poz. 2 , wyrobu medycznego Granudacyn - żel ponadtlenny o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 250 g . Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu”

**Odpowiedź 3-6:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Dodatkowo Zamawiający, informuje, że zmodyfikowany został zał. Nr 1.1. Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 9. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

**Pytanie 7:** „**Pakiet 3 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B –En 13727, F(c. albicans)- En 13624, V(DVV/ Rki: BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta, możliwość poszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) – 14348 w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz pianowy z odpowiednim przeliczeniem”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 8:** „**Pakiet 3 pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, niskoalkoholowy preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie, wykazuje właściwości myjące, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty (w warunkach niskiego obciążenia). Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B – En 13727, F (c. albicans) – En 13624, V(DVV/rki: BVDV, Vaccinia,) V(noro, rota) EN - 14476 – 1 minuta, Tbc( m.terrae) EN 14348 – 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 1L ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem.”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 9:** „**Pakiet 5 pozycja 1 i 2** – Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania normy PN EN 1499:2000. Norma ta dotyczy badania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, natomiast Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga preparatu do higienicznego mycia rąk – nie wymaga produktu do dezynfekcji.”

**Odpowiedź 9:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 10:** „**Pakiet 5 pozycja 1-** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia kosmetyk myjący, łagodna emulsja do częstego higienicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów pacjenta. Produkt na bazie syntetycznych środków powierzchniowo czynnych. Produkt nie zawiera mydła, nie zawiera parabenów, nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Emulsja odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej, zawiera składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących, pH neutralne dla skóry. Produkt przebadany dermatologicznie, o pH ok 5 w 20 °C. Postać – płyn, kosmetyk, opakowanie 500 ml.”

**Odpowiedź 10:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 11:** „**Pakiet 5 pozycja 2-** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia kosmetyk myjący, łagodna emulsja do częstego higienicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów pacjenta. Produkt na bazie syntetycznych środków powierzchniowo czynnych. Produkt nie zawiera mydła, nie zawiera parabenów, nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Emulsja odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej, zawiera składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących, pH neutralne dla skóry. Produkt przebadany dermatologicznie, o pH ok 5 w 20 °C. Postać – płyn, kosmetyk, opakowanie 5L”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 12:** „**Pakiet nr 3 poz. 1** ,Czy Zamawiający dopuści preparat ze spryskiwaczem w postaci piany do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych min. unity stomatologiczne, inkubatory, stetoskopy i inne urządzenia medyczne, we wszelkich obszarach medycznych, kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, ze szkłem, powierzchniami drewnianymi, akrylem, plexi ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem, materiałami nierdzewnymi, gumą na bazie chlorku didecyldimetyloamoniowego, chlorku benzalkoniowego i aminy w pianie , bez zawartości alkoholi, dopuszczony do dezynfekcji inkubatorów, zabawek, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych, głowic usg posiadający pełne działanie wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 w czasie 1 min w opakowaniu a 750ml będący wyrobem medycznym klasy IIa?”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Dodatkowo Zamawiający, informuje, że zmodyfikowany został zał. Nr 1.1. Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 3. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

**Pytanie 13:** „**Pakiet nr 7, poz. 5:** W związku z wycofaniem przez producenta adaptera instalacyjnego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu Prontosan roztwór w op. 1 L bez adaptera, spełniającego pozostałe warunki SIWZ.”

**Odpowiedź 13:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Dodatkowo Zamawiający, informuje, że zmodyfikowany został zał. Nr 1.1. Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 7. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

**Pytanie 14:** „**Dotyczy Pakietu nr 3.** Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowy preparat oparty o IV-rzędowe związki amonowe, pochodnej biguanidyny i aminopropylododecyloaminy, o skuteczności bójczej wobec Bakterii (w tym MRSA), grzyby (*C. albicans*), wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie 5 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc i Papova?”

**Odpowiedź 14:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 15 oraz 16 dotyczy Pakietu nr 5:**

**Pytanie 15:** „Poz. 1 i 2: Czy Zamawiający oczekuje mydła, które jest bezpieczne w stosowaniu na oddziałach noworodkowych i posiadające potwierdzenie producenta o bezpiecznym stosowaniu w pieluszkowym zapaleniu skóry i przy odleżynach?”

**Odpowiedź 15:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym - dopuszcza zaoferowanie preparatu o parametrach wskazanych w pytaniu.

**Pytanie 16:** „Poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści mydło o pH zbliżonym do neutralnego ok 4-6, spełniające wszystkie pozostałe wymagania?”

**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym - dopuszcza zaferowanie preparatu o parametrach wskazanych w pytaniu.

**Pytanie 17:** „*Dotyczy Pakietu nr 6. Poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie aktywnego tlenu, zawierający czwartorzędowe związki amonowe, o pH zbliżonym do wymaganego tj. 8,6; wykazujący działanie już w 0,5% w czasie 15 min., w opakowaniach 1kg, każde wyposażone w miarkę dozującą, z możliwością przeliczenia zapotrzebowania?*”

**Odpowiedź 14:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Dodatkowo Zamawiający, informuje, że zmodyfikowany został zał. Nr 1.1. Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 6. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Zamawiający poza modyfikacjami dokonanymi w odpowiedziach na ww. pytania modyfikuje treść załącznika nr 1.1 w zakresie pozostałych pakietów tj. pakietów nr 1, 2, 4, 5, 8.

**Zamawiający modyfikuje zapis** dotyczący wymagań w zakresie dokumentów dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego, **zgodnie z zapisem pkt. IV.3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia** jak niżej:

„3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego należy:

3.1. (...),

3.2 **na wezwanie zamawiającego** (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

- Zamawiający wymaga przedłożenia wyników badań potwierdzających deklarowane spektrum (dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 poz.1-3).
- Zamawiający wymaga przedłożenia wyników badań potwierdzających zgodność z normą EN PN, wg formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1.1 do specyfikacji w zakresie pakietu nr 5 (dotyczy pakietu nr 5).”

Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie użyczenia dozowników ściennych dla pakietu nr 5. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 3 stanowi załączniki nr 2 do niniejszego pisma.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert zmodyfikowany pismem z dnia 08.10.2019 r i wyznaczony do dnia 18.10.2019 r do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Załącznik:

1. Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 1-9 – wzór załącznika nr 1.1. do specyfikacji - po modyfikacji.
2. Wzór umowy – wg załącznika nr 3 do specyfikacji – po modyfikacji.