

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
DOSTAWA KOLPOSKOPU**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE:</b>		
1.	Kolposkop optyczny, fabrycznie nowy (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondukcjonowany, używany).	TAK	
2.	Rok produkcji kolposkopu – 2014.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Oświetlenie halogenowe lub LED o ciepłej barwie.	TAK, podać	
7.	Głowica mikroskopu stereoskopowa. Liczba powiększeń min. 3.	TAK, podać	
8.	Typ optyki: apochromatyczna	TAK	
9.	Osiągane powiększenia:* 4-4,25x; 6-7,1x; 10-11,4x	TAK, podać	
10.	Średnice pola widzenia:* 42-51 mm; 25-30 mm; 15-19 mm.	TAK, podać	
11.	Zakres głębi ostrości min. do: 20 mm	TAK, podać	
12.	Regulacja mikro w obiektywie, bez konieczności przesuwu głowicy – zakres regulacji min 12 mm	TAK, podać	
13.	Obiektyw stereoskopowy, ogniskowa f=250 mm lub f-300 mm	TAK, podać	
14.	Okulary stereoskopowe o powiększeniu: 10x lub 12,5x	TAK, podać	
15.	Regulacja dioptryjna na obu okularach, min zakres +/- 5 dioptrii.	TAK, podać	
16.	Wbudowany filtr zielony	TAK	
17.	Regulacja natężenia światła	TAK	
18.	Binokular o stałym kącie nachylenia 45°.	TAK	
19.	Wykonywanie badań z ustawienia podstawy jezdnej kolposkopu poza obszarem działania operatora (poza kolanami operatora). Ruchomość poszczególnych części kolposkopu zapewniająca odpowiednie ustawienie ramion podstawy i pochyleń głowicy kolposkopu.	TAK	
20.	Podstawa jezdna, min 2 koła z hamulcami.	TAK, podać	
21.	Pokrowiec.	TAK	
22.	Możliwość rozbudowy kolposkopu o podzielnik obrazu z kamerą, dostępna w dniu składania oferty.	TAK	
23.	Możliwość rozbudowy o program do archiwizacji, dostępna w dniu składania oferty.	TAK	

II.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

\* - spełnieniem wymagań zamawiającego będzie zaoferowanie asortymentu charakteryzującego się co najmniej jedną (dowolną) wartością z podanego przedziału.

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)