

SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 2

Łóżeczko rehabilitacyjne z wyposażeniem – 3 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Łóżeczko rehabilitacyjne z wyposażeniem, przeznaczone głównie dla dzieci.	TAK	
2.	Łóżeczko fabrycznie nowe, rok produkcji – 2020.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
7.	Autoryzowany serwis na terenie Polski.	TAK, podać	
8.	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące .	TAK podać	
9.	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.	TAK	
II.	PARAMETRY I WYPOSAŻENIE:		
1.	Metalowa konstrukcja łóżeczka lakierowana proszkowo.	TAK	
2.	Łóżeczko wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.	TAK	
3.	Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do około 60° (+/- 5°) .	TAK, podać	
4.	Długość całkowita około: 160 cm (+/- 2 cm) . Szerokość całkowita około 76 cm (+/- 2 cm) .	TAK, podać	
5.	Łóżeczko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Blokadki zintegrowane z poręczami bocznymi.	TAK	
6.	Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie min. 92-130 cm .	TAK, podać	
7.	Leże łóżeczka dwusegmentowe.	TAK	
8.	Regulacja leża systemem zaczepowym.	TAK	
9.	Regulacja wysokości w zakresie min. 52 – 80 cm .	TAK, podać	
10.	Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga.	TAK	
11.	Materac dopasowany do wymiarów leża.	TAK	
12.	Cztery kółka o dużej średnicy ułatwiające manewrowanie łóżeczkiem, w tym min. dwa z hamulcami.	TAK	
13.	Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • Stojak kroplówki – 3 szt. • Ramka do karty gorączkowej – 3 szt. • Podwójna rama wyciągowa – 1 szt. 	TAK	
14.	Możliwość wyboru kolorystyki łóżeczka.	TAK	
15.	Panel ozdobny na barierkach bocznych (do wyboru kolor i grafika).	TAK	

III	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)