



TAM-971/1-PN/88-2020

Rybnik, dnia 30.10.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**dzierżawę endoskopów**

- postępowanie: **TAM-971-PN/88-2020**

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych

z dnia 26.10.2020 r., nr 601918-N-2020

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1:** „Dotyczy opisu sposobu przygotowania ofert oraz miejsca składania ofert: Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty / uzupełnień / wyjaśnień / oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej.”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków w tym zakresie z uwagi na brak możliwości technicznych. Zamawiający informuje, że obecność podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa jak również nie jest wymagane złożenie oferty osobiście. Po otwarciu ofert zgodnie z zapisami pkt V specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dopuszczona droga elektroniczna, tj. wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, jej zmiany i wycofania, oraz wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, w tym: na przedłużony okres związania ofertą (jeśli jest wymagane).

**Pytanie 2:** „Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 1, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w podpunkcie c) do 5 dni roboczych?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych. W związku z powyższym zamawiający zmienia brzmienie §3 ust. 1 c) na:

**„c) udostępnienie sprawnego analogicznego urządzenia zastępczego na czas naprawy, przeglądu lub innej usługi serwisowej. Dostawa sprawnego analogicznego endoskopu zastępczego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przez serwis Wykonawcy pisemnej informacji od Użytkownika o dostarczeniu urządzenia zastępczego.”**

W związku z powyższym zmianie ulegają także zapisy §6 ust. 3 na następujące:

#### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

**„ 3. W przypadku przekroczenia dostawy urządzenia zastępczego ponad 3 dni robocze – za każdą rozpoczętą dobę Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 zł. Powyższa kwota wzrasta 3-krotnie w przypadku przekroczenia powyżej 5 dni.”**

**Pytanie 3:** „Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w ustępie 3 do 200,00 zł”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert **do dnia 03.11.2020 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.