

LAS-266/1-PN/76-2020

Rybnik, dnia 03.11.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki

(zamówienie nr **LAS-266-PN/76-2020**)

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 28.10.2020 r., nr 599827-N-2020

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pytanie do postępowania: LAS-266-PN/76-2020 zad 7. Czy Zamawiający dopuści **przewodnik** do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, iFR)? Użyty przez Zamawiającego opis-nazwa „cewnik lub mikrocewnik” nie istnieje na rynku (nie ma cewnika / mikrocewnika do badań iFR).”
Pozostałe cechy techniczne bez zmian.”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2: „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości składania ofert w postępowaniu LAS-266-PN/76-2020 za pomocą platformy elektronicznej / lub inną drogą elektroniczną z racji ograniczeń powstałych na skutek pandemii koronawirusa a dotyczących ograniczonych możliwości wykonywania pracy, co znacznie utrudnia proces składania ofert drogą tradycyjną (za pomocą poczty tradycyjnej/kuriera).”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków w tym zakresie z uwagi na brak możliwości technicznych. Zamawiający informuje, że obecność podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa jak również nie jest wymagane złożenie oferty osobiście. Po otwarciu ofert zgodnie z zapisami pkt V specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dopuszczona droga elektroniczna tj. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, jej zmiany i wycofania, oraz wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, w tym: na przedłużony okres związania ofertą (jeśli jest wymagane).

Zapytanie od nr 3 do nr 6 dotyczy: „Dot. Pakietu nr 10, poz. 1-3 oraz 5. Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie:

Pytanie 3: „W pozycji nr 1 pakietu nr 10 - przewodników o długości 260cm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.”

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. asortymentu. Zamawiający zaznacza, że długość 260 cm zawiera się w przedziale 260-300cm.

Pytanie 4: „W pozycji nr 2 pakietu nr 10 - rampy trójdrożnej wysokociśnieniowej o wytrzymałości do 500Psi i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.”

Odpowiedź 4: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5: „W Pozycji nr 3 pakietu nr 10 – przewodników o długości 180cm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.”

Odpowiedź 5: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6: „W pozycji nr 5 pakietu nr 10 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki y-connector wymaga – typu push click czy typu push pull”

Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastawki typu push click i push pull.

Pytanie 7: „Pytanie do postępowania: LAS-266-PN/76-2020 zad 7.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przewodniki/cewniki do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR):

- umożliwiały pomiar wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnień bez użycia adenozyliny iFR,

- dawały możliwość wykonywania oceny istotności zwężeń „tandemowych” (pull back) bez ciągłego dożylnego wlewu leku wywołującego hyperemię,”

Odpowiedź 7: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8: „Pytanie do pakietu 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie do oceny wewnątrznaczyniowej głowicy ultradźwiękowej (IVUS) w postaci cewnika o długości roboczej 135 cm.

Reszta Parametrów bez zmian.”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 9: „Pytanie do pakietu 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie do oceny cewnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, DFR gdzie DFR – Diastolic hyperemia-Free ratio .

Oblicza rozkurczową część cyklu serca w spoczynku. DFR używa odcięcia 0.89 i jest numerycznie identyczny jak iFR.). Reszta parametrów bez zmian.”

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Zapytanie od nr 10 do nr 18 dotyczą wzoru umowy

Pytanie 10: „Do §1 ust. 3 wzoru umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust. 3 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?”

Pytanie 11: „Do §2 ust. 6 wzoru umowy: Prosimy o dodanie do §2 ust. 8 wzoru umowy słów zgodnych z art. 552 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”. Jednocześnie prosimy o wykreślenie z §2 ust. 8 wzoru umowy słów o możliwości nałożenia na Wykonawcę kary umownej, gdyż wcześniejsze zapisy zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia kosztów wynikających z różnicy cen i transportu”

Pytanie 12: „Do §4 ust. 1 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §4 ust. 1 wzoru umowy słów : „(...) , chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze bądź w przypadku gdy jednorazowo dostarczany będzie asortyment będący przedmiotem różnych umów zawartych z Zamawiającym).”

Pytanie 13: „Do §5 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §5 ust. 1 wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za ewentualne opóźnienie dostawy lub realizacji reklamacji lub odmowę zrealizowania dostawy w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia dziennie oraz dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”?”

Pytanie 14: „Do §5 ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za podzielenie dostawy do wysokości 50,00 zł za każdy przypadek takiego uchybienia, bądź, w przypadku nieuwzględnienia sugestii Wykonawcy dotyczących brzmienia §4 ust. 1 wzoru umowy, usunie z treści umowy §5 ust. 3 w całości?”

Pytanie 15: „Do §5 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny.”.

Pytanie 16: „Do §5 ust. 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §5 ust. 5 wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej przy odstąpieniu od umowy w wysokości 10%, ale liczonej od wartości NIEZREALIZOWANEJ części umowy?”

Pytanie 17: „Do §10 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie zapisów §10 ust. 4 ze wzoru umowy jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.”

Pytanie 18: „Do §12 ust. 2 wzoru umowy: W treści wzoru umowy, w §12 ust. 2 po lit. f prosimy o dodanie lit. g, h oraz i w brzmieniu:

„g) okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,

h) wystąpienia dekonjunkury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,

i) wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub części.””

Odpowiedź 10-18: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 19: „Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1** stenty uwalniające lek o nieznacznie zmienionych parametrach: stenty uwalniające lek - sirolimus, bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanym w czasopiśmie impaktowanym – LANCET wynikami randomizowanego badania klinicznego TALENT na grupie 1 435 pacjentów , 1 roczna obserwacja, dwu letnie wyniki prezentowane na TCT 2019?”

Odpowiedź 19: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 20: „Pakiet 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny stentu hybrydowego posiadającego nierandomizowane badania na grupie ponad 400 osób.”

Odpowiedź 20: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 06.11.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272