



TAM-1236/1-PN/110-2020

Rybnik, dnia 02.12.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**zakup stołu zabiegowo-operacyjnego z blatem jednoczęściowym  
do zabiegów kardiologicznych z wyposażeniem  
(zamówienie nr TAM-1236-PN/110-2020)  
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
z dnia 30.11.2020 r., nr 758981-N-2020**

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**uwaga: pytania od nr 1 do nr 9 dotyczą: stół operacyjny – 1 szt., Załącznik nr 1.2:**

**Pytanie 1:** „do p.II.2. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z płynną, wielokierunkową i bezstopniową regulacją ruchów blatu z regulacją przesuwu za pomocą joysticka sterującego lecz bez regulacji prędkości przesuwu?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 2:** „p.II.4. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z blatem jednoczęściowym o długości całkowitej blatu 2200 mm?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 3:** „p. II.6. Czy Zamawiający stół operacyjny z obszarem w pełni przezierny dla promieni RTG na długości 1600 mm?”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 4:** „p. III.7. Czy Zamawiający dopuści pozycję minimalną stołu (bez materaca) równą 800 mm?”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 5:** „p. III.8. Czy Zamawiający dopuści pozycję maksymalną stołu (bez materaca) równą 1150 mm?”

**Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 6: „p. III. 11. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją przesuwu wzdłużnego równą 350 mm?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7: „p. III. 12. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją przesuwu poprzecznego równą 210 mm?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 8: „p. IV. 1. Czy Zamawiający dopuści stół z szytym, miękkim materacem, szczelnym – klejonym z pamięcią kształtu o właściwościach przeciwdleżynowych, odejmowany z blatu stołu, grubość materaca ok. 30 mm?”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia określony w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze wzorem umowy - do dnia 22.12.2020 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz § 1 ust. 5 wzoru umowy na brzmienie:

**„Przedmiot umowy określony w formularzu cenowym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do pomieszczeń Zamawiającego w Rybniku przy ul. Energetyków 46 z zachowaniem standardów narzuconych przez producenta w terminie do dnia 22.12.2020 r.”**

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 08.12.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.