

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pulsoksymetr – 1 sztuka.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2014.	TAK	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
5.	Zasilanie akumulatorowo-sieciowe.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.	Parametry:		
1.	Pulsoksymetr przenośny, do monitorowania saturacji i pulsu u dorosłych i dzieci a szczególnie u pacjentów o niskiej perfuzji.	TAK	
2.	Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 16 godzin	TAK, podać	
3.	Minimalny zakres pomiaru częstości pulsu 25 – 240 bpm.	TAK, podać	
4.	Minimalna dokładność pomiaru ± 3 jednostki.	TAK, podać	
5.	Minimalny zakres pomiaru saturacji 1 – 100 %.	TAK, podać	
6.	Minimalna dokładność pomiaru $\pm 3\%$ jednostki w zakresie 70-100 %.	TAK, podać	
7.	Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej.	TAK	
8.	Pamięć min 70 godzin.	TAK, podać	
9.	Waga max do 1,0 kg	TAK, podać	
10.	Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne.	TAK	
11.	Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu.	TAK	
12.	Możliwość ustawienia granic alarmów i zapamiętania ich przez urządzenie.	TAK	
13.	Możliwość krótkotrwałego wyciszenia sygnału alarmowego.	TAK	
14.	Możliwość regulacji głośności sygnału pulsu i alarmów.	TAK	
15.	Wskaźnik naładowania akumulatora na wyświetlaczu.	TAK	
III.	Wyposażenie:		
1.	Kompletny czujnik SpO ₂ na palec dla dorosłych.	TAK	
IV.	Dokumentacja:		

1.	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna o ile nie jest w języku polskim (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
----	--	-----	--

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)