



LAS-306/1-PN/91-2020

Rybnik, dnia 07.01.2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego

(zamówienie nr **LAS-306-PN/91-2020**)

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 31.12.2020 r., nr 771902-N-2020

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Dotyczy Pakietu 4 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodników ułatwiających wprowadzanie protez samorozprężalnych oraz używanych do kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych jak również do ułatwienia pomostowania trudnych węzłów w trakcie zabiegu ECPW. Przewodnik zbudowany z pokrywanej stali nierdzewnej, posiada miękką, giętką, sprężynującą końcówkę na długości 3cm. Długość przewodnika 400cm, średnica ,035”.”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Zapytania od nr 2 do nr 4 dotyczą Pakietu nr 2

Pytanie 2: „Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie pasa zapinanego na klamrę, z regulacją długości, z zabezpieczeniem ochronnym w postaci nakładki z żelu silikonowego – wymiary nakładki żelowej 505 x 85 x 8mm, łączna dł. pasa 2,5 m (2 szt. w kpl.)



Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zachowaniem wymogu szerokości pasa min. 10 cm. W przypadku zaoferowania

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 3: „Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie pozycjonera typu krążek pod głowę o wymiarach 200 x 45 mm



Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 4: Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie pozycjonera typu półwałek o wymiarach 405x95x75mm



Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 12.01.2021 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272