

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 40 Wyroby medyczne do drenażu pola operacyjnego

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent
1	Butla do ssaka wielokrotnego użytku, przezroczysta, wyskalowana w ml, wyposażona w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura, podłączenie do podciśnienia umieszczone w zbiorniku, umożliwiające zmianę wkładu bez odłączenia drenu. Wymagana pojemność: 1 l, 2 l i 3 l.	szt.	15					
2	Wkład workowy jednorazowego użytku, kompatybilny z butlami w pozycji 1, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, wyposażony w filtr przeciwbakteryjny, zabezpieczenie przeciwprzelewowe, króciec ssący z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; możliwość podłączenia szeregowego dla zwiększenia pojemności. Pojemność 1 l	szt.	1100					
3	Wkład workowy jednorazowego użytku, kompatybilny z butlami w pozycji 1, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, wyposażony w filtr przeciwbakteryjny, zabezpieczenie przeciwprzelewowe, króciec ssący z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; możliwość podłączenia szeregowego dla zwiększenia pojemności. Pojemność 2 l	szt.	1000					
4	Wkład workowy jednorazowego użytku, kompatybilny z butlami w pozycji 1, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, wyposażony w filtr przeciwbakteryjny, zabezpieczenie przeciwprzelewowe, króciec ssący z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; możliwość podłączenia szeregowego dla zwiększenia pojemności. Pojemność 3 l	szt.	6000					
Razem								

Uwaga: Zamawiający dopuszcza w tym pakiecie ofertę równoważną, polegającą na zaoferowaniu w pozycji 1 butli o objętościach 1,0-1,5 l i 2,5-3,0 l, w pozycji 2: odpowiednich do butli 1,0-1,5 l wkładów (pozostała charakterystyka jak w poz. 2) w ilości 1600 sztuk, w pozycji 3: odpowiednich do butli 2,5-3,0 l wkładów (pozostała charakterystyka jak w poz. 2) w ilości 6500 sztuk (pozycja 4 - do wykreślenia). W tym przypadku w ramach umowy wykonawca musi także dostarczyć pierwszą dostawą butle o objętościach 1,0-1,5 l i 2,5-3,0 l o charakterystyce zgodnej z opisem w pozycji 1, kompatybilne z posiadanym ssakami produkcji MEDELA elektrycznymi (90 butli łącznie, ilość poszczególnych pojemności do ustalenia przy pierwszej dostawie) i próżniowymi (64 butle łącznie, ilość poszczególnych pojemności do ustalenia przy pierwszej dostawie) wraz z osprzętem zapewniającym możliwość użytkowania z ww. ssakami.

Termin dostawy: dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)